



PROCOLO GERAL
64583.001780/2022-06

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 11/2022-HMA

VOLUME II

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SAC)

OBJETO:	Pregão Tradicional para AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES ADULTAS para atendimento aos Beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (Fusex) do Hospital Militar de Área de Recife (HMA) em acordo com a Portaria nº 001-SEF, de 27 Jan 2014.
INTERESSADO:	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
ANEXOS:	Documentos conforme termo de autuação

MOVIMENTO DO PROCESSO

	DATA	DESTINO	DATA
2	ETP enviado pela 7RM		18
3	ETP aprovado p/ 7RM		19
4	Enviado p/ AGU		20
5			21
6			22
7			23
8			24
9			25
10			26
			27
			28
			29
			30
15			31
16			32

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ARMA DE DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817

TERMO DE ABERTURA DO ° VOLUME II

Aos 17 dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos à abertura
do Volume do processo administrativo nº 64583.001780/2022-06, iniciando-se com a abertura

nº 201


TOMAZ ANTONIO FERNANDES RIBEIRO
ADJUNTO da SALC/HMAR

EM BRANCO



Hill-Rom S.A.S
Z.I. du Talhouët
56330 PLUVIGNER - FRANCE
Tel.: + 33 (0)2 97 50 92 12
Fax: + 33 (0)2 97 50 92 03

www.hill-rom.com

4 edição -- Abril de 2019

Primeira Impressão em 2015

As informações apresentadas neste manual são confidenciais e não podem ser reproduzidas, seja por que forma ou meio for, sem a autorização prévia e por escrito da Hill-Rom.

Hill-Rom® e ClinActiv® são marcas comerciais registadas da Hill-Rom Services, Inc.

Centuris™ Pro Microclimate Management (MCM)™, Primo™ e AutoContour™ são marcas comerciais da Hill-Rom Services, Inc.

Sabina™, Viking™, Golvo™ e LowBase™ são marcas comerciais da Liko R&D AB.

A Hill-Rom reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio, na concepção, características e modelos. A única garantia assegurada pela Hill-Rom é uma garantia expressamente escrita que se estende à venda ou ao aluguer dos seus produtos.

Para encomendar cópias adicionais deste manual, consultar a última página quanto ao seu representante nacional da Hill-Rom e encomendar a referência 195215.

© 2019 por Hill-Rom Services, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS



EM BRANCO

Índice

Introdução, especificações

A estrutura do manual	1
Definições dos Símbolos	2
Aplicações	3
Modelo da cama e país de utilização	3
Recomendações de segurança e precauções	4
Primeira utilização	4
Prevenção de riscos	5
Segurança eléctrica	7
Precauções de utilização gerais	9
Precauções com transporte e armazenamento	9
Especificações técnicas	10
Descrição gera	12
Símbolos Gerais	14
Símbolos de Função	15
Comandos eléctricos(1)	17

Instalação do paciente

Antes de colocar o paciente na cama	19
Acessórios e equipamentos periféricos	19
Colchão**	20
Elevadores de pacientes recomendados	23
Mesas hospitalares de rejeição recomendadas	23
Painéis	24
Instalação dos painéis	24
Extensão da estrutura da cama*	25
Amortecedor de parede AD277A*	26

Mover o paciente

Funções Eléctricas	27
Controlo Remoto*	27
Controlos das guardas laterais curtas* para o pessoal clínico	27
Controlos das guardas laterais curtas* para o paciente	27
Elevar/baixar a superfície de repouso	28
Elevar/baixar as secções da cabeça e da anca	28
Trendelenburg/Trendelenburg inverso	29
Secção dos pés ajustável mecanicamente	30
Coluna e Trapézio**	31

Imobilizar o paciente

Guardas laterais	35
Guardas laterais AD271B*	35
Guardas laterais curtas*	37

Introdução e especificações
Instalação do paciente
Mover o paciente
Controlos de cama
Mover o paciente
Desinstalação e Manutenção

EM BRANCO

Painéis para abertura aos pés da cama (AD288A)	38
Apoios para as pegaças das correias restritivas	39
Gestão da função eléctrica	41
Indicador de posição não rebaixada da cama*	42
CPR	42
Terminal equipotencial	43
Cabo equipotencial (AD968A)	43



Cuidados de saúde

Suporte de soros fixo (AD294A)	45
Suporte de soros telescópico	45
Suporte de Roupa de Cama*	46
Pinos para suporte para saco de drenagem	47
Suporte para garrafa de oxigénio (AC959A-AD101A-AD102A)	47
Suporte de monitor (AD244B)	48
Suporte de Seringa Eléctrica (AC963A)	49
Guia da linha de perfusão e suporte (AD286A)**	50
Secção da cabeça ajustável transparente ao raio-X (AD242A)**	50

Movimentos/transferências

Travagem/movimentos	53
Imobilizar o cabo de alimentação	55
Estrutura amovível (AD270B)	55

Descontaminação, Manutenção

Descontaminação	57
Recomendações de segurança	57
Recomendações para limpeza e desinfecção	57
Manutenção	61
Recomendações de segurança	61
Manutenção preventiva	61
Eliminação	62


Anexo

Condições de Garantia e Serviço de Assistência ao Cliente	63
Conformidade	63
Conformidade electromagnética	64
Em conformidade com as normas de emissões electromagnéticas	64
Conformidade com imunidade electromagnética	66
Distância de transmissão recomendada	68

EM BRANCO

Introdução, especificações

A estrutura do manual











Seja qual for o tipo de utilização, as camas da Hill-Rom proporcionam aos pacientes o melhor conforto e a maior independência, com vista a proporcionar um sentimento de bem-estar que contribua para uma melhoria rápida. São também muito fáceis de utilizar pelos profissionais de saúde.

EM BRANCO


Definições dos Símbolos

Este manual contém diferentes tipos de letra e ícones, concebidos para facilitar a leitura e aumentar o grau de compreensão do seu conteúdo. Ter em atenção os seguintes exemplos:

- texto padrão – caracteres normais utilizados para fornecer informações “básicas”.
- **Texto em negrito**- realça uma palavra ou expressão.
- ⓘ realça informações especiais ou explica instruções importantes.
- Os símbolos seguintes representam diferentes riscos ou perigos:

Símbolo	Descrição
	<p>Aviso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este símbolo indica que o incumprimento da recomendação específica pode colocar o paciente ou o utilizador em perigo, ou ainda danificar o equipamento.
	<p>Precaução</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este símbolo indica que o incumprimento da recomendação específica pode danificar o equipamento.
	<p>Conselho</p>
	<p>Risco de queda</p>
	<p>Aviso de Perigo de aprisionamento</p>
	<p>Risco de esmagamento dos membros superiores</p>
	<p>Aviso de Perigo Químico</p>
	<p>Perigo de Choque Eléctrico</p>

EM BRANCO



Aplicações

As camas Centuris™ Pro LI900B1 com conforto elétrico Trendelenburg/Trendelenburg inverso são camas de altura variável concebidas para cuidados intensivos, cuidados gerais e ambulatoriais ou cuidados ministrados durante longas permanências de pacientes adultos no hospital (EN 60601-2-52, ambientes de aplicação 2, 3 e 5). Foram concebidas com as necessidades de toda a equipa médica em mente e facilitam a utilização de equipamento de cuidados intensivos e de monitorização e a transferência de pacientes para departamentos de exames clínicos, entre outros.


As camas Centuris™ Pro:

- são equipadas com baterias que fornecem proteção contra interrupções da corrente elétrica. O ajuste elétrico Trendelenburg não é uma função de emergência.
- equipadas com rodas de 150mm Ø podem ser utilizadas para transferir pacientes.

Modelo da cama e país de utilização

Algumas características ou acessórios de camas podem estar ou não disponíveis, dependendo do país de destino. Estas características estão identificadas com um asterisco (*) e os acessórios estão identificados com dois (**).


Para identificar o seu modelo de cama, o respetivo número de série SN (HRPXXXXXXXX) e a data de fabrico, consulte a etiqueta de identificação (ver "Descrição gera" na página 12). A sua cama modelo LI900B1, é constituída por um chassis/superfície de repouso cuja referência começa por REF CS900B1 e por dois painéis (um painel da cabeceira e um painel dos pés)



- REF : CS900B1XXXXXX: CS900 = Centuris™ Pro; B = Versão; 1XXXXXX = código numérico exclusivo de 7 dígitos, de acordo com diferentes critérios, tais como tensão, funções elétricas, idioma, etc.
- SN : HRPXXXXXXXX: HRP = Hill-Rom Pluvigner; XXXXXXXXX = código incremental.

EM BRANCO

Recomendações de segurança e precauções



Primeira utilização



Antes de se utilizar a cama, é essencial possuir um conhecimento minucioso deste manual. Este manual contém instruções para a utilização geral e manutenção da cama, garantindo uma maior segurança. A equipa clínica deve ter acesso a este manual.

Formação mediante pedido.

A equipa clínica deve ser informada dos eventuais riscos incorridos inerentes à utilização de camas eléctricas.

A extrema diversidade das origens e dos tipos de acessórios, material ou dispositivos médicos que podem ser utilizados com esta cama não permitem que a Hill-Rom garanta a segurança e conformidade de todas as combinações possíveis. O operador que executa estas combinações de dispositivos deverá, assim, garantir que as exigências de segurança e conformidade são cumpridas.



A utilização de outros acessórios, transdutores e cabos que não os especificados ou fornecidos pela Hill-Rom pode resultar num aumento das emissões eletromagnéticas ou na diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e ter como resultado um funcionamento desadequado.

(i) Embalagens de resíduos (de plástico, cartão, metal, madeira, etc.) devem seguir circuitos de recuperação adequados com vista a reciclagem.

Antes da instalação da cama pela primeira vez ou após retirar a cama e os seus acessórios de armazenamento:

- assegurar que a cama e as suas várias partes estão à temperatura ambiente,
- a cama só poderá ser ligada a uma fonte de alimentação com ligação terra (ver "Segurança eléctrica" na página 7),
- a posição da cama deve permitir desligar a cama rapidamente,
- aguardar 12 horas até que a bateria se encontre totalmente carregada antes da utilização da cama sem que esta se encontre ligada à fonte de alimentação principal,
- assegurar que todas as partes móveis estão em boas condições de funcionamento,
- assegurar que a cama foi limpa e desinfectada (ver "Descontaminação" na página 57).

EM BRANCO

Prevenção de riscos

General recommendations



Em geral:

- *certifique-se de que nada (por exemplo, objectos, acessórios ou cabos de alimentação) nem ninguém (por exemplo, crianças, membros) interferem com o movimento das peças móveis da cama antes de as accionar. É emitido um sinal sonoro intermitente quando existe um entrave a um dos movimentos da cama,*
- *verifique sempre (por exemplo, com movimentos para a frente e para trás) se os diversos mecanismos de bloqueio estão em bom estado (por exemplo, resguardos laterais, extensões, pegas, travões),*
- *os profissionais clínicos qualificados determinarão a condição de utilização apropriada para as diversas funções e o grau de supervisão para assegurar que o paciente utilize a cama com segurança.*



Quando o paciente não se encontra acompanhado:



- *accione os travões para evitar quaisquer riscos de queda, especialmente quando o paciente se inclinar na cama para entrar ou sair,*
- *mantenha a superfície de repouso na posição inferior para evitar problemas graves na eventualidade de uma queda,*
- *utilize os resguardos laterais para manter o paciente seguro e reduzir o risco de quaisquer quedas acidentais,*
- *bloqueie todas as funções que, na eventualidade de uma utilização abusiva, possam agravar ferimentos ou patologias já existentes, ou até mesmo provocar ferimentos pessoais,*
- *nunca deixe a cama na posição Trendelenburg.*



Nunca modificar a cama sem o prévio consentimento escrito da Hill-Rom. Alterações podem resultar em ferimentos no paciente ou danos na cama.

Utilizar apenas peças e acessórios do fabricante.

Nunca coloque objectos ou equipamentos sobre o chassis nem o utilize para apoiar uma pessoa.

Não utilize a cama com cargas superiores à carga máxima de segurança.

Recomendações para as guardas laterais

No caso de pacientes que sofram de profundas dificuldades comportamentais (por exemplo, agitação, confusão mental, perda de sentido de direcção, comportamentos obsessivos, idade avançada, fraqueza), o pessoal médico adequadamente treinado deverá verificar como as guardas laterais deverão ser usadas (independentemente do tipo de modelo) e se o paciente deverá ser mantido sob vigilância ou imobilizado e se a coluna e trapézio deverão ser montados de modo a garantir a utilização da cama em segurança pelo paciente.

Certas autoridades de saúde nacionais emitiram linhas de orientação sobre como reduzir estes perigos, como indicado abaixo.

EM BRANCO

É recomendado que os pacientes em risco sejam identificados por cada estabelecimento ou enfermaria por forma a que as medidas de segurança mais apropriadas às suas necessidades particulares possam ser implementadas.

i Uma medida que já provou eficácia é redigir um protocolo, especificando:

1. situações e condições para a utilização de guardas laterais e tipo ou modelo de colchão autorizado,
2. todos os procedimentos de vigilância do paciente, tanto para pacientes imobilizados como não imobilizados, incluindo períodos de utilização,
3. quais as circunstâncias em que os pacientes têm de ser imobilizados, em conformidade com as instruções e recomendações do fabricante dos dispositivos de imobilização.



As guardas laterais foram concebidas para reduzir o risco de queda accidental dos pacientes. As guardas laterais não foram concebidas para prender ou imobilizar o paciente. As correias restritivas ou outros dispositivos não podem ser presos nas guardas laterais curtas (por ex.: correias).

Recomendações para os colchões


A Hill-Rom não poderá ser responsabilizada por quaisquer problemas decorrentes da utilização de um colchão que não esteja incluído na lista de equipamento recomendado (ver "Referências de colchões recomendados." na página 22).

O uso de um colchão com espessura superior às recomendações apresentadas em "Referências de colchões recomendados." página 22 pode reduzir a eficácia das guardas laterais. A utilização de colchões com espessura superior pode aumentar o risco de queda e a utilização de colchões com espessura inferior pode aumentar o risco de aprisionamento. Em tais casos, o paciente deverá ser mantido sob vigilância.

O fabricante do colchão página 20 recomenda os colchões que devem ser utilizados nas melhores condições de segurança da cama, Centuris™ Pro tal como são avaliadas pelo guia "Hospital Bed Safety Workgroup" e a norma EN 60601-2-52.



Podem ser utilizados outros colchões, mas é necessário que o fabricante seja sempre consultado para assegurar que a combinação cama/colchão/guarda lateral não afecta o desempenho da cama, a sua adequação nem as características de segurança.



Se a cama é equipada com um colchão eléctrico de ar, o cabo de alimentação tem de ser acondicionado de forma a impedir que seja cortado pelas partes móveis da cama (Consulte as instruções do colchão).

EM BRANCO




Os utilizadores têm de verificar a compatibilidade entre o peso do paciente e os acessórios colocados na cama e o colchão, tendo em conta as especificações da cama hospitalar e do colchão.

Se o cabo de alimentação do colchão não estiver ligado à tomada, recomenda-se armazená-lo num dos suportes fornecidos pelo fornecedor do colchão.

Recomendações para as funções de bloqueio

Os controlos de gestão da função eléctrica impedem qualquer movimento involuntário da cama que possa causar lesões ao paciente.



Por motivos de segurança, é recomendado utilizar as funções de bloqueio ao tratar o paciente na cama ou ao manobrar a cama (ex.: exames, transferências, manutenção), quando o paciente é deixado desacompanhado e quando os profissionais clínicos consideram que o paciente não se encontra num estado de saúde favorável para operar os controlos em segurança.

A autorização facultada ao paciente para utilizar certas funções da cama, incluindo o ajuste da altura, é da responsabilidade do profissional clínico.

i As funções Trendelenburg/Trendelenburg inverso apenas podem estar acessíveis aos profissionais de saúde.

Segurança eléctrica


⚡ Quando se utilizam ligações directas intravasculares ou intracardíacas, os potenciais eléctricos de todas as peças metálicas não protegidas devem ser equalizados. a cama tem de ser ligada a uma fonte de alimentação com ligação terra.

⚡ Num ambiente onde ocorram descargas electrostáticas, recomendamos a utilização de uma roda antiestática.

⚡ A alimentação de energia eléctrica da cama tem que estar em conformidade com as normas relevantes:

- NF C 15-100 e NF C 15-211 (França),
- Comissão Electrotécnica Internacional (IEC) 364 para outros países.

Verificar se os requisitos de alimentação eléctrica da cama constantes na etiqueta de identificação (ver "Descrição gera" na página 12) correspondem à tensão da rede de alimentação eléctrica do hospital.



A alimentação eléctrica deverá estar equipada com um disjuntor diferencial de 30 mA máximo, em conformidade com a norma IEC 364-5-53.

EM BRANCO

- i** Se a integridade do condutor de protecção tiver sido afectada, devem ser utilizadas camas equipadas com baterias em modo de bateria.

Segundo as normas relacionadas com interferência electromagnética em equipamento médico, este produto não interfere com outros dispositivos médicos nem é susceptível de interferir quando combinado com outros dispositivos médicos que também cumpram as normas electromagnéticas implementadas.

Alguns dispositivos, particularmente os mais antigos que não cumprem as normas de compatibilidade electromagnéticas, podem contudo experimentar interferência ou podem eles próprios interferir com o funcionamento deste produto.

Os utilizadores de tais dispositivos são responsáveis por assegurar que quaisquer avarias ou mau funcionamento não colocarão o paciente ou qualquer outra pessoa em perigo.



A utilização deste equipamento ao lado ou empilhado com outros equipamentos deve ser evitada porque pode ter como resultado um funcionamento desadequado. Se essa utilização for necessária, este equipamento e os restantes devem ser observados para verificar que funcionam normalmente.

Certificar-se de que o cabo de alimentação está desligado e pendurado na cama antes de a deslocar (ver "Imobilizar o cabo de alimentação" na página 55).

A manutenção eléctrica deverá ser realizada exclusivamente por pessoal devidamente qualificado e autorizado.

Nunca limpar ou reparar a cama sem primeiro desligar da rede de alimentação eléctrica.

A bateria de reserva nunca deverá ser deixada em contacto directo com fogo, imersa em líquido ou descartada no lixo. Na eventualidade da bateria estar danificada, consulte "Eliminação" página 62.



Esta etiqueta indica que a cama **nunca deve ser usada com uma tenda de oxigénio ou em ambientes explosivos** (presença de gases ou vapores inflamáveis). Usar unicamente tubos nasais e máscaras de oxigénio. Por razões de segurança, as máscaras e tubos deverão ser sempre mantidos a um nível mais alto do que a superfície horizontal.

Bloquear sempre a função do ajuste da altura antes de quaisquer operações, outras que as de limpeza e de manutenção.




Se a cama estiver equipada com uma bateria e a cama for armazenada durante longos períodos de tempo, a bateria deverá ser recarregada a cada 3 meses. A falta de cumprimento desta norma poderá resultar em danos na bateria.

- i** É emitido um alarme sonoro contínuo quando ativa um movimento, para avisar que é necessário carregar a bateria.

EM BRANCO



Precauções de utilização gerais



Não se aconselha a utilização da cama nas seguintes condições:

- em outras alas hospitalares que não aquelas recomendadas (ver "Aplicações" na página 3),
- condições de temperatura que não as especificadas pela Hill-Rom,
- em câmaras hiperbáricas,
- em ambientes explosivos,
- na presença de gases ou vapores inflamáveis,
- com dispositivos de respiração tipo tenda de oxigénio ou dispositivos que se prolonguem abaixo da superfície de repouso,
- no exterior ou para transportar um paciente num veículo,
- deslocação da cama sobre terreno macio ou sobre superfícies inapropriadas,
- deslocação da cama ao longo de inclinações acima de 10° (com ou sem um paciente).

Restrições de temperatura

Temperatura de serviço	10° e +40°
Humidade de serviço	entre 30% e 85%
Pressão atmosférica de trabalho	700 hPa a 1060 hPa

Precauções com transporte e armazenamento

Devem respeitar-se as seguintes condições para assegurar que a cama e os respectivos acessórios são transportados e armazenados em completa segurança.



Durante o transporte*, a cama deverá estar:	Quando armazenada, a cama deverá estar:
<ul style="list-style-type: none"> - na posição mais baixa, - todas as funções bloqueadas, - coberta, travões accionados e todas as partes móveis presas, - protegida contra a infiltração de fluidos. 	<ul style="list-style-type: none"> - na posição mais baixa, - todas as funções bloqueadas, - coberta, travões accionados, - protegida contra a infiltração de fluidos.

a. O transporte não inclui a transferência da cama entre enfermarias, com ou sem pacientes.

Restrições de temperatura para transporte e armazenamento

Temperatura de transporte/armazenamento	-30° e +50°
Higrometria de transporte/armazenamento	entre 20% e 85%
Pressão atmosférica de transporte/armazenamento	700 hPa a 1060 hPa

Durante o transporte ou armazenamento, as camas não devem ser empilhadas umas em cima das outras.



EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
 (Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO
(COMPRAS)

Hospital Militar de Área de Recife

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
 Processo Administrativo nº 64583.001780/2022-06

PREGÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMAS HOSPITALARES ADULTAS ELÉTRICAS

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é para Aquisição de camas hospitalares adultas elétricas, em proveito da Subdivisão de Enfermagem do Hospital Militar de Área de Recife, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:

Nº	C	D	U	R	REQ	QU	V	V	AM	CO
	A	E	N	EQUI	U	AN	A	A	P	TA
D	T	S	I	SI	I	T	L	L	LA	RE
O	M	C	D	MÍNIM	S	DA	O	O	P	SE
I	A	R	A	A	I	DE	R	R	AR	RV
T	T	I	D	ÇÃO	MÁX	H	U	T	T	AD
E		Ç	E	IMA	IMA	M	N	O	I	A
		Ã				AR			C	/

M		O	D E M E D I D A			I T Á R I O M Á X I M O	T A L M Á X I M O	I P AÇ ÃO	EP P
1	404744	<p>Cama hospitalar adulta elétrica: carga de trabalho segura maior ou igual a 220 Kg; mínimo de 03 motores, com controle auxiliar remoto e/ou mínimo de 02 controles em membrana iconográficos localizados nas guardas laterais do leito; classe de proteção IPX4, IPX5, IPX6; mínimo de 02 rodízios com acionamento de freios central e 03 estágios (livre, acionado, direcional), posicionados longe das zonas de saída do leito para a segurança do paciente; o acesso interno de comandos elétricos não devem conter elevação de altura; os comandos elétricos externos devem permitir (variação de altura alto/baixo, trend/reverso, elevação de cabeceira, semi-cadeira, cadeira cardíaca, auto contorno inteligente); pivô duplo de articulação de cabeceira e/ou compensação da plataforma de repouso capaz de aumentar na região do sacro mínimo de 10 cm, capaz de reduzir força de tração excessiva na pele do paciente (contas, sacro e calcâneo) e o descolamento involuntário do corpo em direção a peseira; posição de pés vasculares mecânico ou elétrico; indicador visual instantâneo externo de ângulo trend/reverso localizado na grade lateral da plataforma para auxiliar o cumprimento efetivo de bundles de prevenção de IRAS's (Infecções Respiratórias Associadas à Assistência à Saúde); placas de cabeceira e peseira removíveis para acesso cefálico e utilização eventual como superfície rígida para massagem cardíaca, com pegas vazadas na cabeceira e na peseira para proteção das mãos e ergonomia durante o transporte do leito; grades laterais bipartidas, com sistema de liberação único, pneumático, sem ruído, revestida em termoplástico; grades laterais deve possibilitar zona de saída segura maior ou igual a 318 mm, em conformidade com a IEC 60.601.2.52 e devidamente localizada na zona inferior da plataforma, próximo a peseira; para-choques emborrachados posicionados nas 04 extremidades da cama; estrutura em tubos de aço retangular com acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anticorrosivo ou antiferruginoso, revestida por termoplástico ou qualidade superior, com estrutura aberta para fácil limpeza e desinfecção; dispositivo de fixação ou retenção do colchão em todos os perfis do estrado, capaz de adaptar o colchão à</p>	Und.	1	10	10	R\$ 22.047,50	R\$ 220.475,00	X

plataforma de repouso e prevenir pontos de aprisionamento de cabeça, tórax e demais membros; bateria de backup integrada; 220 volts; alça bilateral de CPR; trava de controles e funções elétricas; suporte de soro; estrado removível em termoplástico e/ou aço removível e/ou aço fixo perfurado, com estrutura aberta, sem rebarbas, para higienização e desinfecção eficiente do leito; ganchos para bolsa de drenagem; elevação de cabeceira maior ou igual a 65°, visando egresso seguro; a posição baixa do chão a plataforma deve ser menor ou igual a 38 cm, sem auxílio de escada; comprimento/largura total do leito de 2200 mm x 1020 mm; declive (reverso) semi-ortostático para aplicação de protocolos de mobilidade e verticalização precoce para aproveitamento do leito em UTI ou enfermarias maior ou igual a 16°; roldanas entre 13 cm a 15 cm. Colchão em espuma elástica comprovadamente classificado como produto médico-hospitalar; adaptável a estrutura da cama; com capacidade de peso mínima maior ou igual a 250 kg; com propriedades de prevenção e controle de úlceras devidamente comprovadas pelo fabricante através de testes de qualidade e certificações; capa deve ser em poliuretano bidirecional antifogo; resistente a fungos e bactérias e contendo propriedade antimicrobiana; isento de látex, respirável, impermeável à penetração de líquidos e permeável a moléculas de vapor e umidade capaz de preservar a temperatura adequada entre pele/colchão; zíper embutido ou sem zíper; a densidade deve ser cri visco elástico ou espuma elástica, com combinação de 03 ou mais zonas de pressão (cabeça, ombros, tórax, panturrilhas e calcanhares); com espessura mínima entre 6" a 7" para maior conforto; redistribuição de pressão e envolvimento do paciente sobre a superfície; densidade deve ser resiliente capaz de aumentar área de contato entre pele/colchão, além de reduzir forças de tração na pele e pontos de picos de pressão; o colchão deve ser produzido pelo fabricante da cama (obrigatório certificação que comprove superfície como terapêutica ou preventiva); cama, colchão e acessórios devem ter registro na ANVISA; garantia de 01 ano para peças e serviços; assistência técnica exclusiva autorizada no Estado; inclui apresentar declaração de que após o término da garantia o fabricante garantirá a venda de peças de reposição diretamente ao cliente ou através de seus representantes por um período mínimo de 05 anos; treinamento para a utilização do produto; manual do usuário em português; produto deve atender as seguintes padronizações: IEC 60601-1, EN 606 01-2-52, IEC 60601.1, IEC 606 01-1-2; obrigatoriedade de assistência técnica exclusiva local e permanente no Estado; declarar CREA; para consulta prévia, é obrigatória a disponibilidade do manual do produto no site da ANVISA; item prevê amostra do produto para avaliação prévia da equipe assistencial; necessário Laudo de Capacidade Técnica do produto em parque instalado na nossa região; todas as características solicitadas devem constar no manual do fabricante.

TOTAL GERAL

R\$ 220.475,00

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)



DES FAUCA VOL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583001780/2022-06)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item 01 :

1-ESPECIFICAÇÃO: Cama Hospitalar Adultas Elétricas

2 -MARCA: MEDISAUDE

3 - FABRICANTE: MEDISAUDE

REFERÊNCIA DO PRODUTO: MS.11.002

4 - REGISTRO ANVISA:

5 - APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim

() Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)
() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

EM BRANCO

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32

Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.

Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

() Favorável
(x) Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Solicitado como hospital elétrico com carga maior ou igual 220 kg, mínimo 3 motores. Duas bobinas: 2200mm x 1020. Foi entregue como backup peso 150kg, 2 motores e duas bobinas 1970mm x 800mm


Data: 11 / 04 / 22

Responsável pelo parecer: _____


ANDRÉA W. Interamimense
Maj. Med. - CRM 10988
Id. 840144275 - MDIEB

(assinar e carimbar)

EM BRANCO



CAMA FOWLER ELÉTRICA



As camas hospitalares são produzidas com a qualidade da Medi Saúde, que utiliza equipamentos e processos de ponta para desenvolver e colocar no mercado um produto confiável, durável e que atenda as diversas necessidades do segmento hospitalar.

As camas são indicadas para repouso e tratamentos dos pacientes, dentro do ambiente hospitalar ou clínico. Desenvolvidas para acomodar os pacientes de forma segura e confortável, em situações que necessitem de internação, para tratamentos, pré e pós operatórios, recuperação, além de facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos no restabelecimento dos mesmos.

*Permite variações conforme manual do usuário e tabela comparativa da ANVISA.

ADICIONAR



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

MOVIMENTOS

Executados por 2 (dois) motores dotados de fim de curso para proteção, blindados, com dispositivos de segurança

ACIONAMENTO

Movimentos controlados por controle remoto de fio.

POSIÇÕES

Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas.

BASE

CHASSI

Tubos retangulares 50x30x1,50mm de espessura pintado.

LEITO

RODÍZIOS

EM BRANCO

De 3" polegadas (75mm) termoplástico, com banda de rodagem dupla, sendo dois com freios diagonalmente.

PARA-CHOQUE

Termoplástico nos quatro cantos da cama.

CABECEIRA E PESEIRA

Removíveis, construídas em material termoplástico com detalhe de temática infantil.

GRADES

ACABAMENTO

Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.

DIMENSÕES

ALTURA: 650 MM; LARGURA INTERNA: 800 MM; LARGURA EXTERNA: 980 MM; COMPRIMENTO INTERNO: 1970 MM; COMPRIMENTO EXTERNO: 2350 MM *Permite variações conforme manual do usuário

ÂNGULOS

DORSO: 70°; PERNA: 35°

CAPACIDADE DE CARGA

150 kg



CONHEÇA OUTROS PRODUTOS



**CAMA FOWLER MECÂNICA
INFANTIL - MS-10.116-REF.1.1.0.10.14.6**

[DETALHES](#)

[ADICIONAR](#)



**CAMA FOWLER MECÂNICA
INFANTIL - MS-10.116-REF.1.1.0.10.14.6**

[DETALHES](#)

[ADICIONAR](#)



**CAMA FOWLER ELÉTRICA INFANTIL
- MS-11.004-REF.A.1.1.0.10.14.6**

[DETALHES](#)

[ADICIONAR](#)



**CAMA FOWLER ELÉTRICA INFANTIL
- MS-11.004-REF.B.1.1.3.10.14.6**

[DETALHES](#)

[ADICIONAR](#)



**CAMA FOWLER MECÂNICA
INFANTIL - MS-10.116-REF.1.1.0.10.14.6**

[DETALHES](#)

EM BRANCO

Receba novidades por e-mail

Seu nome

Seu e-mail




Ligue pra gente!
(62) 3278-0223

Institucional

- Home
- Medi Saúde
- Orçamento
- Notícias
- Blog
- Contato

Produtos

- Camas
- Sotás
- Carros maca
- Mesas de cabeceiras
- Poltronas
- Diversos
- Carros de emergência
- Mesas de exame
- Camas Mecânicas
- Camas Elétricas
- Camas Home Care
- Camas PPP
- Poltronas mecânicas
- Poltronas Elétricas
- Poltronas de Hemodiálise
- Cama Infantil
- Berço



EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE - SALC
FOLHA: 22
ASS. NATURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583001780/2022-06)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Item 01 :

1-ESPECIFICAÇÃO: Cama Hospitalar Adultas Elétricas

2 -MARCA: ARTMED

3 - FABRICANTE: ARTMED REFERÊNCIA DO PRODUTO: ART-1010B

4 - REGISTRO ANVISA:

5 - APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim (x) Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

EM BRANCO

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32

Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.

Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

~~(1) Solicitado com freio central em 3 estígio.~~
~~(2) Não apresenta ponto de ajuste central no~~
~~ale (semicademe).~~

13) Sem descuras do calças
 Altura mínima fora do padrão solicitado

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

Tendelumbung / reverso de 12°, e não 16° conforme solicitado no TR.

Sem pivô duplo capaz aumentar área sedo em 10cm

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Solicitado como elíptico com 2 redizes com acromenento do freio central e 3 estígio (livre, acionado, direcional) para quando longe das zonas de raide do leito. Os comandos devem permitir variação de Setor do teste: altera setor saixo, hand / reverso, elevação de cabeceira, semicademe e cademe cardíaca. Com pivô duplo de anti-accão de acromen elar

Data: _____
 Responsável pelo parecer: _____

de aumentar na região do paco de 10cm. (assinar e carimbar)

11/04/22

ANDRÉA W. Interaminense
 Maj. Med. - CRM 10288
 Idt. 010144275-4 MD/EB

EM BRANCO

PRODUTOS > CAMA ADULTO - MOTORIZADA

CAMA SUPER LUXO 4 MOTORES

Modelo: **ART-1010B**

DESCRIÇÃO

MOVIMENTOS

- Estrutura em tubo de aço reforçada
- Leito em chape de aço
- Cabeceira e pesseira em espuma com revestimento de alta resistência
- Cadeiras laterais com regulagem de altura e capacidade de 60kg
- Controle remoto a fio

*Todos os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.




EM BRANCO

HOSPITAL
ASSINATURA
E. S.A.C.

ART-1010B

CAMA SUPER LUXO 4 MOTORES



- Estrutura em aço de aço retangular.
- Leito em espuma de algodão.
- Cabeceira e pesseira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência.
- Grades laterais com movimento articulado, realizado por pistões a gás, com travas.
- Movimentos são comandados por meio de motores elétricos com controle remoto a fio.
- Rodízios de 3", sendo dois com freios.
- Acabamento em pintura epóxi.
- Capacidade 300kg.

Opcionais:

- Movimento de C.P.R. (Ressuscitador Cardiorritmiano).
- Leito em ABS.
- Cabeceira e pesseira removíveis, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência.
- Comando por membrana/superfície nas grades laterais e pesseira.
- Indicador de ângulo e contra-ângulo.
- Suporte de soro.
- Cilindro O2 e O2 + P3.
- Bateria auxiliar.
- Sistema de alarme.
- Varredores ultrassônicos nos rodízios.

Posições:



Dimensões externas aproximadas:
 - 1100 x 2050 mm (C x P x A)
 - 1100 x 2050 mm (C x P x A)
 - 1100 x 2050 mm (C x P x A)

*Verificar a disponibilidade dos opcionais de acordo com o modelo e a configuração.
 *Todos os produtos possuem garantia de 12 meses, exceto para peças ou partes mecânicas, sob os termos e condições de garantia.

EM BRANCO



Produtos Sobre Representantes Orçamento



PRODUTOS > CAMA ADULTO - MOTORIZADA

CAMA SUPER LUXO 4 MOTORES

Modelo ART-1010B



DESCRIÇÃO

OPCIONAIS

MOVIMENTOS



Flexão de Joelhos



Sentado



Elevação do Leito



Reverso do Trendelenburg



Trendelenburg



Fowler



Dorso



Vascular

*Todos os produtos podem sofrer alteração de tamanho de 7% para mais ou para menos. Podemos alterar o produto sem aviso prévio



Av. 10 de Dezembro, 6531
Lourina - PR - 86046-140

(43) 3341-5800

sac@artmed.ind.br



2021 ArtMed - Todos os direitos reservados.

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583001780/2022-06)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA: R.C - MOVEIS LTDA

Item 01 :

1-ESPECIFICAÇÃO: Cama Hospitalar Adultas Elétricas

2 -MARCA: **R.C - MOVEIS LTDA**

3 - FABRICANTE: **R.C - MOVEIS LTDA** REFERÊNCIA DO PRODUTO: Própria conf RC 303-E

4 - REGISTRO ANVISA:

5 – APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim

() Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):


6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir):
() Não () Sim ()

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)



EM BRANCO

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32

Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.

Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

() Favorável
 (X) Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

conforme manual de cama:

1. Não permitiu pivô duplo de articulação e por consequência a área de contato do apoio
 2. Altura mínima atingida, conforme o Setor do teste: Manual de Cama, é de 538 mm e não de 38 cm, conforme solicitado.

Data: 11 / 04 / 2022

Responsável pelo parecer: ~~Solange do Nascimento~~ ^{Assinar e carimbar} ~~16°~~, a
 cama operada o altura é de 12°.

As informações sobre a superfície de apoio estão insuficiente, em relação a TR
 OBS: A proposta foi copiada

ANDRÉA W. Interaminense
 Maj. Med. Id. 010144275-4 MDiEB

do TR, mas no manual de instrução de cama, (está) as informações são diferentes


12/4/22

ANDRÉA W. Interaminense
 Maj. Med. Id. 010144275-4 MDiEB

EM BRANCO



R.C. – Móveis Ltda
CNPJ.: 02.377.937/0001-06
Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP
Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 99288-5159
E-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br



Pregão Eletrônico nº 11/2022
Processo Administrativo nº 64583.001780/2022-06

A: Hospital Militar de Área de Recife

Objeto: Aquisição de Camas Hospitalares Adultas Elétricas.

Empresa Proponente: R.C. – Móveis LTDA

Endereço: Av. Moisés Forti, 1.230, Distrito Industrial, Capivari-SP-CEP: 13.360-000

C.N.F.J.: 02.377.937/0001-06 **Inscrição Estadual:** 253.038.306.118 **Inscrição Municipal:** 17.115

Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608

Telefone: (19) 99288-5159 / (19) 2119-9000

Endereço Eletrônico: www.rcmoveis.com.br **e-mail:** licitacoes@rcmoveis.com.br / vendas@rcmoveis.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 0699-8 c/c: 119837-8, Praça de Pagamento Capivari/SP

Representante Legal:

- 1) Clélia Machado Pinto Corrêa RG: 18.074.010-6 CPF: 178.794.178-77 ou
- 2) José Ricardo Corrêa RG: 20.674.735-4 CPF: 137.798.558-01

PROPOSTA DE PREÇO

Lote	Item	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Cadastro Anvisa nº	Validade Cadastro
-	01	RC Móveis	RC 203-E	Unid.	10	80316080019	Vigente conforme RDC 40/2015

Valor Unitário: R\$ 22.047,00 (Vinte e dois mil e quarenta e sete reais)

Valor Total do Item: R\$ 220.470,00 (Duzentos e vinte mil quatrocentos e setenta reais)

Especificação / Descrição

Equipamento: Cama Hospitalar Adulta Elétrica

Leito: Estruturado em tubos, revestidos com tampos em material termoplástico de alta resistência, removíveis, dividido em quatro seções e articulado.

Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência e impactos.

Estrutura: Confeccionada em tubos retangulares de aço carbono, aberta, sem rebordos, dotado de para-choques emborrachados nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito.

Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado dois pares na lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, com amortecimento e trava de segurança facilitando a transferência e o acesso do paciente, com zona de saída de 318mm.

Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com área de pegos vazadas, com travas de segurança, sendo removíveis podendo ser utilizada como tábua para massagem cardíaca.

Movimentos: Controlados através de 3 (três) motores elétricos acionados por membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lados internos – paciente e externos- enfermagem), sendo o lado interno possibilitando executar os movimentos de dorso, para a e o externo proporcionando os movimentos de fowler, elevação de cabeceira (65°), semi ortostático (16°), semi

EMERANCO



R.C. - Móveis Ltda

CNPJ: 02.377.937/0001-06

Av: Moisés Forzi, 1230 - Distrito Industrial - Capivari - SP CEP: 13.380-000 - RA

Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 99288-5159

E-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

cadeira, cadeira cardíaca, semi-fowler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize, função CPR elétrico e mecânico acionado através de alavancas nas laterais da cama, luz noturna, auto contorno, elevação de altura, volta zero, poltrona, trendelenburg e reverso de trendelenburg com um único toque e bloqueio total dos movimentos e descanso de pernas por cremalheiras (vascular mecânico).

Rodízios Giratórios: De 13cm, com dois rodízios com freio central e três estágios (livre, acionado e direcional), posicionado longe das zonas de saída do leito.

Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, antioxidante, secagem em estufa.

Dimensões Total: 2200 x 1020mm (Cx L).

Altura: mín.: 38 cm

Capacidade: 220 kg.

Acessórios inclusos:


- ✓ Dispositivo para compensação da plataforma de repouso capaz de equilibrar na posição horizontal de 10cm e capaz de reduzir força de tração excessiva na pele (contas, sacro e calcâneo) e deslocamento involuntário do corpo em direção a pesseira;
- ✓ Dispositivo de fixação do colchão em todos os perfis do estrado capaz de adaptar o colchão a plataforma de repouso e prevenir pontos de aprisionamento de cabeça, tórax e demais membros;
- ✓ Bateria de Backup integrada;
- ✓ Suporte de Soro;
- ✓ Ganchos para boia de drenagem;
- ✓ Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama e capacidade de 250kg, com combinação de três zonas de pressão (cabeça, ombros, tórax, panturrilhas e calcanhares), com 6cm de espessura, com densidade resiliente capaz de aumentar área de contato entre pele/colchão, além de reduzir forças de tração na pele e pontos de pontos de pressão, em espuma elástica comprovada, com propriedade de prevenção e controle de úlceras, comprovadas, sendo revestido em capa em poliuretano bidirecional, anti fogo, resistente a fungos e bactérias, propriedade antimicrobiana, isento de látex, respirável, impermeável a penetração de líquidos e permeável a moléculas de vapor e umidade capaz de preservar a temperatura adequada entre pele/colchão, com zíper embutido

Características Elétricas:

- ✓ Alimentação Elétrica Bivolt Automática (100- 220V).
- ✓ Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52
- ✓ Grau de proteção: IPX4/ IP66
- ✓ Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos;
- ✓ Produto Certificado pelo INMETRO

EM BRANCO

Imagem Ilustrativa do Produto Ofertado



O MODELO OFERTADO CONTEMPLA MEMBRANA NAS GRADES E LEITO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO

As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas na tabela comparativa no campo Opcionais, disponível no site da ANVISA

Fabricante: R.C. – Móveis LTDA

Origem: Equipamento de Fabricação Nacional.

Condições de Fornecimento

- ✓ Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sessão pública.
- ✓ Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
- ✓ Local de Entrega: Rua do Hospício, nº. 563, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.050-050.
- ✓ Garantia: 12 (doze) meses a partir da aceitação técnica dos equipamentos (recebimento definitivo), para defeitos de fabricação, desde que não constatado mau uso do equipamento.
- ✓ Frete: Por conta da R.C. – Móveis LTDA.
- ✓ Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias contados do recebimento na Mesa Fiscal, através de depósito bancário.
- ✓ Prazo de Instalação: As instalações serão feitas conforme o solicitado no edital 11/2022, acompanhada de comissão designada, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o item adquirido, sem que a CONTRATANTE caiba qualquer ônus.

Para fins de participação no processo licitatório, **DECLARA** que:

1) Aceitação dos Critérios do Edital:

- Reconhece a plena aceitação e aplicação das normas e critérios do edital 11/2022, às quais submete-se incondicionalmente e integralmente.
- Estamos de acordo com todas as normas, regras do edital e seus anexos.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

EM BRANCO



R.C. – Móveis Ltda
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000
Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 99288-5159
E-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

HOSPITAL MILITAR DE ARAUJO
SALA: 2117
ASSISTENTE
SAC - SAC

- A RC Móveis compromete-se a entregar o produto ofertado de acordo com as especificações solicitadas em edital.
- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratada.
- Caso ocorra omissão e ou divergência entre os critérios e normas estabelecidos no edital e nas declarações emitidas pela empresa licitante R.C. – Móveis LTDA, prevalecerá o que for descrito no edital, especialmente quanto aos prazos, estando a licitante plenamente de acordo.
- Nos valores apresentados, estão inclusos os preços de acessórios, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, bem como quaisquer outros custos, inclusive, o de transporte e instalação completa dos equipamentos.
- Está ciente que o produto será devolvido na hipótese de não corresponder à marca cotada e a especificação constante no EDITAL, devendo ser substituído pela empresa no prazo máximo estipulado no edital.

2) Assistência Técnica:

- A Assistência Técnica será prestada no local de instalação do equipamento, para melhor atendimento das necessidades da Instituição.
- O pedido de Serviço de Assistência Técnica deve ser acionado através do e-mail sac@rcmoveis.com.br e ou telefone (19) 2119-9000.
- A empresa, Niellington Felix de Freitas, portadora do CNPJ sob nº 20.881.738/0001-12, com sede na Rua Ary de oliveira Peter, 220, Apto da Boa Vista, Camaragibe-PE, CEP: 54.759-503, telefone: (81) 3456-2596, é Representante de nossa linha de fabricação, e, está autorizada a prestar Assistência Técnica, Manutenção, Reparos, Treinamento de Operação, atuando conforme as diretrizes e sob a supervisão e orientação do Responsável Técnico da empresa R.C. – Móveis LTDA, engenheiro Rodrigo Deolindo Correa, portador do CREA nº 5061940363;

3) Garantia, Produção Continuada e Treinamento:

- Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeira utilização.
- Na garantia ofertada, 12 (doze) meses, estão inclusos a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo à entidade, devendo ainda substituir qualquer equipamento que apresentar defeito de fabricação e ou divergência com as especificações oferecidas, sem ônus à entidade.
- Será realizada manutenção do equipamento durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus ao Hospital, sempre que solicitado, atendendo o chamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
- As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) são de produção continuada, por no mínimo 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do equipamento, assim como, existe a disponibilidade para aquisição e fornecimento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após o período de garantia, mediante solicitação e aprovação do comprador.
- Realizará treinamento adequado aos usuários da unidade na qual os equipamentos foram instalados, sem ônus para a entidade.
- Entregará juntamente com os equipamentos ofertados os manuais de operação e serviço.
- Os móveis são de procedência Nacional, da marca RC Móveis, a garantia fornecida é contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.

4) Idoneidade:

- Não está em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; não está em dissolução ou em liquidação;
- Não está suspensa e/ou impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- Não está proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605 de 1998;
- Não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

EM BRANCO



R.C. - Móveis Ltda
CNPJ.: 02.377.937/0001-06
Av: Moisés Forti, 1230 - Distrito Industrial - Capivari - SP CEP: 13.360-000
Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 99288-5159
E-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

FOLHA: 12
ASSINATURA [assinatura]
CORPOES MILITAR DE AREA DE SAUDE

5) Do Atendimento a Lei 12.846/2013

- Declara que a ação dos dirigentes, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome da empresa RC Móveis Hospitalares, é norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo Código de Ética e de Conduta Empresarial e Política Anticorrupção e Suborno da RC Móveis.
- **Repudiamos.** oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno; aceitar, pagar ou receber suborno; solicitar ou aceitar propina para influenciar uma decisão, de compra, venda ou contratos tanto da administração pública ou privada; obtenção de acesso não autorizado a informações confidenciais, e repassá-las a terceiros; comprometer-se ou se omitir a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse ocorrido; utilizar-se de fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno; qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.843/2013; utilizar-se de terceiros para executar qualquer uma das ações repudiadas.

Capivari/SP, 07 de Abril de 2022.

Eloisa Pelegrini
R.C.- Móveis Ltda
Eloisa Pelegrini
Analista de Licitações
CPF: 383.804.878-42
RG: 47.646.306-3

CNPJ 02.377.937/0001-06

R.C. - Móveis Ltda.

Av. Moisés Forti, 1230
Distrito Industrial - CEP 13360-000
CAPIVARI - SP

R.C. - Móveis Ltda.

EM BRANCO




**móveis
hospitalares**

EM BRANCC



Fale conosco, nós estamos online!



Buscar produto



- o Armário
- o Vitrine
- o Banqueta
- o Giratória
- o Cadeira de Banho e Transporte
- o Cama Fowler Elétrica
 - Cama Elétrica Dorsal e Pernas
 - Cama Elétrica Dorsal Pernas e Elevação de Altura
 - Cama Elétrica Dorsal Pernas e Elevação de Altura Reverso
 - Cama Elétrica Total

EM BRANCO

Fale conosco, nós estamos online!

HOSPITAL
FOLHA
ASSINATURA
SALIC

- Cama
PPP
Elétrica
- Cama
Fowler
Elétrica
Total
Dobrável
- Cama
Fowler
Manual
- Cama
Dorso
e
Pernas
- Cama
Elevação
de
Altura
- Cama
Trendelemburg
e
Reverso
- Cama
PPP
Manual
- Cama
4
Manivelas
- Cama
Fowler
Infantil
- Cama
Infantil
Manual
Dorso
Pernas
- Cama
Infantil
Manual
Dorso
Pernas
Trendelemburg
e
Reverso
- Cama
Infantil
Manual

EM BRANCO

Fale conosco, nós estamos online!

ÁREA DE ÁREA

HOSPITAL

- Dorso
 - Pernas
 - Elevação
 - de
 - Altura
- Cama
 - Infantil
 - Elétrica
 - Dorso
 - Pernas
- Cama
 - Infantil
 - Elétrica
 - Dorso
 - Pernas
 - Trendelemburg
 - e
 - Reverso
- Cama
 - Infantil
 - Elétrica
 - Dorso
 - Pernas
 - Elevação
 - de
 - Altura
- Cama
 - Infantil
 - Elétrica
 - Total
- Carro
- Hospitolar
- Cotchedor
- Hospitolar
- Maca
- Hospitolar
- Hidráulica
- Maca
- Hospitolar
- Manual
- Mesa
- Auxiliar
- Mesa
- Clínica
- Mesa
- de
- Cabeceira
- Mesa
- de

EM BRANCO

Cabeceira

e

Refeição

o Mesa

de

Refeição

o Mesa

Ginecotógica

o Poltronas

o Sofá

Cama

- ~~...~~
- ~~...~~
- ~~...~~
- ~~...~~

Fale conosco, nós estamos online!




PRODUTOS

Home

- > Produtos
- > Cama Elétrica Total
- > Cama Fowler Elétrica Total

RC 203 Cama Fowler Elétrica Total

Linha Jope










EM BRANCO

Faça conosco, nós estamos online!

HOSPITAL MILITAR DE ARAUCÁRIAS
RECIFE - SALC
FOLHA: 238



Clique no produto para ampliar



RC 203 Cama Fawler Elétrica Total

Linha Jope

PRODUTO ESGOTADO

INDICAR PRODUTO POR E-MAIL

- DESCRIÇÃO
- OPCIONAIS

Leito

Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro secções e articulado.

Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos.

EM BRANCO

Fale conosco, nós estamos online!

Estrutura

Confeccionada em aço carbono, dotada de parafusos nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito;
Variações opcionais: Estrutura com tubos retangulares, redondos, quadrados, oblongos e perfil U.

Grades Laterais

Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente.

Cabeceira e Peseira

Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado sendo removíveis, e com sistema de trava de segurança.

Movimentos

Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos fowler, semi-fowler, cabeceira, dorso, pernas, sentado, poltrona, cardíaca, vascular, flexão, elevação de altura, trendelemburg, reverso de trendelemburg, elevação e retorno simultâneo do dorso e pernas, descanso de pernas por cremalheiras.

Rodízios Giratórios

Totalmente em material termoplástico, com freio em diagonal;
Opções de diâmetro: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10".

Acabamento

Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.

Dimensões:

Internas: 1,96 x 0,88 m (C x L). **Variações opcionais (+/-0,3m)**

Externas: 2,10 x 0,98 m (C x L). **Variações opcionais (+/-0,3m)**

Altura: 0,55 à 0,70 m. (Mín. e Máx.). **Variações opcionais (+/-0,3m)**

Capacidade: 180 kg. **Opcional:** 250Kg.

Características Elétricas:

Alimentação Elétrica Bivolt

Classe I

Grau de proteção de líquido IPX4/ IP66

Compatíveis com as dimensões da cama;

Função CPR com acionamento por alavancas nas laterais da cama;

EM BRANCO

Comandos elétricos acionados por m dorso (Lados internos e externos) e co **Fale conosco, nós estamos online!**
 possibilitando executar todos os movimentos, inclusive função CPR, volta zero, rollond, trendelemburg e reverso de trendelemburg com um único toque e bloqueio fora dos movimentos;

Bateria Back-up;

Suporte de soro;

Leito dotado sistema de alívio para compressão abdominal, com recolhimento ao acionar a elevação do dorso, evitando a projeção do paciente para frente e reduzindo a pressão do abdômen do paciente;

Rodízios totalmente em material termoplástico, com freio nas quatro rodas acionados por pedais localizados nas laterais inferiores da cama dotado de sistema com trava direcional para longos percursos;

Variação de ângulos dos movimentos do leito;

As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas na tabela comparativa no campo Opcionais, disponível no site da ANVISA ou [clique aqui](#).

HOSPITALAR DE ÁREA DE RECIPE - SALES
 FOLHA: 140
 ASSINATURA

Voltar



Nossos produtos são Registrados e Certificados de acordo com as Normas Brasileiras.

A RC Móveis Hospitalares utiliza alguns cookies para personalizar a sua experiência em nosso site. Para maiores informações consulte nossa [Política de Privacidade](#).

ACEITAR

Compras: (19) 99183-4715
rcmoveis@rcmoveis.com.br

ENDEREÇO

Avenida Moisés Forti, 1230
 Distrito Industrial - Capivari - SP
 CEP 13360-000



Compre em nossos produtos
 pelo BNDES ou pelo FINAME

EM BRANCO



Empresa Ampla
de Lúcia



LAR DOS
VELHINHOS



LATIN
AMERICAN
EXCELLENCE
MODEL

Fale conosco, nós estamos online!

HOSPITALAR DE AREA D
FOLHA 241
ASSINATURA

© RC Móveis Hospitalares | Todos os direitos reservados | Imagens meramente ilustrativas podendo sofrer alteração.


tanda

A RC Móveis Hospitalares utiliza alguns cookies para personalizar a sua experiência em nosso site. Para maiores informações consulte nossa [Política de Privacidade](#).

ACEITAR

EM BRANCO

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE
FOLHA: *112*
ASSINATURA: *[Signature]*
31/12/2008



móveis

hospitais



CAMA FAWLER ELÉTRICA

EM BRANCO

Família de Camas Elétricas

Imagem Ilustrativa da Cama



Modelos que compõem a Família de Camas Fowler Elétrica

- RC 200-E | RC 200-O | RC 201-E | RC 201-O | RC 202-E | RC 202-O | RC 203-E | RC 203-O | RC 204-E | RC 204-O | RC 205-E | RC 205-O | RC 206-E | RC 206-O | RC 207-E | RC 207-O | RC 208-E | RC 208-O | RC 209-E | RC 209-O | RC 210-E | RC 210-O | RC 211-E | RC 211-O | RC 212-E | RC 212-O | RC 213-E | RC 213-O | RC 214-E | RC 214-O | RC 215-E | RC 215-O | RC 216-E | RC 216-O | RC 217-E | RC 217-O | RC 218-E | RC 218-O | RC 219-E | RC 219-O | RC 220-E | RC 220-O | RC 221-E | RC 221-O | RC 222-E | RC 222-O | RC 223-E | RC 223-O | RC 224-E | RC 224-O | RC 225-E | RC 225-O | RC 226-E | RC 226-O | RC 227-E | RC 227-O | RC 228-E | RC 228-O | RC 229-E | RC 229-O | RC 230-E | RC 230-O | RC 231-E | RC 231-O | RC 232-E | RC 232-O | RC 233-E | RC 233-O | RC 234-E | RC 234-O | RC 235-E | RC 235-O | RC 236-E | RC 236-O | RC 237-E | RC 237-O | RC 238-E | RC 238-O | RC 239-E | RC 239-O | RC 240-E | RC 240-O



A RC Móveis Hospitalares desenvolveu sua linha de Camas Fowler Elétricas para atender todas as necessidades de seus clientes, por este motivo o cliente pode configurar a cama de acordo com suas necessidades no ato da compra.

Neste catálogo estão descritas todas as configurações possíveis das camas desta família.


Nossos produtos são certificados pelo INMETRO e Cadastrados junto ao INMETRO, oferecendo assim a segurança que você merece e o conforto que sempre buscamos.

Todas as peças que compõem o equipamento estão passíveis de sua substituição, para isso basta apenas acionar o departamento de SAC, recomendamos que as peças que eventualmente necessitam ser substituídas sejam adquiridas em nossa fábrica. Podendo ser substituídas original ou não, desde que aprovadas pelo nosso setor de engenharia.


Imagens Ilustrativas de Possíveis Configurações das Camas



Cor das Estruturas



Cinza



Branco














Preto












EM BRANCO

Especificações técnicas

Imagens Ilustrativas das Cabeceiras/Peseiras



Imagens Ilustrativas das Grades



Para outras opções de configurações, solicitar foto ao departamento de vendas

Para outras opções de configurações, solicitar foto ao departamento de vendas

EM BRANCO

Especificações Técnicas:

Possíveis Configurações de Leito:

- Confeccionado em chapa de aço carbono reforçado na espessura de 1,5mm à 3,0mm, podendo ser na opção perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão;
- Confeccionado em chapa de aço inoxidável padrão "AISI 304 ou 430", reforçado na espessura de 1,5mm à 3,0mm, podendo ser na opção perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão;
- Estruturado com tubos e revestidos com tampos em material termoplástico "ABS", sendo perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão;
- Estruturado com tubos e revestidos com tampos em chapa de aço de carbono dobrada de 1,50mm à 3,0mm, sendo perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão;
- Estruturado com tubos e revestidos com tampos em material: Radiotransparente, ABS, Polietileno, Polipropileno, Acrílico, Laminado, Cobre Antimicrobiano;
- Confeccionado com sistema de alívio mecânico;
- Confeccionado com sistema pivotante no dorso para compensação abdominal;

Possíveis Configurações de Chassis:

- Confeccionado em tubo de aço de 50 x 30 ou carbono, podendo ser em material inox padrão AISI 304/430 / Aço Carbono Pintado / Cobre antimicrobiano / Alumínio;
- Confeccionado em longarina tipo perfil "U" de chapa de aço carbono ou inox AISI 304/430 de 3,2mm de espessura;
- Estrutura metálica tipo Quadro Balcânico;
- Confeccionado em tubo de aço carbono ou inox AISI 304/430 de 70 x 30 x 1,50mm à 3,0mm; e
- Confeccionado com opção de sistema extensor propolongador para dimensões.

Possíveis Configurações de Base:

- Estrutura confeccionada em tubo de 50 x 30 x 1,50mm à 3,00mm de aço carbono ou inox AISI 304/430.
- Estrutura confeccionada em tubo de 70 x 30 x 1,50mm à 3,00 de aço carbono ou inox AISI 304/430.
- Estrutura confeccionada em longarina tipo perfil "U" de chapa de aço carbono ou inox AISI 304/430 de 3,2mm de espessura.
- Tipos de revestimento para as estruturas de base acima:

- ✓ Fiberglass;
- ✓ ABS;
- ✓ Material Termoplástico;
- ✓ Aço Carbono;
- ✓ Inox AISI 304/430.

Possíveis Configurações de Cabeceira e Peseira:

- Removíveis com trava de segurança e com opção de fixa confeccionadas nas opções de material abaixo:
 - ✓ Poliuretano Injetado;
 - ✓ Poliestireno Injetado;
 - ✓ Polietileno Injetado;
 - ✓ ABS Injetado;
 - ✓ Fiberglass;
 - ✓ Material Termoplástico de Alta Resistência;
 - ✓ Estrutura em aço Carbono ou Inox AISI 304/430;
 - ✓ Estrutura em tubular em aço Carbono ou Inox AISI 304/430 com painel de MDF / Laminado Decorativo, Revestido em Fórmica / Com Acabamento em Cinta Inox.
- Acabamento podendo ser em: Gel isofitálico / Pintura Epoxi à pó Eletrostática / Com Laminado Decorativo / Adesivo Decorativo;
- Modelos e formas variáveis conforme "Imagens Ilustrativa de Cabeceira/Peseira" podendo ser definido de acordo com especificações, descritivos técnicos, opção do cliente ou proposta comercial apresentada.

EM BRANCO

Especificações Técnicas

Possíveis Configurações de Grades:

- Confeccionadas nas opções de material abaixo:
 - ✓ Poliuretano Injetado;
 - ✓ Poliestireno Injetado;
 - ✓ Polietileno Injetado;
 - ✓ ABS Injetado;
 - ✓ Fiberglass;
 - ✓ Material Termoplástico de Alta Resistência;
 - ✓ Estrutura em aço Carbono ou Inox AISI 304/430;
 - ✓ Estrutura em tubular em aço Carbono ou Inox AISI 304/430 com painel de MDF / Laminado Decorativo / Revestido em Fôrmica / Com Acabamento em Cinta Inox.
- Material acima mencionado com os mecanismos de acionamento nas opções abaixo:
 - ✓ Abaixar;
 - ✓ Escamoteável;
 - ✓ Tombar;
 - ✓ Basculante;
 - ✓ Deslizante;
 - ✓ Giro com recolhimento total para baixo do leito;
 - ✓ Retrátil;
 - ✓ Semi giro;
 - ✓ Empilhar tipo sanfonada;
 - ✓ Retração linear através de acionamento único com um leve toque sustentado por pistão mola gás;
 - ✓ Retração linear através de acionamento único com um leve toque sustentado por cilindro pneumático;
 - ✓ Sistema de engate rápido cobrindo toda extensão do leito;
 - ✓ Sistema avarandado que se envolvem formando a cabeceira e peseira; e
 - ✓ Embutir com sistema de amortecimento.
- A quantidade de grades pode variar de acordo com o modelo, podendo ser:
 - ✓ Únicas / Duplas / Quádruplas.

Movimentos: Comandos elétricos através de motores, sendo:

- Acionados por controles nas opções:
 - ✓ Controle Remoto com Fio e trava de segurança;
 - ✓ Controle Remoto com Fio;
 - ✓ Controle Remoto Sem Fio;
 - ✓ Controle Através de Teclado com Membranas localizados na Peseira e nas Grades;
 - ✓ Controle Através de Teclado com Membranas localizados na Peseira;
 - ✓ Controle Através de Teclado com Membranas tipo supervisor móvel.
- Proporcionando os movimentos:
 - ✓ Fawler;
 - ✓ Semi-fawler;
 - ✓ Sentado;
 - ✓ Cardíaco;
 - ✓ Cabeceira;
 - ✓ Semi-fawler;
 - ✓ Flexão/Joelhos;
 - ✓ Vascular;
 - ✓ Trendelemburg;
 - ✓ Reverso de Trendelemburg/Proclive;
 - ✓ Elevação de Altura;
 - ✓ Função PCR;
 - ✓ Função CPR;
 - ✓ Simultâneo: Dorso/Pernas;
 - ✓ Poltrona;
 - ✓ Contorno automático de joelhos;

EM BRANCO

Especificações Técnicas:

Modelos e seus Movimentos:

RC 203 Cama Fawler Elétrica Total:

Proporciona os seguintes movimentos: fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão de joelhos, elevação de altura do leito, trendelemburg/reverso de trendelemburg, poltrona, simultâneo dorso e pernas e descanso de pernas por cremalheiras.



RC 202 Cama Fawler Elétrica Elevação de Altura:

Proporciona os seguintes movimentos: fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão de joelhos, elevação de altura do leito, simultâneo dorso e pernas e descanso de pernas por cremalheiras.




RC 201 Cama Fawler Elétrica Trendelemburg/Reverso de Trendelemburg:

Proporciona os seguintes movimentos: fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão de joelhos, trendelemburg/reverso de trendelemburg, poltrona, simultâneo dorso e pernas e descanso de pernas por cremalheiras.



RC 200 Cama Fawler Elétrica Dorso/Pernas:

Proporciona os seguintes movimentos: fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão de joelhos, simultâneo dorso e pernas e descanso de pernas por cremalheiras.



Teclado Peseira



Teclado Grades



Controle Manual

EM BRANCO

Especificações Técnicas:

Rodízios: Giratórios nas opções:

- Diâmetro nas dimensões de:
 - ✓ 2" (50mm) com freios e sem freios;
 - ✓ 3" (75mm) com freios e sem freios;
 - ✓ 4" (100mm) com freios e sem freios;
 - ✓ 5" (125mm) com freios e sem freios;
 - ✓ 6" (150mm) com freios e sem freios;
 - ✓ 8" (200mm) com freios e sem freios; e
 - ✓ 10" (250mm) com freios e sem freios.
- Opções de sistema de freio, trava e direcional:
 - ✓ Freios e travas individuais em 2 (duas) rodas em diagonal;
 - ✓ Freios e travas individuais em 4 (quatro) rodas;
 - ✓ Freios, travas e direcional em 4 (quatro) rodas, com sistema acionado através de pedais localizados nas laterais da cama;
 - ✓ Freios, travas e direcional em 4 (quatro) rodas, com sistema acionado através de um único pedal da cama;
 - ✓ Sistema direcional através de 5ª Roda central; e
 - ✓ Sistema de freio e trava estacionária de rotação e translação.
 - ✓ Freios, travas e direcional individual acionados em dois estágios.
- Opções de materiais de confecção:
 - ✓ Estrutura metálica zincada com banda de rolagem em material plástico, borracha, termo gel e silicone;
 - ✓ Totalmente em material plástico;
 - ✓ Totalmente em material plástico com dupla banda de rolagem;
 - ✓ Estrutura metálica zincada com banda de rolagem em material plástico e revestimento.

Acabamento: Opções de acabamento em:

- ✓ Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa;
- ✓ Em pintura epóxi com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa;
- ✓ Em Gel isofitálico;
- ✓ Esmaltado; e
- ✓ Inox com acabamento podendo ser: Escovado, Polido ou Fosco.

Dimensões: Dimensões da estrutura com as opções de:

- Variações na largura, comprimento e altura podendo ser definido de acordo com especificações, descritivos técnicos, opção do cliente ou proposta comercial apresentada.
- A Variação das medidas podem ser de +/- 300mm

Características Elétricas

- ✓ Grau de Proteção: IPx4 / Ip66;
- ✓ Tensão de Alimentação: 110/220V Bivolt Automático;
- ✓ Frequência: 50/60Hz
- ✓ Potência de Entrada: 310VA

Capacidade de Carga: Pacientes até 400 kg. (Dependendo do modelo)

EM BRANCO

Especificações Técnicas

Acessórios Opcionais:

- Para-choques nos cantos, em toda volta da cabeceira e peseira ou em toda extensão da cama, dos tipos:
 - ✓ Bampers;
 - ✓ Roller Bampers;
 - ✓ Skin;
 - ✓ PVC, Poliuretano, Gel Isofáltico, Borracha.
- Suportes opcionais confeccionados em material inox, carbono esmaltado ou cromado, dos tipos:
 - ✓ Suporte de soro com opções de fixação nos 4 (Quatro) cantos da cama;
 - ✓ Suporte de soro telescópio com opções de fixação nos 4 (Quatro) cantos da cama;
 - ✓ Suporte intravenoso para barra de trapésio;
 - ✓ Suporte para bolsas tipo: Foley, Bolsa Urinária, Bolsa de Drenagem nas laterais da cama; e
 - ✓ Suporte para: Bomba de Infusão, Desfibrilador, Cardioversor, Monitor, Cilindro O₂, Controle, Muletas, Mamadeiras, Mosquiteiros, Prontoários e Ventiladores de Emergência.
- Opções de colchão compatível com as dimensões da cama:
 - ✓ Colchão Hospitalar nas densidades: D28, D33, D45 ou densidade podendo ser definida de acordo com especificações, descritivos técnicos, opção do cliente ou proposta comercial apresentada;
 - ✓ Colchão de diversas camadas sendo 1 em visco elástico;
 - ✓ Colchão com revestimento soldado eletronicamente, lavável e impermeável;
 - ✓ Colchão caixa de ovo;
 - ✓ Revestimento com material e características podendo ser definida de acordo com especificações, descritivos técnicos, opção do cliente ou proposta comercial apresentada.
- Opcionais Elétricos:
 - ✓ Coluna Telescópica;
 - ✓ Bateria de 9V, 12V ou 24V, selada e recarregável automático com indicador de carga;
 - ✓ Sistema de Quick Release para retorno dos movimentos;
 - ✓ Sistema de "CPR" através de alavancas nas laterais da cama (dois lados);
 - ✓ Sistema de bloqueios das funções de comandos;
 - ✓ Chamada de enfermagem;
 - ✓ Controle supervisor móvel para acionamento dos movimentos;
 - ✓ Comandos dos movimentos tipo teclado com membrana embutidos nas grades nos lados interno e externo e peseira;
 - ✓ Luz noturna;
 - ✓ Indicador de carga de bateria.
 - ✓ Indicador de freio acionado.
 - ✓ Indicador de saída de paciente.
- Opcionais Diversos:
 - ✓ Extensor do leito na peseira;
 - ✓ Gaveta porta cassete para Raio X;
 - ✓ Indicador de ângulo de inclinação do dorso e trendeleburg;
 - ✓ Pés com ponteiros de borracha/PVC.

ATENÇÃO: Demais Opcionais favor consultar Tabela da Anvisa.

Normas Técnicas Aplicáveis:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011

ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010

ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013

Certificado de Conformidade Técnica: 17455-18.01

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583001780/2022-06)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA: MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item 01 :

1-ESPECIFICAÇÃO: Cama Hospitalar Adultas Elétricas

2 -MARCA: TUBOMED

3 - FABRICANTE: TUBOMED REFERÊNCIA DO PRODUTO:

4 - REGISTRO ANVISA:

5 – APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim

() Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada

DESFAVORAVEL
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE - SALC
FOLHA: 250
ASSINATURA

EM BRANCO

item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS
() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32
Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.
Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

- () Favorável
- (X) Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

A como optado não está de acordo com solicitado no TR:

- 1) Sem pivô depois de anestesia,
- 2) Sem greas laterais bipartidas.

Setor do teste:

3) Sem dispositivo de fixação do calceio


Data: 4) A altura do chão a plataforma de 53cm a optado é de 60cm

Responsável pelo parecer: _____

12/4/22

(assinar e carimbar)
ANDRÉA W. Intereminense
Maj. Med. - C.M. 10888
Idt. 010144275-4/MD/EB


EM BRANCO



5

Inicio / Categorias / Cama fawler - cabeceira e peseira em polipropileno

Anterior Próximo



Cama fawler - cabeceira e peseira em polipropileno

SKU: 1M202

Fes opcionais:

Selecione

Suporte para soro opcional:

Selecione

Registro no Ministério da Saúde (ANVISA):

20589640001

Itens opcionais:

- Leito em aço inoxidável;
- Grades laterais de abaixar em tubo de aço, com trava de segurança;
- Rodízios em polipropileno com sistema de freio em diagonal;
- Com suporte para soro, Sem suporte para soro;
- Estrutura de aço inoxidável;
- Pára-choque de proteção;
- Variação do diâmetro dos rodízios;
- Variação nas dimensões;
- Variação nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos;

Descrição do produto:

Construído em tubos e chapa de aço ferro em pintura eletrostática, antimicrobiana após tratamento antiferrugem;

Dimensões aproximadas:

1,90 x 0,90 x 0,60m. (CxLxA)

* Imagens meramente ilustrativas.

NOSSA LOJA

Endereço: Sítio Corredor da
AABB, 1300 - Barbalha - CE
Telefone: (68) 3532 1353
Email: tubomed@hotmail.com

HORÁRIO


Seg - Sex: 7:30 - 17:30
Sábado: 7:30 - 12:00

AJUDA

Envios e Devoluções
Política de Privacidade
FAQ

EM BRANCO

QUANTAR DE AREA DO RECIFE
POLHA 1070



© 2001 por Rachel de Sá Barreto Callou criado com Wix.com
Rachel de Sá Barreto Callou - ME. - CPF/CNPJ: 00.463.305/0001-30 - Sítio Corredor da AABB, 1300 - Barbalho, CE 63180-000
tubomed@hotmail.com - Telefone: (88) 3532 0033

EM BRANCO

MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
 CNPJ: 31.131.938/0001-74 IE: 16346280-1
 RUA AMERICO CARNEIRO, 137 - QUARENTA - CAMPINA GRANDE - PB - 58416-095
 FONE: 83 996798986 CELULAR: 83 998041505 CONTATO: SUSAN OU MATHEUS
 E-MAIL: MEDIC.VENDAS01@GMAIL.COM

ASSINATURA
 FOLHA: 257
 AREA DE RECEBIMENTO MILITAR

PROPOSTA UASG: 160199 PREGÃO: 112022

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
1	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS RODA DE BORRACHA, COMPRIMENTO ATÉ 2,10 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOTRANSARENTE COM BALANÇA	TUBOMED / TUBOMED / TUBOMED	22.047,00	Unidade	104	220.470,00

razão de validade da proposta: DE ACORDO COM EDITAL

Valor total da proposta: R\$ 220.470,00

razão entrega : DE ACORDO COM EDITAL

razão pagamento: DE ACORDO COM EDITAL

EM BRANCO

DO FORNECIMENTO: De acordo com o edital;

PRAZO E LÓCAL DE ENTREGA: De acordo com o Edital;

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com o Edital;

ALÍQUOTA do ICMS: 18% ESTADO DA PARAÍBA

ORIGEM DOS PRODUTOS/ PROCEDENCIA: Nacional.

DECLARAÇÃO: Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais e até a destinação da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

DECLARAÇÃO: Declaramos ainda que nossa proposta segue totalmente as especificações do presente edital;

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado no Banco: SANTANDER, Agência: 0974, Conta Corrente nº: 3001780-2.

DECLARAÇÃO: Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital, bem como que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor do lote cotado que venham onerar o objeto dessa licitação;

DECLARAÇÃO: Declaramos que aceitamos acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, de acordo com o disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO: declaramos que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

DECLARAÇÃO: Declaramos ainda que esta empresa é optante pelo SIMPLES nacional.



Dados bancários:

Banco: 033

Agência: 0974

Conta Corrente: 13001780-2

6 de Abril de 2022

MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS CPF:

EMERGENCY



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583001780/2022-06)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA

Item 01 :

1-ESPECIFICAÇÃO: Cama Hospitalar Adultas Elétricas

2 -MARCA: HOSPIMETAL

3 - FABRICANTE:HOSPIMETAL REFERÊNCIA DO PRODUTO: HM.2002E

4 - REGISTRO ANVISA:

5 – APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim

(x) Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir):
() Não () Sim ()

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
FOLHA: 256
ASSINATURA
DES FAVOR AVIS

EM BRANCO

item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32

Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.

Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

() Favorável
 (X) Desfavorável



11 - JUSTIFICAR O PARECER:

① Solicitado Trendelemburg e reverso 16°, a
 abertura em 12°
 ② Alterar ~~minimo~~ solicitação (de) ≤ 38 cm
 a ~~sem~~ abertura altura mínima 55 cm.
 Setor do teste: _____
 ③ Solicitado com grades laterais bipartidas, com
 sistema de vibração uniaxial pneumático, grades
 laterais com zona de raio ≥ 318 mm. A oper-
 tade, apresenta sistema de ^(assinar e carimbar) P₁ P₂ P₃ P₄ P₅ P₆ P₇ P₈ P₉ P₁₀ P₁₁ P₁₂ P₁₃ P₁₄ P₁₅ P₁₆ P₁₇ P₁₈ P₁₉ P₂₀ P₂₁ P₂₂ P₂₃ P₂₄ P₂₅ P₂₆ P₂₇ P₂₈ P₂₉ P₃₀ P₃₁ P₃₂ P₃₃ P₃₄ P₃₅ P₃₆ P₃₇ P₃₈ P₃₉ P₄₀ P₄₁ P₄₂ P₄₃ P₄₄ P₄₅ P₄₆ P₄₇ P₄₈ P₄₉ P₅₀ P₅₁ P₅₂ P₅₃ P₅₄ P₅₅ P₅₆ P₅₇ P₅₈ P₅₉ P₆₀ P₆₁ P₆₂ P₆₃ P₆₄ P₆₅ P₆₆ P₆₇ P₆₈ P₆₉ P₇₀ P₇₁ P₇₂ P₇₃ P₇₄ P₇₅ P₇₆ P₇₇ P₇₈ P₇₉ P₈₀ P₈₁ P₈₂ P₈₃ P₈₄ P₈₅ P₈₆ P₈₇ P₈₈ P₈₉ P₉₀ P₉₁ P₉₂ P₉₃ P₉₄ P₉₅ P₉₆ P₉₇ P₉₈ P₉₉ P₁₀₀ P₁₀₁ P₁₀₂ P₁₀₃ P₁₀₄ P₁₀₅ P₁₀₆ P₁₀₇ P₁₀₈ P₁₀₉ P₁₁₀ P₁₁₁ P₁₁₂ P₁₁₃ P₁₁₄ P₁₁₅ P₁₁₆ P₁₁₇ P₁₁₈ P₁₁₉ P₁₂₀ P₁₂₁ P₁₂₂ P₁₂₃ P₁₂₄ P₁₂₅ P₁₂₆ P₁₂₇ P₁₂₈ P₁₂₉ P₁₃₀ P₁₃₁ P₁₃₂ P₁₃₃ P₁₃₄ P₁₃₅ P₁₃₆ P₁₃₇ P₁₃₈ P₁₃₉ P₁₄₀ P₁₄₁ P₁₄₂ P₁₄₃ P₁₄₄ P₁₄₅ P₁₄₆ P₁₄₇ P₁₄₈ P₁₄₉ P₁₅₀ P₁₅₁ P₁₅₂ P₁₅₃ P₁₅₄ P₁₅₅ P₁₅₆ P₁₅₇ P₁₅₈ P₁₅₉ P₁₆₀ P₁₆₁ P₁₆₂ P₁₆₃ P₁₆₄ P₁₆₅ P₁₆₆ P₁₆₇ P₁₆₈ P₁₆₉ P₁₇₀ P₁₇₁ P₁₇₂ P₁₇₃ P₁₇₄ P₁₇₅ P₁₇₆ P₁₇₇ P₁₇₈ P₁₇₉ P₁₈₀ P₁₈₁ P₁₈₂ P₁₈₃ P₁₈₄ P₁₈₅ P₁₈₆ P₁₈₇ P₁₈₈ P₁₈₉ P₁₉₀ P₁₉₁ P₁₉₂ P₁₉₃ P₁₉₄ P₁₉₅ P₁₉₆ P₁₉₇ P₁₉₈ P₁₉₉ P₂₀₀ P₂₀₁ P₂₀₂ P₂₀₃ P₂₀₄ P₂₀₅ P₂₀₆ P₂₀₇ P₂₀₈ P₂₀₉ P₂₁₀ P₂₁₁ P₂₁₂ P₂₁₃ P₂₁₄ P₂₁₅ P₂₁₆ P₂₁₇ P₂₁₈ P₂₁₉ P₂₂₀ P₂₂₁ P₂₂₂ P₂₂₃ P₂₂₄ P₂₂₅ P₂₂₆ P₂₂₇ P₂₂₈ P₂₂₉ P₂₃₀ P₂₃₁ P₂₃₂ P₂₃₃ P₂₃₄ P₂₃₅ P₂₃₆ P₂₃₇ P₂₃₈ P₂₃₉ P₂₄₀ P₂₄₁ P₂₄₂ P₂₄₃ P₂₄₄ P₂₄₅ P₂₄₆ P₂₄₇ P₂₄₈ P₂₄₉ P₂₅₀ P₂₅₁ P₂₅₂ P₂₅₃ P₂₅₄ P₂₅₅ P₂₅₆ P₂₅₇ P₂₅₈ P₂₅₉ P₂₆₀ P₂₆₁ P₂₆₂ P₂₆₃ P₂₆₄ P₂₆₅ P₂₆₆ P₂₆₇ P₂₆₈ P₂₆₉ P₂₇₀ P₂₇₁ P₂₇₂ P₂₇₃ P₂₇₄ P₂₇₅ P₂₇₆ P₂₇₇ P₂₇₈ P₂₇₉ P₂₈₀ P₂₈₁ P₂₈₂ P₂₈₃ P₂₈₄ P₂₈₅ P₂₈₆ P₂₈₇ P₂₈₈ P₂₈₉ P₂₉₀ P₂₉₁ P₂₉₂ P₂₉₃ P₂₉₄ P₂₉₅ P₂₉₆ P₂₉₇ P₂₉₈ P₂₉₉ P₃₀₀ P₃₀₁ P₃₀₂ P₃₀₃ P₃₀₄ P₃₀₅ P₃₀₆ P₃₀₇ P₃₀₈ P₃₀₉ P₃₁₀ P₃₁₁ P₃₁₂ P₃₁₃ P₃₁₄ P₃₁₅ P₃₁₆ P₃₁₇ P₃₁₈ P₃₁₉ P₃₂₀ P₃₂₁ P₃₂₂ P₃₂₃ P₃₂₄ P₃₂₅ P₃₂₆ P₃₂₇ P₃₂₈ P₃₂₉ P₃₃₀ P₃₃₁ P₃₃₂ P₃₃₃ P₃₃₄ P₃₃₅ P₃₃₆ P₃₃₇ P₃₃₈ P₃₃₉ P₃₄₀ P₃₄₁ P₃₄₂ P₃₄₃ P₃₄₄ P₃₄₅ P₃₄₆ P₃₄₇ P₃₄₈ P₃₄₉ P₃₅₀ P₃₅₁ P₃₅₂ P₃₅₃ P₃₅₄ P₃₅₅ P₃₅₆ P₃₅₇ P₃₅₈ P₃₅₉ P₃₆₀ P₃₆₁ P₃₆₂ P₃₆₃ P₃₆₄ P₃₆₅ P₃₆₆ P₃₆₇ P₃₆₈ P₃₆₉ P₃₇₀ P₃₇₁ P₃₇₂ P₃₇₃ P₃₇₄ P₃₇₅ P₃₇₆ P₃₇₇ P₃₇₈ P₃₇₉ P₃₈₀ P₃₈₁ P₃₈₂ P₃₈₃ P₃₈₄ P₃₈₅ P₃₈₆ P₃₈₇ P₃₈₈ P₃₈₉ P₃₉₀ P₃₉₁ P₃₉₂ P₃₉₃ P₃₉₄ P₃₉₅ P₃₉₆ P₃₉₇ P₃₉₈ P₃₉₉ P₄₀₀ P₄₀₁ P₄₀₂ P₄₀₃ P₄₀₄ P₄₀₅ P₄₀₆ P₄₀₇ P₄₀₈ P₄₀₉ P₄₁₀ P₄₁₁ P₄₁₂ P₄₁₃ P₄₁₄ P₄₁₅ P₄₁₆ P₄₁₇ P₄₁₈ P₄₁₉ P₄₂₀ P₄₂₁ P₄₂₂ P₄₂₃ P₄₂₄ P₄₂₅ P₄₂₆ P₄₂₇ P₄₂₈ P₄₂₉ P₄₃₀ P₄₃₁ P₄₃₂ P₄₃₃ P₄₃₄ P₄₃₅ P₄₃₆ P₄₃₇ P₄₃₈ P₄₃₉ P₄₄₀ P₄₄₁ P₄₄₂ P₄₄₃ P₄₄₄ P₄₄₅ P₄₄₆ P₄₄₇ P₄₄₈ P₄₄₉ P₄₅₀ P₄₅₁ P₄₅₂ P₄₅₃ P₄₅₄ P₄₅₅ P₄₅₆ P₄₅₇ P₄₅₈ P₄₅₉ P₄₆₀ P₄₆₁ P₄₆₂ P₄₆₃ P₄₆₄ P₄₆₅ P₄₆₆ P₄₆₇ P₄₆₈ P₄₆₉ P₄₇₀ P₄₇₁ P₄₇₂ P₄₇₃ P₄₇₄ P₄₇₅ P₄₇₆ P₄₇₇ P₄₇₈ P₄₇₉ P₄₈₀ P₄₈₁ P₄₈₂ P₄₈₃ P₄₈₄ P₄₈₅ P₄₈₆ P₄₈₇ P₄₈₈ P₄₈₉ P₄₉₀ P₄₉₁ P₄₉₂ P₄₉₃ P₄₉₄ P₄₉₅ P₄₉₆ P₄₉₇ P₄₉₈ P₄₉₉ P₅₀₀ P₅₀₁ P₅₀₂ P₅₀₃ P₅₀₄ P₅₀₅ P₅₀₆ P₅₀₇ P₅₀₈ P₅₀₉ P₅₁₀ P₅₁₁ P₅₁₂ P₅₁₃ P₅₁₄ P₅₁₅ P₅₁₆ P₅₁₇ P₅₁₈ P₅₁₉ P₅₂₀ P₅₂₁ P₅₂₂ P₅₂₃ P₅₂₄ P₅₂₅ P₅₂₆ P₅₂₇ P₅₂₈ P₅₂₉ P₅₃₀ P₅₃₁ P₅₃₂ P₅₃₃ P₅₃₄ P₅₃₅ P₅₃₆ P₅₃₇ P₅₃₈ P₅₃₉ P₅₄₀ P₅₄₁ P₅₄₂ P₅₄₃ P₅₄₄ P₅₄₅ P₅₄₆ P₅₄₇ P₅₄₈ P₅₄₉ P₅₅₀ P₅₅₁ P₅₅₂ P₅₅₃ P₅₅₄ P₅₅₅ P₅₅₆ P₅₅₇ P₅₅₈ P₅₅₉ P₅₆₀ P₅₆₁ P₅₆₂ P₅₆₃ P₅₆₄ P₅₆₅ P₅₆₆ P₅₆₇ P₅₆₈ P₅₆₉ P₅₇₀ P₅₇₁ P₅₇₂ P₅₇₃ P₅₇₄ P₅₇₅ P₅₇₆ P₅₇₇ P₅₇₈ P₅₇₉ P₅₈₀ P₅₈₁ P₅₈₂ P₅₈₃ P₅₈₄ P₅₈₅ P₅₈₆ P₅₈₇ P₅₈₈ P₅₈₉ P₅₉₀ P₅₉₁ P₅₉₂ P₅₉₃ P₅₉₄ P₅₉₅ P₅₉₆ P₅₉₇ P₅₉₈ P₅₉₉ P₆₀₀ P₆₀₁ P₆₀₂ P₆₀₃ P₆₀₄ P₆₀₅ P₆₀₆ P₆₀₇ P₆₀₈ P₆₀₉ P₆₁₀ P₆₁₁ P₆₁₂ P₆₁₃ P₆₁₄ P₆₁₅ P₆₁₆ P₆₁₇ P₆₁₈ P₆₁₉ P₆₂₀ P₆₂₁ P₆₂₂ P₆₂₃ P₆₂₄ P₆₂₅ P₆₂₆ P₆₂₇ P₆₂₈ P₆₂₉ P₆₃₀ P₆₃₁ P₆₃₂ P₆₃₃ P₆₃₄ P₆₃₅ P₆₃₆ P₆₃₇ P₆₃₈ P₆₃₉ P₆₄₀ P₆₄₁ P₆₄₂ P₆₄₃ P₆₄₄ P₆₄₅ P₆₄₆ P₆₄₇ P₆₄₈ P₆₄₉ P₆₅₀ P₆₅₁ P₆₅₂ P₆₅₃ P₆₅₄ P₆₅₅ P₆₅₆ P₆₅₇ P₆₅₈ P₆₅₉ P₆₆₀ P₆₆₁ P₆₆₂ P₆₆₃ P₆₆₄ P₆₆₅ P₆₆₆ P₆₆₇ P₆₆₈ P₆₆₉ P₆₇₀ P₆₇₁ P₆₇₂ P₆₇₃ P₆₇₄ P₆₇₅ P₆₇₆ P₆₇₇ P₆₇₈ P₆₇₉ P₆₈₀ P₆₈₁ P₆₈₂ P₆₈₃ P₆₈₄ P₆₈₅ P₆₈₆ P₆₈₇ P₆₈₈ P₆₈₉ P₆₉₀ P₆₉₁ P₆₉₂ P₆₉₃ P₆₉₄ P₆₉₅ P₆₉₆ P₆₉₇ P₆₉₈ P₆₉₉ P₇₀₀ P₇₀₁ P₇₀₂ P₇₀₃ P₇₀₄ P₇₀₅ P₇₀₆ P₇₀₇ P₇₀₈ P₇₀₉ P₇₁₀ P₇₁₁ P₇₁₂ P₇₁₃ P₇₁₄ P₇₁₅ P₇₁₆ P₇₁₇ P₇₁₈ P₇₁₉ P₇₂₀ P₇₂₁ P₇₂₂ P₇₂₃ P₇₂₄ P₇₂₅ P₇₂₆ P₇₂₇ P₇₂₈ P₇₂₉ P₇₃₀ P₇₃₁ P₇₃₂ P₇₃₃ P₇₃₄ P₇₃₅ P₇₃₆ P₇₃₇ P₇₃₈ P₇₃₉ P₇₄₀ P₇₄₁ P₇₄₂ P₇₄₃ P₇₄₄ P₇₄₅ P₇₄₆ P₇₄₇ P₇₄₈ P₇₄₉ P₇₅₀ P₇₅₁ P₇₅₂ P₇₅₃ P₇₅₄ P₇₅₅ P₇₅₆ P₇₅₇ P₇₅₈ P₇₅₉ P₇₆₀ P₇₆₁ P₇₆₂ P₇₆₃ P₇₆₄ P₇₆₅ P₇₆₆ P₇₆₇ P₇₆₈ P₇₆₉ P₇₇₀ P₇₇₁ P₇₇₂ P₇₇₃ P₇₇₄ P₇₇₅ P₇₇₆ P₇₇₇ P₇₇₈ P₇₇₉ P₇₈₀ P₇₈₁ P₇₈₂ P₇₈₃ P₇₈₄ P₇₈₅ P₇₈₆ P₇₈₇ P₇₈₈ P₇₈₉ P₇₉₀ P₇₉₁ P₇₉₂ P₇₉₃ P₇₉₄ P₇₉₅ P₇₉₆ P₇₉₇ P₇₉₈ P₇₉₉ P₈₀₀ P₈₀₁ P₈₀₂ P₈₀₃ P₈₀₄ P₈₀₅ P₈₀₆ P₈₀₇ P₈₀₈ P₈₀₉ P₈₁₀ P₈₁₁ P₈₁₂ P₈₁₃ P₈₁₄ P₈₁₅ P₈₁₆ P₈₁₇ P₈₁₈ P₈₁₉ P₈₂₀ P₈₂₁ P₈₂₂ P₈₂₃ P₈₂₄ P₈₂₅ P₈₂₆ P₈₂₇ P₈₂₈ P₈₂₉ P₈₃₀ P₈₃₁ P₈₃₂ P₈₃₃ P₈₃₄ P₈₃₅ P₈₃₆ P₈₃₇ P₈₃₈ P₈₃₉ P₈₄₀ P₈₄₁ P₈₄₂ P₈₄₃ P₈₄₄ P₈₄₅ P₈₄₆ P₈₄₇ P₈₄₈ P₈₄₉ P₈₅₀ P₈₅₁ P₈₅₂ P₈₅₃ P₈₅₄ P₈₅₅ P₈₅₆ P₈₅₇ P₈₅₈ P₈₅₉ P₈₆₀ P₈₆₁ P₈₆₂ P₈₆₃ P₈₆₄ P₈₆₅ P₈₆₆ P₈₆₇ P₈₆₈ P₈₆₉ P₈₇₀ P₈₇₁ P₈₇₂ P₈₇₃ P₈₇₄ P₈₇₅ P₈₇₆ P₈₇₇ P₈₇₈ P₈₇₉ P₈₈₀ P₈₈₁ P₈₈₂ P₈₈₃ P₈₈₄ P₈₈₅ P₈₈₆ P₈₈₇ P₈₈₈ P₈₈₉ P₈₉₀ P₈₉₁ P₈₉₂ P₈₉₃ P₈₉₄ P₈₉₅ P₈₉₆ P₈₉₇ P₈₉₈ P₈₉₉ P₉₀₀ P₉₀₁ P₉₀₂ P₉₀₃ P₉₀₄ P₉₀₅ P₉₀₆ P₉₀₇ P₉₀₈ P₉₀₉ P₉₁₀ P₉₁₁ P₉₁₂ P₉₁₃ P₉₁₄ P₉₁₅ P₉₁₆ P₉₁₇ P₉₁₈ P₉₁₉ P₉₂₀ P₉₂₁ P₉₂₂ P₉₂₃ P₉₂₄ P₉₂₅ P₉₂₆ P₉₂₇ P₉₂₈ P₉₂₉ P₉₃₀ P₉₃₁ P₉₃₂ P₉₃₃ P₉₃₄ P₉₃₅ P₉₃₆ P₉₃₇ P₉₃₈ P₉₃₉ P₉₄₀ P₉₄₁ P₉₄₂ P₉₄₃ P₉₄₄ P₉₄₅ P₉₄₆ P₉₄₇ P₉₄₈ P₉₄₉ P₉₅₀ P₉₅₁ P₉₅₂ P₉₅₃ P₉₅₄ P₉₅₅ P₉₅₆ P₉₅₇ P₉₅₈ P₉₅₉ P₉₆₀ P₉₆₁ P₉₆₂ P₉₆₃ P₉₆₄ P₉₆₅ P₉₆₆ P₉₆₇ P₉₆₈ P₉₆₉ P₉₇₀ P₉₇₁ P₉₇₂ P₉₇₃ P₉₇₄ P₉₇₅ P₉₇₆ P₉₇₇ P₉₇₈ P₉₇₉ P₉₈₀ P₉₈₁ P₉₈₂ P₉₈₃ P₉₈₄ P₉₈₅ P₉₈₆ P₉₈₇ P₉₈₈ P₉₈₉ P₉₉₀ P₉₉₁ P₉₉₂ P₉₉₃ P₉₉₄ P₉₉₅ P₉₉₆ P₉₉₇ P₉₉₈ P₉₉₉ P₁₀₀₀

12/04/22

ANDRÉA W. [illegible]
 Maj. Med. [illegible]
 CR. 010144210-5 MDIEB

EM BRANCO



Pregão Eletrônico nº 11/2022 | Processo Administrativo nº 64583.001780/2022-06
MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Abertura das Propostas dia 07 de Abril de 2022 às 09:00 horas
Site: www.comprasnet.gov.br Uasg.: 160199

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda.

ENDEREÇO: Rua Brigadeiro Faria Lima nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP.

FONE/FAX: (18) 2102-0625

C.N.P.J.: 54.178.983/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

SIGNATÁRIO: Wiliam Donisete de Paula, Sócio-Administrador, RG nº 8.022.149-SSP/SP - CPF nº 029.327.588-29.

ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, nº. 346, Apto 141, Centro, Araçatuba/SP, CEP: 16010-380.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3300-6

C/C: 1247-5

E-MAIL: vendas3@hospimetal.com.br | vendas6@hospimetal.com.br

Lote	Descrição	Marca/Modelo	Unid	Qtd	PREÇO expresso em R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	<p>HM.2002 E + CAMA FAWLER-4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS.</p> <p>CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis (sem o uso de ferramentas), para acesso e utilização em procedimentos de massagem cardíaca, estruturada nas laterais em material injetado em polietileno (modelo C9) de alta densidade, com área de pegas vazadas para proteção das mãos da equipe de enfermagem e transporte da cama.</p> <p>CHASSI: base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência.</p> <p>ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2 mm de espessura (perfurado), perfilados em U.</p> <p>ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS termoconformado rádio-transparente de alto impacto, possibilitando os movimentos Fowler/Auto-Contorno em 70° (elevação do dorso e das pernas de forma simultânea, permitindo que o</p>	Hospimetal HM.2002E	Unid	10	R\$ 15.500,00	R\$ 155.000,00

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Brigadeiro Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030.

Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 9 8114-8925 - 9 8151-0700 - 9 8151-0708 - 9 5181-0706

Whatsapp: (18) 9 8151-0390

e-mail: vendas@hospimetal.com.br

Web Site: www.hospimetal.com.br



CNPJ: 54.178.983/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

EM BRANCO

Hospimetal®

Tecnologia a serviço da vida



paciente não deslize no leito), Semi-Fowler, Trendeleburg em 12°, Reverso do Trendeleburg em 12°, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação do leito.

MOTORES: 4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts - 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts - 2 Ah, - com unidade de bateria 24 V - 1,2 Ah, recarregável.

GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, com movimentação pelo sistema de pistão permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embutí-las sob o leito (modelo G9), com distância entre as grades de 312mm, conforme as normas técnicas brasileiras NBR IEC 60601-2-52:2013.

CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 localizado nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e trendeleburg com um único toque de comando.

PÁRA-CHOQUE: Pára-choque de borracha nos 04 cantos da cama para proteção de parede.

RODÍZIOS: Diâmetro de 150 mm com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para ambos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisora.

PINTURA: Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica.

CAPACIDADE: 250 kg. Indicador de ângulo. Alívio mecânico.

DIMENSÕES:

Externas: 2,25 m x 1,10m. Interna: 1,90 x 0,90m.

Altura ajustável de 0,45 até 0,70m.

ANVISA: 80172580001

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Brigadeiro Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030.

Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 9 8114-8925 - 9 8151-0700 - 9 8151-0708 - 9 5181-0706

Whatsapp: (18) 9 8151-0390 e-mail: vendas@hospimetal.com.br Web Site: www.hospimetal.com.br

CNPJ: 54.178.983/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

EM BRANCO

ACOMPANHA:

- Sistema de compensação abdominal: Dispositivo que proporciona o alívio da pressão no abdômen e na pélvis através da retração da secção do dorso, quando elevada, evitando o deslocamento do paciente para frente, melhorando seu conforto, e evitando o cisalhamento da pele e a formação de úlceras de pressão.
- Dispositivo para retenção do colchão nas laterais do estrado.
- CPR mecânico para procedimentos de emergência e ressuscitação cardiopulmonar, acionados através de alavanca lateral em ambos os lados da cama, com sistema de amortecimento em sua queda.
- Suporte para Soro em aço inox, com altura regulável, acoplado aos quatro cantos do leito.
- Ganchos para bolsas de drenagem, localizados em ambos os lados da cama, abaixo do leito.
- Extensão do leito na peseira da cama em até 10cm.
- Bateria recarregável, para acionamento dos movimentos em caso de falta de energia elétrica.
- Colchão de espuma, anti-escara, construído em espuma de várias densidades com redução de pressão e retardante a fogo, com espessura de 0,12 m, revestido em tecido stretch, cor azul-marinho, anti-bacteriano, anti-fungoso, anti-estático, anti-chamas, sem látex, permeável à passagem de ar, não permite que fluidos penetrem, lavável e com zíper. Proporciona controle de odores. Marca: ALPHAMASTER.

Marca/Fabricação: Hospimetal
Procedência: Nacional
Garantia: 12 (Doze) meses
Produto certificado pelo INMETRO
Grau de proteção contra água e respingos, IPX4
Assistência técnica autorizada no estado do Pernambuco.

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Brigadeiro Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030.

Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 9 8114-8925 - 9 8151-0700 - 9 8151-0708 - 9 5181-0706

Whatsapp: (18) 9 8151-0390 e-mail: vendas@hospimetal.com.br Web Site: www.hospimetal.com.br

CNPJ: 54.178.983/0001-80


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

EM BRANCO

CONDIÇÕES GERAIS

1. Nos preços propostos já se encontram inclusos Embalagem, frete e impostos, sendo o material entregue no Setor do Almoxarifado Central do HMAR, Rua do Hospício, 563 – Bairro Boa Vista – Recife/PE.
2. Condições de pagamento: 30 (Trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal.
3. Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias contados a partir da confirmação do recebimento da Nota de Empenho.
4. Validade da proposta: 180 (Cento e Oitenta) dias.
5. Os móveis são de procedência Nacional, da marca HOSPIMETAL, com 01 (um) ano de garantia contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.
6. Todos os móveis passam pelo processo de tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica.
7. Estamos de acordo com todas as normas e condições contidas neste Edital de Pregão Eletrônico e cotamos os itens dentro das especificações.
8. Os produtos negociados nesta proposta, após o término da sua vida útil, devem ter suas partes recicláveis descartadas conforme legislação vigente no município, estado ou país da compra.
9. Nos preços estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o fornecimento, frete, treinamento, instalação do objeto do presente edital.

Araçatuba/SP, 07 de Abril de 2022.


HOSPIMETAL - INDÚSTRIA METALÚRGICA DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
WILLIAM DONISETE DE PAULA
RG 8.022.149-X 88P/SP

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Brigadeiro Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030.

Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 9 8114-8925 - 9 8151-0700 - 9 8151-0708 - 9 5181-0706


Whatsapp: (18) 9 8151-0390 e-mail: vendas@hospimetal.com.br Web Site: www.hospimetal.com.br

CNPJ: 54.178.983/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

EM BRANCO

Hospimetal
Tecnologia a serviço da vida



DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 54.178.983/0001-80 e Inscrição Estadual nº 177.052.168.115, com sede à Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701 - Parque Industrial, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, **DECLARA** que os bens por ela ofertados são da Marca Hospimetal, de procedência Nacional, comprovadamente novos e sem uso, sendo entregues prontos para uso, não necessitando, peças de reposição, ferramentas especiais, material de consumo específico, e nem de acessórios periféricos, sendo os produtos garantidos por **01 (UM) ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.**

Nota:

Definição de defeito de fabricação:

São os defeitos de concepção ou construção, ocorrido por erro de projeto ou escolha errônea de materiais utilizados na construção, bem como os ocorridos na fase de fabricação, por falha mecânica ou humana.


Não estão contidos nos defeitos de fabricação o uso inadequado, os defeitos originados por manutenção inadequada ou falta de manutenção, os componentes eletrônicos (salvo se defeito de fabricação do nosso fornecedor), e os desgastes naturais por uso.

Informa ainda que o prestador de assistência técnica na região de Recife/PE é a empresa **EQUIPTech COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA LTDA** - Rua Oscar Berardo, 30 - Bairro: Bongi - Cep: 50751-020 - Recife/PE - Fones: (81) 3040-1779 / 3039-8935 - Contato: Sr. Sérgio Aguiar, E-mail: sergio@equiptechpe.com.br, estando apta a prestar todo tipo de informações e/ou assistência.

DECLARA ainda: que após o término da garantia o fabricante garantirá a venda de peças de reposição diretamente ao cliente ou através de seu representante exclusivo por um período mínimo de 05 (Cinco) anos. Declara também a instalação e treinamento na unidade hospitalar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Araçatuba/SP, 07 de Abril de 2022.


HOSPIMETAL - INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
WILLIAM DONISETE DE PAULA
RG 8.022.149-X SSP/SP

HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Brigadeiro Faria Lima, nº 2.701 - Parque Industrial - Araçatuba/SP - CEP: 16078-030.

Telefone: (18) 2102-0625 - Celulares empresariais: (18) 9 8114-8925 - 9 8151-0700 - 9 8151-0708 - 9 5181-0706

Whatsapp: (18) 9 8151-0390 e-mail: vendas@hospimetal.com.br Web Site: www.hospimetal.com.br

CNPJ: 54.178.983/0001-80


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.052.168.115

EM BRANCO

CAMAS ADULTOS

Modelo 2002 É CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB/PESEIRA E GRADES EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS

CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, estruturadas nos laterais em material injetado em polietileno. **CHASSI:** Base construída em perfilado de tubo de aço, retangular 50 x 40 x 1,5 mm, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. **ESTRUTURA DO ESTRADO:** Construída em chapa de aço 2,2 mm perfurada em "U" - ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 40 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS (termo-conformado, radiotransparente de alto impacto). **MOTORES:** Movimentos comandados por 4 motores, dotados de tim de curso para proteção blindada, tensão principal 110/220 volts 50/60 Hz, 18 (consó) secundária 24 volts 2 A, com unidade de potência 24V-12 AM, recarregável. **GRADES LATERAIS:** Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturadas em polietileno injetado, fixadas a cama, móveis pelo sistema de pistão a gás, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, e sistema de embulões sob o leito. **CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS:** 2 controles digitais localizados em duas grades laterais, existentes no corpo da cama, com ação silenciosa interna e externa. Controle digital ligado na peseira, com controle geral dos movimentos da cama, inclusive travamento dos movimentos. PCB e Trendelenburg, com um único toque de comando. **SUORTE PARA SORO:** suporte para soro em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito. **PARA CHOQUE:** Para choque nos 4 cantos da cama para proteção de parede. **RODÍZIOS:** Rodízios de 150 mm de diâmetro, com habilitação de rodagem coadjuvante em polietileno, com sistema de movimento, freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos rodízios em todas as direções, podendo direcionar os rodízios para longos túneis e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador de ângulo - Alívio mecânico. **CAPACIDADE:** 250 kg.



DIMENSÕES

- Externa: 2,25 x 1,70 m, altura ajustável de 0,45 até 0,70 m.
- Interna: 1,90 x 0,90 m.

OPCIONAIS

- Capacidade 350 kg.
- Cabeceira/peseira e grades em poluretano.
- Extensão do leito na peseira.
- Capota radiotransparente em laminação de alta pressão sob a ação do dorso.
- Grades em toda extensão do leito.
- Leito em aço inox.
- Leito em chapa de aço.
- Leito perfurado.
- Luz noturna e chamada de enfermagem.
- Quinta roda direcional.
- Suporte para bolsa de drenagem.
- Suporte para cilindro oxigênio.
- Sistema de compensação abdominal.
- Sistema de Quick-Release do dorso.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.

EMPRANCO

Hospimetal®


Tecnologia a serviço da vida



Início > Produtos > Camas Adulto > HM2002E



HM.2002E - CAMA FAWLER, 4 MOTORES, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Indicada para o restabelecimento de pacientes em ambiente hospitalar, clínico ou U.T.I.. Oferece conforto, segurança, mobilidade e praticidade. Através dos controles digitais localizados nas grades laterais, o próprio paciente e enfermeiros podem executar a movimentação do leito da cama nas posições disponíveis. Dotada de controle supervisorio na peseira para a movimentação geral pela equipe de enfermagem, com a possibilidade de travamento de movimentos do paciente.

DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS MOVIMENTOS CORES


- **CABECEIRA E PESEIRA:** removíveis, estruturada nas laterais em material injetado em polietileno
- **CHASSI:** base em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência.
- **ESTRADO:** articulado em 4 seções, estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado rádio-transparente de alto impacto.
- **GRADES LATERAIS:** dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em material injetado em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embut-las sob o leito.
- **CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADO:** 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelemburg com um único toque de comando.
- **SUPORTE DE SORO:** em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito.
- **PARA-CHOQUE:** nos 4 cantos da cama para proteção de parede.
- **RODÍZIOS:** diâmetro de 150 mm com banda de rotação condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisorio.

[<< Voltar](#)

EM BRANCO

Hospimetal

Tecnologia a serviço da vida





RECIFE

HOME EMPRESA PRODUTOS ORÇAMENTO CERTIFICAÇÕES CONTATO

Início > Produtos > Camas Adulto > HM2002E



HM.2002E - CAMA FAWLER, 4 MOTORES, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Indicada para o restabelecimento de pacientes em ambiente hospitalar, clínico ou U.T.I.. Oferece conforto, segurança, mobilidade e praticidade. Através dos controles digitais localizados nas grades laterais, o próprio paciente e enfermeiros podem executar a movimentação do leito da cama nas posições disponíveis. Dotada de controle supervisorio na peseira para a movimentação geral pela equipe de enfermagem, com a possibilidade de travamento de movimentos do paciente.

DESCRIÇÃO CONSTRUTIVA	ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	MOVIMENTOS	CORES
<ul style="list-style-type: none"> • CABECEIRA E PESEIRA: removíveis, estruturada nas laterais em material injetado em polietileno • CHASSI: base em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. • ESTRADO: articulado em 4 seções, estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2 mm e 50 x 30 x 2,0 mm, totalmente revestido em ABS termo-conformado rádio-transparente de alto impacto. • GRADES LATERAIS: dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em material injetado em polietileno, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embutir-las sob o leito. • CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADO: 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR e Trendelenburg com um único toque de comando. • SUORTE DE SORO: em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito. • PARA-CHOQUE: nos 4 cantos da cama para proteção de parede. • RODÍZIOS: diâmetro de 150 mm com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimenta. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisorora. 				

<< Voltar

LIWI BRANCO



Confira outros modelos:



HM.2004D



HM.2004K




HM.2006



HM.2006

Este produto possui certificação de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde do Brasil.



EMPRESA

INDICADA

QUALIDADE

Endereço: Rua ...

Telefone: ...

Hospimetal@hospimetal.com.br

© Copyright 2017 - HOSPIMETAL. All rights reserved.

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583001780/2022-06)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item 01 :

1-ESPECIFICAÇÃO: Cama Hospitalar Adultas Elétricas

2 -MARCA: metahospitalar

3 - FABRICANTE: metahospitalar REFERÊNCIA DO PRODUTO: MT 167

4 - REGISTRO ANVISA:

5 – APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim

() Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta


6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada



EM BRANCO

item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS
() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32
Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.
Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

() Favorável
(x) Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

① Soluções reverso $\geq 16^\circ$; Operados com Trendelenburg e reverso com 12°
② Sem dispositivo de fixação do colchão.
③ ~~Esta~~ A especificação da superfície "colchão" não Setor do teste: apresenta especificações mínimas, solú-
cões no TR. Solicitamos colchão com suporte

Data: 12/04/22 de peso ≥ 250 kg

Responsável pelo parecer: _____

(assinar e carimbar)

ANDRÉA W. INTERMUNENSZ
Maj. 01044215-1 MDIEB


EM BRANCO



META HOSPITALAR

CNPJ 01.866.388/0001-70 I.E. 10.292.702-2

End: Av Elmar Arantes Cabral SN, Qd. 07 Lts 34/36 - Parque Ind. José de Alencar
Cep: 74993-535 Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62-3282-9920
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br



**Ao
COMANDO MILITAR DO OESTE BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO
MILITAR DO NORDESTE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
(Processo Administrativo nº 64583.001780/2022-06)**

Proponente:

Razão social: META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 01.866.388/0001-70

Endereço: Av: Elmar Arantes Cabral SN, Qd. 07 Lts. 34/36 Pq. Ind. José de Alencar, CEP: 74.993-535 Aparecida de Goiânia – GO.

E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

Dados do representante legal:

Nome: Kilder Vieira de Melo

CPF: 794.767.161-34

RG: 1968182 SSP GO

Sócio - Proprietário


Dados bancários:

Nome e número do Banco: Banco 104-Caixa Econômica Federal

Nome e número da Agência: Agência 2281 – Operação 003

Número da Conta Corrente: 320.836-1 – CHAVE PIX - CNPJ

NOSSA PROPOSTA: 68143/22

ITEM	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA Fabricante e Distribuidor: Meta Móveis de Metais Indústria e Comercio LTDA CNPJ: 01.866.388/0001-70 País de Origem: Brasil Marca: Metahospitalar MT 167 FLEX CARE UTI MOTORIZADA COM BALANÇA INCORPORADA A CAMA REGISTRO ANVISA : 80581990009 Projetada com base nos padrões das normas: ABNT 60601 geral - 60601-1 colateral - 60601-2-52 específica ABNT 60601 geral</p>  <p>*Foto ilustrativa</p>	10	R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)	R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)

EM BRANCO



Chassi Construído em estrutura de tubos de aço carbono retangular 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8" de espessura para receber as articulações dos movimentos Trendelenburg, Proclive, dorso e perna.

Pés vasculares através de Cremalheira com seis posições de regulagem localizada na bandeja da peseira.

Estrado Construído em tubos de aço carbono retangular 50 x 30 x 2,0mm com quatro travessas como reforço estrutural do estrado para receber os movimentos de dorso e pernas. Peseira e cabeceira com quatro chapas com 3/8" de espessura para receber a articulação do chassi. Suporte para líquidos (bolsas) localizado no centro do estrado e em ambos os lados.

Leito Articulado em quatro secções com estrutura de tubos de aço carbono quadrado 30 x 30 x 2,0 mm de espessura com bandejas em ABS injetado de alto impacto.

Sistema de Articulação para movimentos de Elevação, Trendelenburg e Proclive. Estrutura de aço laminado de 3/8" x 1.1/2" e 1.1/2" x 1/4" com tubos redondos de 1.1/4" x 3,0mm de espessura. A articulação é feita por braços fixados na base do equipamento com sistema de eixo articulado.

Seção dorso com retração de 10cm ao movimentar para evitar cisalhamentos ou compressões na região sacral do paciente.

Possuem movimentos comandados por quatro atuadores elétricos instalados sob o leito para realizar os movimentos de Fowler (dorso e perna), elevação, Trendelenburg e Proclive.

Possuem controle digital com botão micro chave, com etiqueta em policarbonato e bloqueador de funções, sendo dois controles localizados nas grades laterais do dorso da cama, com acionamento interno e externo, com as seguintes funções: Fowler (Dorso, Pernas e Simultâneo), Elevação, Poltrona e Trendelenburg, luz noturna, chamada de emergência ,

Movimento do dorso com sistema retrátil que alivia a pressão sacral e simultâneo ao das pernas para evitar o deslize do paciente.

Balança incorporada a cama, com visor display na peseira da cama com todas as funções de movimentos.

CPR - Controle de Parada Rápida na seção dorso em ambos os lados através de alavancas com descida orientada para que em caso de paradas cardio-respiratórias facilite ao rápido atendimento ao paciente.

CPR - Eletrônico a um só toque no digital na grade da cama.

Grades laterais em polietileno com sistema travamento retrátil, com amortecimento da descida através de mola a gás.

Sendo duas na seção de dorso e duas centrais possibilitando a rota de fuga medindo 410mm de abertura.

Indicadores analógicos de ângulo de dorso e

Trendelenburg/proclive em ambos os lados das grades.

Cabeceira e Peseira em plástico polietileno injetado de alto impacto, com trava e removível quando necessário.

Rodas Possuem 6" polegadas (150mm) de diâmetro em termoplástico.

Desempenhando proteção ao piso com baixo ruído no deslocamento e excelente capacidade de carga. **Freios** Produto

dotado com sistema de rolagem simples com sistema de freios a pedal posicionado na peseira em ambos os lados com a função de trava total estacionária e direcional.

Caretagem em termoplástico revestindo toda a base da cama.

Colchão com Sistema em Espumas de Poliuretano de alta resiliência com múltiplas densidades para Prevenção de Lesão por Pressão com sistemas de blocos seccionados que trabalham de forma independente de mobilidade gerando um alívio de pressão sendo utilizado no tratamento e prevenção de lesão por pressão.

OK

OK

Anacardo

EM BRANCO



META HOSPITALAR

CNPJ 01.866.388/0001-70 I.E. 10.292.702-2

End: Av Elmar Arantes Cabral SN, Qd. 07 Lts 34/36 - Parque Ind. José de Azevedo
Cep: 74993-535 Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62-3282-9920
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

DEPARTAMENTO DE AREA DE SAUDE
ASSINATURA
HOSPITALAR - SAC

Capa antialérgica IMPERMEÁVEL com zíper confeccionada em tecido factomed microban®, que previne a proliferação de fungos, germes e bactérias. Com sistema de travamento do leito nos perfis.
Suporte para Soro em aço inox com regulagem de altura acoplado a cama.

Bateria de reserva para acionamento dos motores em casos de falta de energia com duração de até 03 horas em standby.

Protetores de parede em termoplástico nos quatro cantos da cama.

Extensor de leito de 20 cm mecânico

Pintura Toda estrutura de aço carbono recebe tratamento químico antiferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó, sendo levado a uma temperatura de 220 °C em estufa aumentando a resistência química.

Dados técnicos dos produtos

Movimentos

Fowler Dorso 75° ~ 77° de Inclinação

Fowler Pernas 20° ~ 23° de Inclinação

Trendelenburg..... 0° ~ (-12°)

Proclive..... 0° ~ (+12°)

Elevação Máxima 0,700 mm

Elevação Mínima 0,380 mm

Medidas aproximadas:

Leito

Comprimento: 1950 mm

Largura: 830 mm

Altura Mínima: 380 mm

Altura Máxima: 700 mm

Total

Comprimento: 2270 mm

Largura: 1100 mm

o/l Carga Máxima de Trabalho: 280 kg

Alimentação elétrica automática: 100 v a 240 v tensão 50/60 hz

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

PRAZO DE ENTREGA: 30 (Trinta) dias corridos, contados a partir da autorização de fornecimento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (Cento e oitenta) dias da abertura do processo.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos.

GARANTIA: 12 (Doze) meses de garantia exceto uso comprovadamente indevido.

FRETE: CIF (POR CONTA DO REMETENTE)

DECLARAMOS E ASSUMIMOS O COMPROMISSO QUE:

- O preço ofertado corresponde ao da data da apresentação da proposta, sem encargo financeiro ou previsão inflacionária, acrescida;
- Manteremos assistência técnica sob nossa responsabilidade;
- Assistência e manutenção:

Empresa: Astech Representações Assistência e Comércio de Produtos Hospitalar Eireli

Endereço: Rua 13 de Maio, 770, Sítio Santo Amaro, CEP: 50.100-160 - Recife - PE

Resp. Técnico: Almeri Angelo Salviano da Silva - Telefone: (81) 3228-5568

E-mail: atendimento@astech.com.br - CREA: PE33642

EMBRANCO



META HOSPITALAR

CNPJ 01.866.388/0001-70 I.E. 10.292.702-2

End: Av Elmar Arantes Cabral SN, Qd. 07 Lts 34/36 - Parque Ind. José de Alencar

Cep: 74993-535 Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62-3282-9920

Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

DEPARTAMENTO DE AREA DE RECEBIMENTO
ASSINATURA

- A garantia não será inferior ao estipulado no edital, com assistência técnica no território brasileiro contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, constatados no recebimento definitivo dos equipamentos;
- Garantimos a disponibilidade de peças de reposição e/ou material de consumo, este quando necessário ao funcionamento, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos;
- O equipamento ofertado será entregue devidamente instalado no local indicado no edital, este sendo: Rua do Hospício, nº.563, bairro Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.050-050, no Setor do Almojarifado Central do HMAR;
- Efetuar o atendimento aos chamados para garantia e assistência técnica, em até 48 (quarenta e oito) horas;
- Substituiremos o equipamento entregue fora da especificação proposta, por outro que corresponda à especificação convencionada, sem qualquer alteração e despesa adicional;
- Entregaremos junto com os equipamentos os manuais de operação e serviço;
- Serão entregues produtos novos que não possuem nenhum componente, peças e partes com características de recondicionamento ou manufaturados;
- Será oferecido treinamento á ao menos dois profissionais do hospital na ocasião da entrega;
- O modelo cotado está em linha de produção e disponível para aquisição;
- Declaramos que, no preço acima ofertado estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros;
- Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à cotação em causa e nossa plena concordância coma as condições estabelecidas no edital e seus anexos;

Aparecida de Goiânia, 06 de abril de 2022.

Kildor Vieira Cabral
Sócio - Proprietário
CPF- 794 767 161-34 RG- 1.629.182.638 GO

CNPJ 01.866.388/0001-70
METAHOSPITALAR IND. E COM. LTDA
Av. Elmar Arantes Cabral
Qd. 07 Lts 34/36 Sn Pq. Industrial
Vila Presidente José de Alencar
CEP- 74.993-535
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

EM BRANCO



HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
HABILITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
CHECK LIST HABILITAÇÃO HMAR
Atualização 07/02/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 11 /2022

CNPJ: 08.675.394/0001-90

EMPRESA: SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL
LTDA

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

() 01. SICAF;

(X) 01.1 RECEITA FEDERAL e PGFN (INSS)

(X) 01.2 FGTS

(X) 01.3 TRABALHISTA

(X) 01.4 RECEITA ESTADUAL

(X) 01.5 RECEITA MUNICIPAL

(X) 01.6 BALANÇO* ou SICAF nível VI

SEM AÍM () 01.7 Consta Impedimento de Licitar ABRANGÊNCIA:

02. Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP): () SIM (X) NÃO

03. Apresentou Declaração de ME/EPP: () SIM (X) NÃO

04. Concorreu a itens exclusivos para ME/EPP ou Cota Reservada para ME/EPP: () SIM (X) NÃO

05. Foi convocada para Desempate de ME/EPP, usufruindo de benefício de ME/EPP: () SIM (X) NÃO

06. Portal da Transparência, Valores Recebidos: R\$

04. Receita Bruta Anual no Balanço Patrimonial: R\$

05. Simples Nacional, Consulta Optante: () SIM (X) NÃO

(X) 06. Relatório Nível I Credenciamento (PARAMETRIZADA DE FORNECEDORES) IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA

(X) 07. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;

(X) 08. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

(X) 09. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

(X) 10. CADIN

(X) 11. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(X) 12. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Caso não tenha NÍVEL VI no SICAF)

(X) 13. PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA.

() 14. RUBRICA DO PREGOEIRO NAS FOLHAS.

Conforme OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA: - [SE FOR O CASO PARA O OBJETO EM QUESTÃO]

(X) LICENÇA SANITÁRIA (SFC)

(X) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (SFC)

(X) REGISTRO DA ANVISA DO ITEM ((SFC))

() CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONSELHO FEDERAL/REGIONAL DE FARMÁCIA (SFC)

[Assinatura]
Pregoeiro Oficial do Hospital Militar de Área de Recife



EM BRANCO



Ministério da Economia
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Gestão

SECRETARIA DE GESTÃO
 ASSINATURA
 S/C

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.675.394/0001-90 DUNS@: 398205277
 Razão Social: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
 Nome Fantasia: SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS
 Situação do Fornecedor: Credenciado
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:
 Impedimento de Execução:
 Ocorrências Imediatas:
 Vínculo com Serviço Público Federal

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastro em Indícios. Verificar mais informações sobre pendências no Nível de Cadastro em Indícios.

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
 - Receita Federal e PGFN
 - FGTS
 - Trabalhista (<http://www.casas.ces.gov.br>)
- IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal
- Recicla Estadual
- Recicla Municipal
- V - Qualificação

EM BRANCO



MINISTÉRIO DE ÁREA D
ASSINATURA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.675.394/0001-90 DUNS®: 898905297
Razão Social: SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Nome Fantasia: SAPE SOLUCOES TECNOLOGICAS
Data de Cadastro: 20/06/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
Capital Social: R\$ 6.400.910,00
CNAE Primário: 4664-8/00 - COMERCIO ATACADO DE MATERIAS PLASTICAS E EQUIPAMENTOS PARA SOFTEWARE, EQUIPAMENTOS E PEÇAS
CNAE Secundário 1: 3312-1/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS
CNAE Secundário 2: 4674-5/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO
CNAE Secundário 3: 3702-9/02 - MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS GÊNEROS MÊDICOS E
CNAE Secundário 4: 9511-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

Município / UF: Curitiba / PR
Telefone: (81) 32300493
E-mail: FELIPE@SAPE-SOLUCOES.COM.BR

Dados do Responsável

CPF: 038.917.204-40
Nome: FELIPE ANDRADE CAMA DE OLIVEIRA

EM BRANCO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 038.517.204-40
Nome: FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
E-mail: felipe@safesolucoes.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 033.172.154-61 Participação Societária: 50,00%
Nome: ANDRE CAMELLO DE BARROS
Número do Documento: 5874009 Órgão Expedidor: SSP/PE
Data de Expedição: 25/10/1999 Data de Nascimento: 20/04/1981
Filiação Materna: MARIA ESTEFANIA CAMELLO DE BARROS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 51010-000
Endereço: RUA GUILHERME SALAZAR, 150 - APT. 011 - POÇO DA PANELA
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 91504038
E-mail: andre.camello@scientific.med.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 038.517.204-40 Participação Societária: 50,00%
Nome: FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
Número do Documento: 5916022 Órgão Expedidor: SSP/PE
Data de Expedição: 18/08/1997 Data de Nascimento: 11/03/1981
Filiação Materna: ELIZABETH DA GLENEA ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 50.610-120
Endereço: RUA DEMOGRETO DE SOUZA FILHO, 110 - ANTO 2002 TORRE A -
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 34455400
E-mail: felipe@safesolucoes.com.br

Linhas Fornecimento

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPLEMENTOS HOSPITALARES

EM BRANCO



Assinatura
 39.004.231.000
 ASSINATURA
 27/08

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
 EMPRESA DE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

2. CMC
 376.079-0

3. Endereço
 RUA PROF MARIO RAMOS, 20
 BAIRRO BONGI, CEP 50751-480, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
 08.675.394/0001-90

5. Atividade Econômica
- 39-00-2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPEDARIOS, SEM OPERADOR
 - 4664-80-0 COM ATAC DE MÃO, APAR E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE HOSPIZIAS, BAIRROS E FEZAS
 - 9511-80-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
 - 3312-10-3 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS
 - 4614-10-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGÊNCIAS DE COMÉRCIO EXTERNO

6. Descrição
 Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, não possuindo débitos tributários em aberto, nem em mora, vencidos, ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, inciso III, da Constituição Federal.

7. Ressava
 * * * * *

8. Observações
 A presente certidão é válida para fins de comprovação de regularidade perante o erário municipal, não possuindo débitos tributários em aberto, nem em mora, vencidos, ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, inciso III, da Constituição Federal.

9. Certificação
 A Prefeitura do Recife, por meio do Secretário de Finanças, declara que a presente certidão é verdadeira e correta, e que a mesma foi emitida em conformidade com a legislação em vigor.

10. Código de Autenticidade
 278.9319.6993

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA
FOLHA: 249
ASSINATURA

Número da Certidão: 2022.000002181175-14

Data de Emissão: 05/04/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR MARIO RAMOS N. 20, - BONGIACRETE - CEP: 51750-400
CNPJ: 08.675.394/0001-90

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão pode ser consultada no site do órgão emissor, através do sistema de acesso ao serviço "PRE VIRTUAL".

EM BRANCO



Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à situação da Pessoa Jurídica é oriunda do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/04/2022 - 15:40:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SAFE SUPORTE AVIADA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.675.394/0001-90

Resultados da Consulta Eletrônicas

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Ilícitos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor clique [AQUI](#)

Órgão Gestor: CNP
Cadastro: CNP - Cadastro Nacional de Condicionantes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor clique [AQUI](#)

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor clique [AQUI](#)

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no Portal do órgão gestor clique [AQUI](#)

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica, não recebe sua finalidade de simplificação e

EM BRANCO

racionalização de serviços públicos digitais. Regulamento nº 26, de 26 de junho de 2014; Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; Lei nº 13.461, de 26 de junho de 2017; Decreto nº 8.638 de 15 de janeiro de 2016.

EM BRANCO



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data oficial de emissão: 02/04/2022 13:44:43
Número: 28698076866

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 08675394 Título: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL Situação: Adimplente Total de Registros: 1
Até 30 dias
 Mais de 30 dias

Código	
--------	--



SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL

Registros incluídos no site 30 dias

EM BRANCO

Data da consulta: 13/04/2022 10:47:36

Identificação do Contribuinte: CNPJ: 08.675.890/0001-90

CNPJ: 08.675.890/0001-90

A opção pelo Simples Nacional exclui o SIMEI abrangendo todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Situação Atual:

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional


Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Mais informações

Voltar

Gerar FDF

EM BRANCO



SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.975.808/0001-50
CIREJ: 2019/000152
DATA DO REGISTRO: 02/02/2017

Demonstração da situação financeira

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020 e 2019

	2020	2019
Receita bruta de vendas	69.922.458,59	62.893.774,27
Cancelamentos e devoluções	(4.231.404,05)	(3.851.903,57)
Impostos e deduções	(11.785.891,22)	(9.556.628,58)
Receita líquida de vendas	52.602.452,54	39.602.442,02
Custo de Produto / Mercadoria Vendida	(21.594.701,87)	(20.107.574,85)
Lucro bruto das vendas	31.007.750,67	19.494.867,17
Despesas comerciais e operacionais		(170.211,25)
Despesas gerais e administrativas		(170.211,25)
Despesas tributárias		
Outras Despesas		
Outras Receitas		
Resultado antes das receitas e despesas financeiras		19.324.655,92
Despesas Financeiras		
Receitas Financeiras		
Resultado operacional antes do imposto de renda		19.324.655,92
Contribuição social		(1.032,86)
Imposto de renda pessoa jurídica		(2.274,50)
Custo de Provisão		(2.274,50)
Resultado líquido		16.014,06

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 038.517.204-40 RG: 6.978.028 SSP/PE



Certifico o Registro em 08/05/2021.
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 e Protocolo 219185808 de 06/05/2021. NIRE 2019185808000150.
Nome da empresa SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.ce.gov.br/autenticacao/validar_documento.asp
Chancela 93352898676184

EM BRANCO

Número de inscrição
08.675.394/0001-90
MATRIZ

Data de abertura
27/02/2007

Endereço eletrônico
FELIPE@SAFESOLU
COES.COM.BR

Telefone
81 82300400

Nome empresarial
SAFE SUPORTE A
VIDA E COMERCIO
INTERNACIONAL
LDA

Nome de fantasia
SAFE SOLUCOES E
TECNOLOGIAS

Natureza jurídica
2062 - SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
LIMITADA
ENTIDADES
EMPRESARIAIS

CNAE
46028 - COMERCIO
ATACADISTA DE
MÁQUINAS,
APARELHOS E
EQUIPAMENTOS
PARA USO
ODONTOLÓGICO,
HOSPITALAR
E PARTES E PEÇAS

Sócio(a) titular
PROFESSOR
MARIO RAMOS

Número de inscrição
20

CEP
Bairro/Distrito
Município UF
DONGELAS
RECIFE PE

PANDRAMA DA RELACAO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL

QUADRO SOCIETARIO

RECURSOS RECEBIDOS

FAVOR RECEBER RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

Valores: R\$ 0,00 (R\$ 0,00) - Nº 17/95/754/04



EM BRANCO

EM BRANCO

**COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64583.001780/2022-06**

DECLARAÇÃO REDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

Na qualidade de representante legal da empresa Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional Ltda., sediada na Rua Prof. Mario Ramos, 20, Bairro Bongi, CEP: 50751-430, Recife-PE inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.675.394/0001-90, declara que possui rede de assistência técnica treinada, certificada e credenciada pelo fabricante e que prestará assistência técnica durante a instalação e o período de garantia, incluindo equipamentos, peças, peças de reposição, software e serviços de engenharia conforme especificado no edital.

GARANTIA

Prazo de 12 (Doze) meses contra defeito de fabricação

contra defeito de fabricação para serviços e reposição de peças, prestada diretamente pela licitante ou por este através da rede de assistência técnica nas condições descritas.

Que no preço ofertado estão incluídos todos os custos que incidirão sobre as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos e taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos caso venha a ser contratado.

Os produtos deverão ser fabricados em conformidade com as normas técnicas e padrões estabelecidos pelo fabricante e deverão estar devidamente registrados no INMETRO e no registro patentário de classe comercial.

Garantimos assistência técnica preventiva e corretiva, calibração, manutenção preventiva, Manutenção Corretiva, Peças de Reposição e Material de Consumo correspondentes aos equipamentos, na proposta, de forma gratuita, sempre quando solicitado, justificativa de preços e análises de peças e componentes das partes e peças dos equipamentos da grande durante a vida útil do equipamento.

Garantia de venda de peças de reposição por um tempo de 05 (cinco) anos.

EM BRANCO

safe

SUPORTE A VIDA

Assistência Técnica

RUA PROF. MARIO RAMOS, 20, BOMET, RECIFE - PE CEP: 50751-530

Responsável Técnico: Rodolpho Guedes - CREA PE 032248

EMAIL: rodolpho.guedes@safesolucoes.com.br

TEL.: (81) 3225-7150

Recife, 05 de abril de 2022.


Felipe Andrade Gama de Oliveira

Diretor Executivo

CPF: 098.517204-40

Email: felipe@safesolucoes.com.br

tel: (81) 3225-7150

Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional Ltda

EM BRANCO



PREFEITURA DO RECIFE
 SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
 Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

TERMO DE RESPONSABILIDADE
 (Anexo III)

Processo 07.291394/17 Alvará 08.000095/18

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA, representante legal do estabelecimento vem, perante o Município do Recife, declarar que tem ciência e assume, sob as penas da lei, a responsabilidade pelo cumprimento da legislação Municipal, Estadual e Federal vigentes, em especial a Lei nº 16.217/2012 e a Norma Técnica nº 001/2012 - CTRU, referentes à habilitação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, e a Lei nº 16.217/2012 e a Norma Técnica nº 001/2012 - CTRU, referentes à habilitação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, e a Lei nº 16.217/2012 e a Norma Técnica nº 001/2012 - CTRU, referentes à habilitação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.

Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, concede este ALVARÁ DE LICENCIAMENTO para funcionamento de estabelecimento comercial, concedido em conformidade com os dados abaixo:

1 - Tipo de Alvará - DEFINITIVO

2 - Dados da Empresa

Razão Social - SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
 CNPJ - 08.675.394/0001-90
 Endereço - RUA PROF MARIO RAMOS 20
 BONGI RECIFE - PE CEP 50761-430
 Sequencial do Imóvel - 426992.6 Inscrição Mercantil - 376.079.0

3 - Atividade(s) Licenciada(s)

4684-80-0 COM ATAC DE MÁQ, APAR E EQUIP P/USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PACOTES E PEÇAS
 7739-00-2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
 9511-80-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
 3312-10-3 MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELEIOTERAPÉUTICOS E EQUIP DE TRATAMENTO
 4614-10-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DE COMÉRCIO DE MÁQ, EQUIPAMENTOS, AERONAVES

4 - Condicionante(s)

NENHUMA CONSTA

5 - Data de Concessão: 27 DE JUNHO DE 2017

6 - Data de Emissão: 18 DE SETEMBRO DE 2019

Este ALVARÁ é concedido por 60 meses, com validade até 26/06/2022

ROSE MARY VELOSO CONTRAMAIO

Declaro, ainda, que sou obrigado a observar as normas de segurança pertinentes ao pleno funcionamento da atividade declarada.

- 1 - Atestado de saúde em vigor, com prazo de validade atualizado;
- 2 - Atestado de capacidade econômica de pessoa física, calculada de acordo com os conceitos definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (exclusivamente para as atividades definidas no inciso IV, do artigo 4º, desta Lei);
- 3 - Não utilização de armas de fogo no interior do estabelecimento (exclusivamente para as atividades definidas no inciso IV, desta Lei);
- 4 - Definição das regras de segurança, preservação e desocupação permanente das áreas;
- 5 - Dimensionamento das passagens de acesso, conforme determinado pelo Corpo de Bombeiros;
- 6 - Atendimento à Lei Municipal nº 16.217/2012 e à Norma Técnica nº 001/2012 - CTRU, referentes à realização de carga e descarga de mercadorias e bens.

A constatação, pela fiscalização da Secretaria de Controle Urbano ou outra que lhe venha a suceder com igual finalidade, do não cumprimento das obrigações previstas acarretará multa de 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel e demais penalidades impostas nesta lei, podendo resultar na interdição total do estabelecimento.

Recife, 18 DE SETEMBRO DE 2019

Representante legal da empresa
 Nome - FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA



EM BRANCO

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

safe suporte a vida e comercio internacional ltda

CNPJ

08.675.394/0001-90

Endereço Completo

R PROFESSOR MARIO RAMOS 20 - BONGI CEP: 50.751-430 - RECIFE/PE

Telefone

(81) 3225-7150

Responsável Técnico

ANDRÉ CAMELLO DE BARROS

Responsável Legal

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.06.240-3 (U3H77L5HH351)

Data do Cadastro

29/03/2010

Situação Ativa**Nº do Processo**

25351.105960/2010-82

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

EM BRANCO

HOSPITAL MILITAR DE AREA
FOLHA: 297
D
SALC

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

EM BRANCO



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	04.718.143/0001-94	Autorização	8.01.025-1
Produto	Cama Hospitalar Centuris™ Pro		

Modelo Produto Médico

LI900B1

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO QUANTAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	3. Anexo II(B) - RO.pdf	3619701/21-1 - 13/09/2021 - 01:41

Nome Técnico	Cama Motorizada
Registro	80102512279
Processo	25351.311338/2019-53
Fabricante Legal	• FABRICANTE: HILL-ROM SAS - FRANÇA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE


Exportar para Excel

Exportar para PDF

Verificar

EM BRANCO

HOSPITAL ALBERTO URQUIZA WANDERLEY
ASSINATURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SAFE SUPORTS A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA**, estabelecida a rua Professor Mario Ramos, 20, Bongi-Recife/PE CNPJ 08.675.394/0001-90, FORNECEU para o **HOSPITAL ALBERTO URQUIZA WANDERLEY - UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, inscrita no CNPJ sob o Nº 00.600.039/0003-39, situada a Avenida Ministro José Américo de Almeida, nº 1450, Bairro Torre, João Pessoa-PB, o equipamento e acessórios acima especificados:

30 - UNDS. CAMA HOSPITALAR CENTURIS - MODELO: P750 - COM COLCHAO ANTI ESCARAS - HILL-ROM.

- Nºs Series: V252CC7745 / V254CC7920 / V254CC7936 / V254CC7921 / V254CC7941 / V254CC7935 / V254CC7917 / V252CC7749 / V252CC7762 / V252CC7743 / V252CC7748 / V252CC7760 / V252CC7755 / V252CC7740 / V252CC7737 / V252CC7740 / V252CC7751 / V252CC7756 / V252CC7754 / V252CC7739 / V252CC7735 / V252CC7750 / V253CC7849 / V253CC7860 / V253CC7851 / V253CC7852 / V253CC7853 / V253CC7854 / V253CC7855 / V253CC7867

Prazo do fornecimento: 08 dias
Prazo de garantia: 12 meses

Atestamos ainda, que o produto e acessórios acima especificados foram fornecidos, instalados, e configurados nos prazos estabelecidos e de forma satisfatória, bem como a prestação de serviços de assistência técnica dentro do prazo de garantia, não existindo em nossos registros até a presente data, ações que desobriguem sua unidade a responsabilidade por quaisquer obrigações contratuais em vigor.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos este documento.

João Pessoa-PB, 06 de ABRIL de 2021

João Paulo S. de Souza
Diretor Geral
Identificação de Documento
Tel: (83) 2106-0389

O presente documento digital foi gerado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DESALVO, em 07/04/2021 08:54:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 : 3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - UNIMED JOAO PESSOA COOP. DE TRAB. MED. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.ori.br/autenticidade. O presente documento foi gerado em 07/04/2021 08:54:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 : 3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - UNIMED JOAO PESSOA COOP. DE TRAB. MED. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.ori.br/autenticidade.

Autenticidade
Data
Valor
Celo Digital



EM BRANCO

GOVERNO DO ESTADO DE
Pernambuco



HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO
UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO EM NEUROCIRURGIA - USAN

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Safe Suporte e Vida e Comércio Internacional LTDA, estabelecida na Rua Gerônimo Campelo, 79, Prado, Recife-PE - CNPJ número 08.675.364/0001-90, FORNECEU para esta empresa/instituição Hospital da Restauração - CNPJ número 10.572.048/0002-09, situada na Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Derby, Recife - PE, CEP nº 52010-040, o(s) equipamento(s) abaixo especificados e respectivos quantitativos:

10 Unidades - Colchão - Marca: Hill Rom - Modelo: Accurnax

Atestamos ainda que o produto em questão foi fornecido, momento em que se encontra em perfeito estado de conservação e funcionamento, dentro e fora do prazo de garantia, não existindo em nosso estoque até a presente data, qualquer equipamento supracitado e/ou equipamento de outra item, as demais condições de garantia.

Recife, 15 de Junho de 2019

[Handwritten Signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E PROFISSIONAL NOTARIAL
ESTABELECIDO DE NOTAS E CARTAS CÍVIS NOTARIAIS
ESTRADA DE BRASÍLIA Nº 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - RECIFE - PE - CEP 51010-000
FONE (51) 3224-1111 - FAX (51) 3224-1112 - E-MAIL: cjb@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [Nome] em [Data]
Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) [Nome] em [Data]

606 - Autenticação - 24061206193427470344 - Data: 3/2/2019 13:14:26
Endereço: Fiscalização - Fisco Normal - 5107648-2011
Valor total: R\$ 0,00

EM BRANCO

EM BRANCO



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

Declaro, para os devidos fins, que conforme pesquisa realizada no sistema de distribuição de processos da minha área, na minha função, no período de 10 DEZ 2021 até a presente data, não encontrei DISTRIBUÍDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial EM FACE DE:

SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A. - CPF/CNPJ: 08.675.394/0001-90.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 24/03/2022

Pesquisa realizada pelo Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de Pernambuco, **RODRIGO FERREIRA BORGES DA COSTA**



Assinado eletronicamente por: **RODRIGO FERREIRA BORGES DA COSTA:1841629**

SERVIDOR - Informação

em 24/03/2022 às 10:16:52 - Cert. 612237445572994399208357497227590175 Autenticação:

http://www.tjpe.jus.br/validar_documento

RF-4E-R3-33

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

importação de equipamentos médico-cirúrgicos, hospitalares diversos, laboratoriais e odontológicos, partes e peças, equipamentos e suprimentos de informática; aluguel de equipamentos científicos, médicos, hospitalares, sem operador.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 27/02/2007, e seu prazo de duração é indeterminado. Conforme artigo 997, II, da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

DO CAPITAL SOCIAL, DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade tem capital social de R\$ 6.400.910,00 (seis milhões quatrocentos mil e novecentos e dez reais), representado por 6.400.910 (seis milhões quatrocentas mil e novecentos e dez) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIOS			
FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA	3.200.455	50	3.200.455,00
ANDRÉ CAMELLO DE BARROS	3.200.455	50	3.200.455,00
TOTAL	6.400.910	100	6.400.910,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, com bens, direitos, lucros, reservas e outros efeitos contábeis.

DA ADMINISTRAÇÃO, E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios, FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA e ANDRÉ CAMELLO DE BARROS, os quais poderão assinar em conjunto ou isoladamente e representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, usando da denominação social e praticar todos os demais atos, por mais que sejam necessários ao regular funcionamento da empresa, inclusive acordar, contratar, de modo geral, transitar, assistir, exonerar terceiros de qualquer responsabilidade para com a sociedade, abrir, manter, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, ordens de pagamentos e quaisquer documentos relativos a tais contas, emitir, assinar, endossar, avaliar e protestar letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas e triplicatas, bem como nomear e constituir em juízo os advogados, procuradores "ad judicia ET extra" e "ad negotia". A enumeração de poderes feita nesta cláusula deve ser entendida como meramente enunciativa e não restritiva do exercício dos demais poderes.

Parágrafo Primeiro: Os sócios incumbidos da administração e representação da sociedade são designados como "Diretor".

Certifico o Registro em 31/03/2021

Arquivamento 20219396469 de 31/03/2021 Protocolo 219396469 de 30/03/2021 LIRE 2629 603162

Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepa.pe.gov.br/autenticacao_documento/autenticacao.asp

Chancela 94597800494601

JUCEPE

Assinado digitalmente por: 0331721561-ANDRÉ CAMELLO DE BARROS
0331720440-FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

EM BRANCO

Parágrafo Segundo: É defeso ao sócio-diretor praticar atos de liberalidade a custo e em nome da sociedade.

Parágrafo Terceiro: A denominação social deverá ser usada pelo sócio tão somente em negócios de interesse da sociedade, sendo vedado o uso para fins em negócios estranhos, tais como: avais, endossos, fianças, abonos ou em quaisquer documentos análogo a favor.

Parágrafo Quarto: Pelo exercício da administração, os sócios poderão estabelecer uma retirada, a título de pró-labore.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social terá duração de 12(doze) meses, coincidindo com o ano civil, ao final de 31 de dezembro de cada ano, serão elaboradas as demonstrações contábeis previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O lucro gerado em cada exercício terá a destinação que os sócios vierem a dar, distribuídos a cada um, na proporção de sua participação no Capital Social, e os prejuízos por ventura ocorridos serão suportados pelos sócios, na proporção do capital de cada um.

Parágrafo único: Poderão ser levantadas demonstrações intermediárias, em períodos semestrais, trimestrais, bimestrais ou mensais, podendo se distribuir os lucros gerados em tais períodos, intercalares, total ou parcialmente, aos sócios-cotistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão de administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Qualquer sócio que pretenda transferir, no todo ou em parte, suas cotas a terceiros, deverá oferecê-las aos demais que terão a preferência em igualdade de condições.

Parágrafo único: Os sócios terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que as cotas lhe forem oferecidas, por escrito, para exercer o direito de preferência, o qual obedecerá à proporcionalidade das cotas possuídas por cada um, no capital social.

EM BRANCO

MILITAR DE AREA DE REG
FOLHA 301
ASSINATURA
SALC

DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade não se dissolverá pela morte ou interdição de quaisquer sócios. Quando por qualquer desses motivos, houver a retirada de um dos sócios, o remanescente poderá pagar aos herdeiros, sucessores ou representantes legais o valor patrimonial da participação do retirante em 12(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo - se a primeira 30(trinta) dias após a retirada ou ainda aceitar os mesmos como sócios, sendo indispensável à comunicação da decisão, por escrito, até 15(quinze) dias após a ocorrência do fato. Caso isso aconteça, fica acertado que os herdeiros, sucessores ou representantes legais, integrarão a sociedade.

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de conformidade com o que dispõe o Art. 1.053, parágrafo único do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). Na omissão deste contrato e do diploma legal nominado, observar-se-á o conjunto das disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Recife, Estado de Pernambuco, renunciando aos demais, por mais privilégios que sejam para dirimir os impasses que possam surgir deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Recife, 24 de março de 2021.

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
CPF: 038.517.204-40

ANDRÉ CAMELLO DE BARROS
CPF: 033.172.154-61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03317215461-ANDRE CAMELLO DE BARROS
11901-155-bc1052v0macchave2-divyherol2znv0cck1f8d1m
033551720440-FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

31/03/2021

JUCEPE

EM BRANCO



HOSB
ASSALC

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
PROTOCOLO	219396469 - 30/03/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201603162 CNPJ 08.675.394/0001-90 CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2021 SOB N: 20219396469

EVENTOS

031 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219396469



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03317215461 - ANDRE CAMELLO DE BARROS
Cpf: 03851720440 - FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NA° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

31/03/2021

EM BRANCO

EM BRANCO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220548265/2022

Emissão: 25/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Zwbyb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



EM BRANCO




Prefeitura do Recife

Secretaria de Saúde
Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde
Gerência de Vigilância Sanitária

LICENÇA SANITÁRIA

Processo nº: 8078975821

Data Validade 08/11/2022



A Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde, **CONCEDE** a presente **LICENÇA SANITÁRIA**, processo nº 8078975821, conforme dados abaixo:

1. Dados do Empreendedor

Nome/Razão: SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 08.675.394/0001-90
Endereço: RUA PROF MARIO RAMOS, 20
BONGI - RECIFE/PE

Sequencial do Imóvel: 797129.0 Inscrição Mercantil: 976.079-0

Responsável Técnico: ANDRÉ CAMELLO DE BARROS, CPF: 093.132.154-61, Órgão - CREA/PE, Registro profissional - 1500859013



2. Atividade(s):

Código	Descrição
7739002	COM. ATAC. DE MAQ. APAR. E EQUIP. P/ USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR, SEM ATIV. DE MANUTENÇÃO
4664800	COM. ATAC. DE MAQ. APAR. E EQUIP. P/ USO ODONTOMEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS

3. Condicionante(s) Gerais

4. Condicionante(s) Específica(s)

5. Informação(ões) Complementar(es)



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibir-certificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo


EM BRANCO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64583.001780/2022-06**

DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA TERMOS DO EDITAL

Na qualidade de representante legal da empresa Safe Suporte a Vida e Comércio Internacional Ltda., sediada na Rua Prof. Mario Ramos, 20, Bairro Bongl, CEP: 50751-430, Recife-PE inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.675.394/0001-90, declaro está ciente e concordo com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame.

Recife, 05 de abril de 2022



Felipe Andrade Gama de Oliveira
Diretor Executivo
CPF: 038.517.204-40
Email: licitacao@safesolucoes.com.br
Tel. (81) 3225-7150
Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA

EM BRANCO

**COMANDO MILITAR DO NORDESTE
 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE**


**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64583.001780/2022-06**

RAZÃO SOCIAL: Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA
 CNPJ: 08.675.394/0001-90
 ENDEREÇO: RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE - PE CEP: 50751-430
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0348321-57
 FONE: (81) 3225-7150 FAX: (81) 3225-7151

Felipe Andrade Gama de Oliveira
 RG: 5.916.028 SSP/PE
 CPF: 038.517.204 - 40
 NACIONALIDADE: Brasileiro
 PROFISSÃO: Engenheiro

1. PROPOSTA COMERCIAL:

Fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) na modalidade GfF.
 Preço do equipamento posto no Brasil.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNT.	PREÇO TOTAL
01	<p>CAMA HOSPITALAR MARCA: HILL ROM MODELO: CENTURIS PRO REGISTRO ANVISA: 80102512275</p>  <p>CAMA ELETRICA CENTURIS PRO COM COLCHAO ANTI-ESCARAS</p> <p>Características técnicas: Controles Bilaterais Capacidade de carga segura: 220Kg Sistema de freio central Guardas laterais com sistema de liberação pneumática Alça de GPR Indicador de ângulo de cabeceira e ângulo de pernas Rodízios de 15cm Trend/ Reverso de 17 graus Pivô anti-cisalhamento</p> <p>Acessórios: Suporte de soro + Colchão anti-escara</p>	10	<p>RS 20.000,00 (Vinte Mil Reais)</p>	<p>RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)</p>

EM BRANCO

safe

SUPORTE A VIDA

SECRETARIA DE ARMAZENAMENTO
FOLHA Nº 01
MAYO 2011

Hilrom

TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

VALOR TOTAL R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

2. TERMOS DE PAGAMENTO:

1. 30 Dias.
2. Informações para pagamento:
Banco Itaú (Cod. do Banco 341).
Agência: 0814.
Conta Corrente: 46767-6

Banco Santander (Cod. do Banco 033)
Agência: 4048
Conta Corrente: 13.000-377-7

Banco Bradesco (Cod. do Banco 237)
Agência: 1230-0
Conta Corrente: 45-443-5

3. ENTREGA:

Em até 30 (Trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho.

4. GARANTIA:

Prazo de 12 (Doze) meses contra defeito de fabricação.

5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Será facultado ao Comprador o direito de assinar contrato de manutenção com a Instaladora após o período de garantia. Durante o período de garantia, o suporte técnico será gratuitamente.

5.1. Assistência Técnica:

RUA PROF. MARIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE - PE CEP: 50751-430
Responsável Técnico: Rodolpho Guedes - CREAPE032218
EMAIL: rodolpho.guedes@safesolucoes.com.br
TEL.: (81) 3225-7450

6. VALIDADE DESTA PROPOSTA:

180 (Cento e Oitenta) Dias corridos a partir da data limite de recebimento das propostas.

7. DOS PREÇOS:

Os preços cotados estão incluídos todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital, declara expressamente de que tem plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

8. OBSERVAÇÕES FINAIS:

Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional, não se responsabiliza por atos de terceiros, sejam particulares, órgãos oficiais, ou quaisquer outras organizações que alterem, independentemente da vontade das partes aqui envolvidas, os termos e condições aqui apresentados.

EM BRANCO

HOSPITAL MILITAR DE AERONÁUTICA
FOLHA: 369
SALC


9. ANEXOS:

Proposta técnica do acessório/Descrição Detalhada, Catálogos, Condições de Vendas, Registro na ANVISA.


Sem mais para o momento, ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

3

Recife, 13 de abril de 2022.


Felipe Andrade Gama de Oliveira
Diretor Executivo
CPF: 038.517.204-40
Email: licitacao@safesolucoes.com.br
Tel. (81) 3225-7150
Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA

EM BRANCO



CPF CONTRATADA : 028.455.263-18 EDVANDO RODRIGUES SILVA. Valor: R\$ 60.580,48. CPF CONTRATADA : 030.717.673-82 NAELO DE MELO SILVA. Valor: R\$ 66.444,44. CPF CONTRATADA : 033.672.963-41 ISMAEL MELQUIADES RODRIGUES. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 034.494.205-13 JANAELSON BARROS SILVA. Valor: R\$ 59.125,00. CPF CONTRATADA : 034.764.574-78 JOAO BOSCO MACEDO DE MELO. Valor: R\$ 78.000,32. CPF CONTRATADA : 035.603.073-33 RENATO RODRIGUES COSTA. Valor: R\$ 80.471,44. CPF CONTRATADA : 037.002.003-07 EDVANE JOAO DA SILVA. Valor: R\$ 62.101,00. CPF CONTRATADA : 040.977.863-00 ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO. Valor: R\$ 71.436,92. CPF CONTRATADA : 041.784.803-08 MANOEL ISAURODA COSTA FILHO. Valor: R\$ 80.402,28. CPF CONTRATADA : 042.114.734-25 DOMINGOS DOS SANTOS CARVALHO. Valor: R\$ 80.038,92. CPF CONTRATADA : 042.263.854-46 GISENIO DE SOUZA SILVA. Valor: R\$ 65.012,00. CPF CONTRATADA : 050.480.633-50 LUCIANO DA COSTA AMORIM. Valor: R\$ 59.978,96. CPF CONTRATADA : 051.826.043-78 JOAO PAULO SOUSA ALMEIDA. Valor: R\$ 59.583,76. CPF CONTRATADA : 051.846.883-66 EVANDRO DA SILVA SOUSA. Valor: R\$ 60.281,64. CPF CONTRATADA : 054.473.523-47 FERNANDO DE SANTANA PAIXAO. Valor: R\$ 80.940,00. CPF CONTRATADA : 055.095.073-73 MAYCON JHONS MACEDO DA CRUZ. Valor: R\$ 64.940,00. CPF CONTRATADA : 058.128.424-00 CICERO RAIMUNDO COELHO RODRIGUES. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 062.998.944-81 DAFNE JANIO DOS SANTOS GUIMARAES. Valor: R\$ 79.920,00. CPF CONTRATADA : 066.782.244-50 JAILSON DE JESUS ALVES. Valor: R\$ 80.841,00. CPF CONTRATADA : 067.374.003-02 FRANCISCO DE JESUS CARVALHO. Valor: R\$ 71.400,92. CPF CONTRATADA : 067.509.124-19 JENILSON DE JESUS ALVES. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 069.413.674-31 HERMIRIO REISDE CASTRO. Valor: R\$ 79.290,32. CPF CONTRATADA : 073.542.274-55 JIDOMAR FRANCISCO RODRIGUES. Valor: R\$ 80.400,92. CPF CONTRATADA : 074.289.454-10 GENEVALDO GRANJA COELHO. Valor: R\$ 70.471,44. CPF CONTRATADA : 075.987.844-77 OCLECIANO DE SOUZA GOMES. Valor: R\$ 79.001,32. CPF CONTRATADA : 078.088.094-38 SERGIO DA SILVA SOUZA. Valor: R\$ 68.940,00. CPF CONTRATADA : 080.565.863-77 KLEBER CARVALHO DE SEPEDRO. Valor: R\$ 69.008,00. CPF CONTRATADA : 083.269.504-16 LUCIVANDO MACEDO RODRIGUES DA SILVA. Valor: R\$ 70.600,00. CPF CONTRATADA : 092.917.104-74 TIAGO NUNES BARBOSA. Valor: R\$ 64.920,00. CPF CONTRATADA : 105.808.944-92 BRUNO AMORIM ALENCAR. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 106.308.995-68 JOAO FRANCISCO DA SILVA. Valor: R\$ 59.200,80. CPF CONTRATADA : 111.841.504-35 HIGOR RAFAEL ARAUJO RODRIGUES. Valor: R\$ 70.402,28. CPF CONTRATADA : 117.955.794-80 MARINALDO DA PAIXAO RODRIGUES. Valor: R\$ 67.977,36. CPF CONTRATADA : 182.951.298-64 JOSE LEITE DE CARVALHO. Valor: R\$ 80.012,00. CPF CONTRATADA : 232.440.458-39 CRISOSTOMO ADAO RODRIGUES. Valor: R\$ 80.471,44. CPF CONTRATADA : 239.375.063-87 JAIRTON EDMUNDO CAMPOS. Valor: R\$ 60.176,88. CPF CONTRATADA : 245.295.163-34 JOAO DE SOUSA OLIVEIRA. Valor: R\$ 60.436,32. CPF CONTRATADA : 254.968.878-36 CLAUDIO RODRIGUES SILVA. Valor: R\$ 80.436,32. CPF CONTRATADA : 267.045.103-97 RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO. Valor: R\$ 62.501,00. CPF CONTRATADA : 320.188.783-87 ROBERTO MANOEL DE CARVALHO. Valor: R\$ 80.940,00. CPF CONTRATADA : 330.175.573-91 ELIAS MARCELINO DA SILVA. Valor: R\$ 68.402,00. CPF CONTRATADA : 373.495.703-68 MANOEL FELIPEDA COSTA. Valor: R\$ 64.890,08. CPF CONTRATADA : 394.734.493-72 JOSE SILVESTRE DE SOUSA. Valor: R\$ 62.202,00. CPF CONTRATADA : 430.752.338-54 EDNAELSON MACEDO VIEIRA. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 564.781.603-78 JAILSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO. Valor: R\$ 79.600,00. CPF CONTRATADA : 603.209.849-54 ERNALDO DE SEPEDRO CARVALHO. Valor: R\$ 67.681,32. CPF CONTRATADA : 701.817.483-04 CLAUDIO DE SOUSA SILVA. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 718.586.523-91 MARCOS SANDRO SEPEDRO. Valor: R\$ 60.712,00. CPF CONTRATADA : 740.409.523-91 EDVALDO SEBASTIAO DE MACEDO. Valor: R\$ 66.841,00. CPF CONTRATADA : 774.364.234-87 JORGE SOARES DE SOUZA. Valor: R\$ 66.037,32. CPF CONTRATADA : 774.747.594-20 RAIMUNDO JOSE COELHO GOMES. Valor: R\$ 78.008,00. CPF CONTRATADA : 775.565.182-72 JOSIMAILSON MACEDO SOUSA. Valor: R\$ 79.037,32. CPF CONTRATADA : 839.600.403-00 ORLANDO COELHO RODRIGUES. Valor: R\$ 80.444,44. CPF CONTRATADA : 849.066.423-49 JOAO MACEDO DE CARVALHO. Valor: R\$ 60.853,92. CPF CONTRATADA : 856.688.503-15 JOAO COELHO RODRIGUES. Valor: R\$ 64.892,00. CPF CONTRATADA : 899.593.374-72 JOSUE VILA NOVA DE SOUSA. Valor: R\$ 80.000,00. CPF CONTRATADA : 904.535.223-00 MAURILIO JOSE DOS SANTOS. Valor: R\$ 79.402,00. CPF CONTRATADA : 904.575.523-87 REGINALDO DE SOUSA RODRIGUES. Valor: R\$ 80.681,32. CPF CONTRATADA : 914.840.573-68 MILTON OLIVEIRA DA SILVA. Valor: R\$ 60.820,08. CPF CONTRATADA : 925.277.953-15 ANDRE JOAQUIM DE ARAUJO FILHO. Valor: R\$ 79.297,36

7ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2022 - UASG 160199 - H GU JP

Nº Processo: 64590.008992/2021-36.
Pregão Nº 2/2022. Contratante: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA.
Contratado: 13.583.677/0001-41 - HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuado, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de locação de enxoval de roupa hospitalar limpa e pronta para uso, desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênicas-sanitárias adequadas, visando atender as necessidades do hospital de guaranição de joão pessoa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 19/04/2022 a 19/04/2023. Valor Total: R\$ 194.400,00. Data de Assinatura: 13/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2022

O Hospital Militar de Área de Recife torna público que o objeto deste pregão foi adjudicado e homologado para as seguintes empresa: CNPJ-08675394/0001-90 -SAFE SUPOESTE A VIDA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, ITEM-01: PREGÃO 11/2022 - AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES ELÉTRICAS - PREGÃO TRADICIONAL. Responsável pelo julgamento: 1º TEN TOMAZ ANTONIO FERNANDES RIBEIRO, Pregoeiro.

HAILTON ANTONIO CASARA CAVALCANTE
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 14/04/2022) 160199-00001-2022NE000001
7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
31ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160173

Processo: 8062200015201993. Número do contrato: 53173/2019. Inexigibilidade Nº 02/2019. Contratante: 31 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. CNPJ Contratado: 34.028.316/0019-92. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato originário. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art. 61, da lei 8.666/93. Vigência: 17/04/2022 a 17/04/2023. Valor Total: R\$ 6.591,70. Fonte: 0100000000 - 2022NE000301. Data de Assinatura: 13/04/2022.

COMANDO MILITAR DO NORTE
23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
51ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO

O 51ª Batalhão de Infantaria de Selva, faz saber, para fins de exercício do contraditório e da ampla defesa, à Empresa JOÃO FRANCISCO DUARTE, cujo o endereço é incerto e não sabido, da Instauração do Processo Administrativo sancionador 030, de 21 de março de 2022, inaugurado, com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para apurar as circunstâncias que ensejaram o descumprimento de regras constantes no Instrumento Convocatório e anexos do Pregão Eletrônico nº 08/2021, de interesse do 51ª Batalhão de Infantaria de Selva, por parte do estabelecimento comercial em tela, especialmente no que se refere a não entrega dos materiais constantes da Nota de Empenho nº 2021NE76 da Lei nº 8.666/93, facultando-lhe executá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta notificação.

Altamira-PA, 18 de abril de 2022.
IGOR MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - 2º Sgt
Encarregado

8ª REGIÃO MILITAR
8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160165 - 8ª D SUP

Nº Processo: 00000.000001/2022-01.
Pregão Nº 4/2021. Contratante: 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.
Contratado: 00.252.769/0001-90 - LIVAP'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes a manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nos imóveis do 8º depósito de suprimento. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 15/04/2022 a 15/10/2022. Valor Total: R\$ 108.120,00. Data de Assinatura: 13/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160165 - 8ª D SUP

Nº Processo: 00000.000001/2022-01.
Pregão Nº 4/2021. Contratante: 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.
Contratado: 00.252.769/0001-90 - LIVAP'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes a manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nos imóveis do 8º depósito de suprimento. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 15/04/2022 a 15/10/2022. Valor Total: R\$ 108.120,00. Data de Assinatura: 13/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 160165 - 8ª D SUP

Nº Processo: 00000.000001/2022-03.
Pregão Nº 14/2021. Contratante: 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO.
Contratado: 19.993.130/0001-05 - PEIOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA. Objeto: Entrega de alimentação animal. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 11/03/2022 a 11/09/2022. Valor Total: R\$ 23.700,00. Data de Assinatura: 11/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).

(SIDEC - 14/04/2022) 160202-00001-2022NE000001
4ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2022 - UASG 160027 - 4ª BEC

Nº Processo: 64042.006441/2020-63.
Pregão Nº 32/2020. Contratante: 4ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.
Contratado: 07.546.978/0001-00 - GERALDO ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR. Objeto: Serviço de locação de veículos. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/03/2022 a 01/03/2023. Valor Total: R\$ 1.700.349,35. Data de Assinatura: 01/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/04/2022).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2021 - UASG 160027

Nº Processo: 64042013522202010. Objeto: Contratação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico, laboratorial, odontológico, terapêutico, multidisciplinares, fisioterápico, atendimento de reabilitação, atendimento de emergência em regime de 24 horas diárias e remoções Int. r e/ou pre-hospitalar, entre outros. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º; Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 04/02/2021. MIGUEL ROTUNDO BARRA GAZOLA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 08/02/2021. IDAO BATISTA BEZERRA LEONEL FILHO. Comandante do 1º Gpte de Engenharia. Valor Global: R\$ 500.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.146.649/0001-37 ENCOR SERVICOS MEDICOS S/S.


(SIDEC - 14/04/2022) 160027-00001-2022NE000001
6ª REGIÃO MILITAR
COMPANHIA DE COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Acordo de Cooperação Nº 22 - 6ª RM - 001 - 00 celebrado entre Comando da 6ª Região Militar e Município de Lagarto-SE. OBJETO: regular o funcionamento do Tiro de Guerra 06-015. VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2027. DATA DA ASSINATURA: 1º de fevereiro de 2022. SIGNATÁRIOS: Gen Div Marcelo Arantes Guedon (Cmt 6ª RM) e Hilda Rollemberg Ribeiro (Pref Municipal).

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817)



DIEx Nº 70-SALC/OD/HMAR
EB: 64583.005596/2022-27

Recife, PE, 13 de abril de 2022.

Do Adjunto da SALC
Ao Sr Chefe da SALC

Assunto: Solicitação de homologação PE 11/2022 - Cama Hospitalar Elétrica

1. Solicito a possibilidade de **homologação** junto ao Ordenador de Despesas do Pregão Eletrônico 11/2022 - Cama Hospitalar Elétrica, pregoeiro 1º Ten Ribeiro, adjudicado no dia 13/04/2021 às 15:30 hs.

2. Informo que o item adjudicado foi: 01.

TOMAZ ANTONIO FERNANDES RIBEIRO - 1º Ten
Adjunto da SALC


"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE"

EM BRANCO

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital Militar de Área de Recife



Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00011/2022

Às 16:44 horas do dia 13 de abril de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HAILTON ANTONIO CASARA CAVALCANTE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64583001780202206, Pregão nº 00011/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Cama Hospitalar
Descrição Complementar: Cama Hospitalar, Hospitalar, Atol, Trovador, 40cm de largura, 200cm de comprimento, Até 2,10 M, Acabamento: Das Rodas, Rodas de Borracha, 4 Rodas, 25kg, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Largura: Até 1,00 M, Características Adicionais: Radiotransparente Com Balança

Tratamento Diferenciado:

Aplicabilidade Decreto 7074/2010:

Aplicabilidade Margem de Preferência:

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 220.475.000,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, objeto: melhor lance de R\$ 204.000,0000, com valor negociado a R\$ 200.000,0000.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome
Adjudicado	13/04/2022 15:28:53	-
Homologado	13/04/2022 16:44:20	HAILTON ANTONIO CASARA CAVALCANTE

Adjudicação em grupo de propostas com o melhor lance de R\$ 204.000,0000, Valor Negociado: R\$ 200.000,0000

Atenção: Clique em "Abrir Relatório" para visualizar o resultado do processo.

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817)**

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
FOLHA: 313
ASSINATURA: [assinatura]
SALC

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 –
SALC/HMAR**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64583.001780/2022-06

VALIDADE: 12 MESES

O HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE, com sede na Rua do Hospício, nº 563, Boa Vista, na cidade do Recife, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.577.422/0001-07 (UG Primária) e 09.577.422/0002-80 (UG Secundária), neste ato representado pelo Senhor Coronel HAILTON ANTONIO CASARA CAVALCANTE, Ordenador de Despesas, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2022, Processo Administrativo n.º 64583.001780/2022-06, publicado no Diário Oficial da União nº 73, de 18 de Abril de 2022 – Seção 3 (página 16), RESOLVE registrar os preços da empresa SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, inscrita(s) no CNPJ 08.675.394/0001-90, com sede na Rua PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE, CEP: 50751-430 neste ato representada pelo (a) Sr (a) FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA – brasileiro (a), portador da cédula de identidade RG 5.916.028 SSP/PE e do Cpf: 038.517.204-40 de acordo com a classificação por ela alcançada e na (s) quantidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objetivo a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES ELÉTRICAS ADULTAS, conforme especificado(s) no Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 11/2022-SALC, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente da transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

EM BRANCO

08.675.394/0001-90 - SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Cama Hospitalar	Unidade	10	R\$ 20.000,00	R\$ 200.000,00

Marca: HILL ROM

Fabricante: HILL ROM

Modelo / Versão: CENTURIS PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA ADULTA MARCA: HILL ROM MODELO: CENTURIS PRO REGISTRO ANVISA: 80102512279 CAMA ELETRICA CENTURIS PRO COM COLCHAO ANTI ESCARAS Características técnicas: Controles Bilaterais Capacidade de carga segura: 220Kg Sistema de freio central Guardas laterais com sistema de liberação pneumático Alça de CPR Indicador de ângulo de cabeça e ângulo do leito Rodízios de 15cm Trend/ Reverso de 17 graus Pivô anti-cisalhamento Acessórios: Suporte de soro + Colchão anti-escara HILLROM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Total do Fornecedor: R\$ 200.000,00

Valor Global da Ata: R\$ 200.000,00

3. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo dobro) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão

EMBIANCO

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

EM BRANCO

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA
FOLHA 316
ASSINATURA

EM BRANCO

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Município de Recife, PE, 20 de abril de 2022

CONTRATANTE:



HAILTON ANTONIO CASARA CAVALCANTE - Coronel
Ordenador de Despesas

CONTRATADO:

FELIPE ANDRADE
GAMA DE
OLIVEIRA:03851720440

Assinado de forma digital por
FELIPE ANDRADE GAMA DE
OLIVEIRA:03851720440
Data: 2022.04.18 12:17:51
-03'00'

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
CPF: 038.517.204-40



EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO, 1817)

TERMO DE ENCERRAMENTO DO ° VOLUME II

...procedemos ao encerramento do Volume ao processo administrativo nº 64533001780/2022, em 31 de maio de 2022, com as seguintes folhas nº 201 a 317.

Hospital Militar de Área de Recife
UASG: 160199

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE SAÚDE MILITAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E EPIDEMIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE NUTRICOES
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE TERAPEUTICA
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA

