

189	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	453232	Frasco c/ 200 ml	60	31,99	1.919,40
190	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiros e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiros: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406293	Unidade	42	22,49	944,58
191	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406292	Unidade	471	6,95	3.273,45
192	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406295	Unidade	135	16,15	2.180,25
	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva					

193	de até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404903	Unidade	135	7,26	980,10
194	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	423570	Unidade	95	133,51	12683,45
195	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. <b>Largura: 4mm; 6mm</b> . Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406285	Unidade	75	5,49	411,75
	Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para					

196	remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	63	23,89	1.505,07
197	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05 x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406147	Unidade	59	1,16	68,44
198	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428620	Embalagem c/ 100 unidades	72	7,33	527,76
199	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429973	Frasco c/ 10 ml	48	9,92	476,16
200	Tubo Simples Edgewise/Rickets 0.22" x0.26" com gancho reto para 1 M e 2 M para colagem. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	430693	Embalagem com 10 unidades	50	20,10	1.005,00
	Tubo <b>Simple</b> Roth com gancho para <b>1 M e 2 M(16;17;26;27;36;37;46;47)</b> para <b>colagem</b> . Apresentação:					

201	embalagem com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	432341	Embalagem com 10 unidades	400	25,06	10.024,00
202	Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml.  PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH	433914	Unidade	5	242,21	1.211,05
203	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	394023	Bisnaga c/ 30g	18	8,18	147,24
204	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428166	Embalagem c/ 10ml	20	177,25	3.545,00
205	Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	420127	Unidade	41	18,95	776,95
206	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	252895	Unidade	33	142,35	4.697,55

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

<b>Órgão Gerenciador:</b> Hospital da Guarnição de João Pessoa - UASG 160139 - Local de entrega: Av. Epitácio Pessoa 2121, Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB – CEP 58030-002.				
Item	DESCRIÇÃO/ESPECIF.	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	391137	Unidade	10
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: <b>adulto</b> , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417614	Unidade	10
3	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: <b>infantil</b> , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417615	Unidade	10
4	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. <b>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa.</b> Marca referência: UNOJECT - DFL OU	442145	Caixa c/ 100 unidades	50

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
5	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	269941	Frasco de 1000 ml	350
6	Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	428490	Gramas	40
7	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	628477	Embalagem com 100 Unidade	600
	Anestésico a base de <b>ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000</b> , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é			

8	envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	297697	Tubete 1,8 ml	60
9	Anestésico a base de <b>LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000</b> . Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	269851	Tubete 1,8 ml	40
10	Anestésico <b>MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000</b> : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE	269888	Tubete 1,8 ml	70

	REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
11	Anestésico <b>MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRICTOR</b> , isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule); isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</b>	357788	Tubete 1,8 ml	10
12	Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, <b>sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti</b> . Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</b>	272913	Pote c/ 12g	50
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de <b>2 litros + bomba tipo Pump</b> . <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</b>	341174	Bombona c/ 2000ml	30
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em <b>forma de gel</b> . Apresentação: Embalagem com seringa 3g. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</b>	398566	Seringa c/ 3g	30

15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	444051	Frasco c/ 100 ml	80
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180º, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: <b>extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza)</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	410557	Pacote c/ 100 unidades	100
17	Arco plástico <b>Ostby</b> em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	338081	Unidade	10
18	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>inferior</b> redondo, nos tamanhos <b>0,012"</b> ; <b>0,014"</b> ; <b>0,016"</b> , <b>0,018"</b> , <b>0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433343	Unidade	80
19	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>superior</b> redondo, nos tamanhos <b>0,012"</b> ; <b>0,014"</b> ; <b>0,016"</b> , <b>0,018"</b> , <b>0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades.	433342	Pacote com 10 unidades	80

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.			
20	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>inferior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022; 0,017 X 0,025; 0,018 X 0,025; 0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433345	Pacote com 10 unidades	40
21	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>superior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022; 0,017 X 0,025; 0,018 X 0,025; 0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433344	Pacote com 10 unidades	40
22	Arco pré-contornado de <b>NiTi</b> ortodôntico superelástico redondo <b>inferior</b> , nos tamanhos: <b>0,012", 0,014"; 0,016", 0,018", 0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433352	Pacote com 10 unidades	80
23	Arco pré-contornado de <b>NiTi</b> ortodôntico superelástico redondo <b>superior</b> , nos tamanhos: <b>0,012", 0,014"; 0,016", 0,018", 0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433351	Pacote com 10 unidades	80
24	Arco pré-contornado de <b>NiTi</b> ortodôntico <b>inferior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022; 0,017 X 0,025; 0,018 X 0,025; 0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433350	Pacote com 10 unidades	40

25	Arco pré-contornado de NITI ortodôntico <b>superior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022; 0,017 X 0,025; 0,018 X 0,025; 0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	433348	Pacote com 10 unidades	40
26	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de <b>30 g,cm2</b> , componente: tiras para fixação, característica adicional: <b>manga longa, punho malha</b> , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. <b>Apresentação: pacote com 10 unidades</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	604957	Pacote com 10 unidades	500
27	Babador odontológico descartável <b>impermeável</b> e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na <b>cor branca</b> , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: <b>Embalagem com 100 unidades</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	268178	Pacote com 100 unidades	100
28	Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	440162	Unidade	50
29	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos	413640	Unidade	30

	moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. <b>Seringa com 1 unidade de 1,2ml.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
30	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: <b>Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	271052	Caixa com 15 envelopes de 40g cada	2
31	Botão ortodôntico lingual para <b>colagem</b> em aço 3,5mm reto. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	430763	Pacote com 10 unidades	50
32	Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos <b>dentes 14/15, 24/25</b> , com gancho, convencional. <b>Apresentação: embalagem com 10 unidades</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431667	Unidade	50
33	Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos <b>dentes 34/44, 35/45</b> , com gancho, convencional. <b>Apresentação: embalagem com 10 unidades</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431669	Unidade	50
	Broca/Ponta diamantada de <b>1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries</b> para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com			

34	informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; <b>haste regular ou longa</b> . Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	402945	Unidade	1500
35	Broca/Ponta <b>carbide esférica para baixa rotação</b> (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403862	Unidade	100
36	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. <b>Caixa autoclavável</b> com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403609	Unidade	30
37	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. <b>Caixa autoclavável</b> com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	403921	Unidade	30
38	Broca <b>Endo Z</b> para endodontia de <b>23 mm</b> de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: <b>Caixa autoclavavel</b>	428030	Unidade	80

	com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
39	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte <b>Zekrya de 28mm</b> . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: <b>Caixa autoclavavel</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403873	Unidade	50
40	Broca <b>transmetal cilíndrica</b> em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. <b>Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm</b> para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	414850	Unidade	30
41	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419515	Unidade	30
42	Cabo de bisturi <b>nº3</b> , com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade.	272821	Unidade	20

	Autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
43	Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	422781	Embalagem com 10 unidades	30
44	Casquete de algodão de alta qualidade, com gancho em metal. Tamanhos: Pequeno, Médio e Grande. Apresentação: Unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	434185	Unidade	10
45	Cera rosa nº 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406791	Unidade	10
46	Cera transparente de proteção ortodôntica em bastões. Apresentação: Embalagem com 10 estojos contendo 5 bastões cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	417033	Unidade	20
47	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., <b>Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor</b> , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE	404545	Unidade	6

	REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
48	<p><b>Cimento fosfato de zinco. Kit</b> contendo pó + líquido. <b>Pó</b> de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade, com partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro (Frasco de 28g)/ <b>Líquido</b> Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404542	Frasco de 28g	20
49	<p>Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404562	Unidade	20
50	<p>Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inosoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE</p>	404551	Frasco c/ 50g	10

	REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
51	Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutílica e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24 horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	405602	Unidade	50
52	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404555	Unidade	20
53	<b>Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol</b> , com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. <b>Cariostático e bactericida</b> , e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE	426021	Unidade	40

	REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
54	<p>Cimento <b>resinoso universal autoadesivo, dual</b> em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia.</p> <p><b>Resistente à descoloração.</b> Contém (meta)crilatos bifuncionais, zircônia, sílica, com cerca de 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros.</p> <p><b>Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida.</b> Clicker com 11g.</p> <p>PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404558	Unidade	30
55	<p>Cimento reparador <b>biocerâmico</b> de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25.</p> <p>PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	430906	Unidade	6
56	<p>Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, <b>capacidade 3 litros.</b></p> <p>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	623107	Unidade	100
	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco			

57	para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), <b>na cor azul</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	391582	Seringa de 2,5ml	100
58	Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. <b>Cor laranja</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	391948	Seringa de 2,5ml	20
59	Cone de guta percha calibrada, <b>1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm</b> , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419007	Embalagem c/ 120 unidades	40
60	Cone guta percha acessória, <b>calibre FM, comprimento 28 mm</b> , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU	419044	Embalagem c/ 120 unidades	60

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
61	Cone guta percha acessória, <b>calibre M, comprimento 28 mm</b> , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419013	Embalagem c/ 120 unidades	60
62	Cone de Gutapercha <b>Wave-One Gold</b> indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. <b>Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca).</b> Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419440	Unidade	150
63	Conjunto bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", monobloco, 9º canino, convencional. <b>Apresentação: Unidade é o conjunto com 200 bráquetes.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431402	Unidade	10
64	Cunha anatômica de <b>madeira sicômoro</b> , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em <b>cinco tamanhos diferentes codificados por cores.</b> Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	338641	Caixa c/ 100 unidades	20
	Cunha interdental <b>elástica.</b> Fabricada em borracha e corantes			

65	atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. <b>Unidade com cores e tamanhos variados</b> (Verde: 2,0 mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2 mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	413115	Unidade	20
66	Curativo intracanal em pasta de <b>hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa</b> para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404563	Unidade	40
67	Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. <u>Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6).</u> Cumpre a ISO 22112:2005. <b>Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores).</b> Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	407396	Unidade	30
68	Descolador cirúrgico, tipo descolador periosteal, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de	413449	Unidade	20

	rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
69	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	430511	Seringa de 1,2ml	20
70	Detergente enzimático para <b>pronto uso</b> espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	328077	Mililitro	50
71	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438128	Unidade	20
72	Dobrador de Amarrilho <b>com sonda</b> . Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	418081	Unidade	25
73	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml.	432427	Frasco c/ 20 ml	10

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
74	Elástico tipo bengalinha em poliuretano, isento de metais pesados. Apresentação: pacote com 1000 unidades. <b>Cor: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431944	Pacote com 1000 unidades	10
75	Elástico Corrente <b>Longo</b> em poliuretano, isento de metais pesados. <b>Cores: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431943	Unidade	20
76	Elástico Corrente <b>Médio</b> em poliuretano, isento de metais pesados. <b>Cores: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431942	Unidade	20
77	Elástico Corrente <b>Curto</b> em poliuretano, isento de metais pesados. <b>Cores: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431941	Unidade	20
78	Elástico intraoral em látex <b>3/16 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431947	Pacote com 1000 unidades	15

79	Elástico intraoral em látex <b>3/16 médio</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431946	Pacote com 1000 unidades	30
80	Elástico intraoral em látex <b>1/8 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431956	Pacote com 1000 unidades	20
81	Elástico intraoral em látex <b>1/8 médio</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431955	Pacote com 1000 unidades	20
82	Elástico intraoral em látex <b>5/16 médio</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431958	Pacote com 1000 unidades	20
83	Elástico intraoral em látex <b>5/16 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431959	Pacote com 1000 unidades	20
84	Elástico extraoral em látex <b>1/2 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 100 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431962	Pacote com 100 unidades	10
85	Elástico extraoral em látex <b>1/2 médio</b> . Apresentação: embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431961	Pacote com 100 unidades	10

86	Elástico separador verde <b>3116</b> ". Apresentação: pacote com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431963	Pacote com 1000 unidades	10
87	Elástico separador azul <b>5132</b> ". Apresentação: embalagem com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431967	Pacote com 1000 unidades	10
88	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	275767	Unidade	100
89	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	241438	Unidade	60
	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para			

90	<p>baixa rotação. <b>Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft).</b></p> <p>Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada.</p> <p><b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</b></p>	404892	Unidade	300
91	<p>Espaçador digital endodôntico, ponta cônica, material: <b>aço inoxidável</b>, autoclavável.</p> <p>Comprimento: <b>25mm</b>. Calibre: <b>Sortida</b>. Unidade contém 6 espaçadores. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</b></p>	418797	Unidade	40
92	<p>Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O <b>espelho primeiro plano (front surface)</b> tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. <b>Embalada individualmente</b>. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</b></p>	437561	Unidade	200
93	<p>Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</b></p>	417242	Unidade	25
	<p>Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros</p>			

94	pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438694	Unidade	30
95	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	609174	Unidade	20
96	Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	429900	Frasco c/ 10 ml	10
97	Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404552	Frasco c/ 20 ml	10
98	Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. <b>Com gotejador.</b> Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	425848	Frasco c/ 10 ml	6
99	Fibra de reforço. <b>Fibra de polietileno trançada.</b> Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	433914	Unidade	15
	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm).			

100	Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	421289	Caixa c/ 150 unidades	4
101	Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420611	Caixa c/ 100 unidades	3
102	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha <b>CT 1/2</b> de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: <b>3-0, 4-0, 5-0 e 6-0</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	487423	Unidade	80
103	Fio ortodôntico de <b>TMA TiMo</b> em vareta <b>Tamanhos: 0.16x0.22, 0.17x0.25, 0.18x0.25, 0.19x0.25</b> . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	432296	Unidade	10
104	Fio vareta de aço CrNi <b>Twist Flex</b> redondo 3 fios, nos <b>tamanhos: φ0,38mm (.015"); φ0,45mm (.018"); φ0,50mm (.020")</b> . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	228722	Unidade	10
	Fio dental, material: resina termoplástica e cera, comprimento:			

105	100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429911	Unidade	50
106	Fio de retração gengival não impregnado <b>tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3</b> , 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, <b>com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa</b> que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406615	Unidade	10
107	Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406148	Unidade	30
108	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405632	Mililitro	10

109	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, <b>neutro</b> , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428099	Frasco c/ 100g	80
110	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, <b>acidulado</b> , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428100	Frasco c/ 100g	15
111	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, <b>transparente (incolor)</b> , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428103	Frasco de 200ml	30
112	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	374821	Frasco c/ 10 ml	40
113	Gancho ortodôntico ponta bola universal para aro 0,22" em aço inoxidável. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	431768	Unidade	40
	Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que			

114	apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vaziar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml/100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428417	Embalagem de 1kg	50
115	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	422554	Frasco c/ 10 ml	20
116	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404585	Frasco c/ 10 g	30

117	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	437156	Litro	150
118	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor <b>A2 e A3</b> . Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	404583	Frasco c/ 10 g	60
119	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	404584	Frasco c/ 8 ml	90
120	<b>Ionômero de vidro modificado por resina</b> para cimentação de bandas ortodônticas, com baixa solubilidade, partículas menores, hidrofílico e com presa dual. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó 35g, líquido 25g e colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MULTI-CURE SOLVEN- 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404575	Unidade	12
121	Ionômero de vidro <b>restaurador, cura tripla</b> (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não	417247	Unidade	40

	pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): <b>A3/A3,5/B2/Pediatria</b> ; •Líquidos: Líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
122	<b>Kit Cirúrgico Estéril 100%</b> polipropileno (TNT) <b>branco, gramatura 30 g/m<sup>2</sup></b> com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40grm/m <sup>2</sup> , 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor, 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	607156	Unidade	200
123	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404902	Unidade	30
124	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, <b>numeração 12, 15, 15C</b> . marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação.	273178	Caixa c/ 100 unidades	25

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
125	Lençol de borracha <b>isento de látex</b> para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Unidade	6
126	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Embalagem c/ 26 unidades	50
127	Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicoes individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em <b>blister estéril</b> , esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), n° 15, n° 20. tamanho escolhido no momento da requisição).</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419461	Caixa c/ 6 unidades	150
	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção			

128	transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. tamanho escolhido no momento da requisição)</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419471	Caixa c/ 6 unidades	150
129	Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> , por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). tamanho escolhido no momento da requisição).</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	430415	Caixa c/ 6 unidades	150
130	Lima de <b>LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15</b> nos tamanhos <b>21 ou 25MM</b> , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em <b>blister estéril</b> com 6 unidades. <b>tamanho escolhido no momento da requisição).</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438269	Caixa c/ 6 unidades	160
131	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga <b>NiTi GOLD</b> , com <b>21mm ou 25mm</b> nos tamanhos: <b>SMALL</b> amarela; <b>PRIMARY</b> vermelha; <b>MEDIUM</b> verde; <b>LARGE</b> branca, tipo <b>WAVE ONE GOLD (tamanho escolhido no momento da requisição).</b> Embalado em <b>blister estéril com 3 limas.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA:	438293	Caixa c/ 3 unidades	120

	DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
132	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga <b>NiTi GOLD</b> , com <b>31mm ASSORT</b> , utilizada no sistema <b>Wave One Gold</b> . Embalado em <b>blister estéril com 4 limas</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438293	Unidade	70
133	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	246952	Frasco c/ 200ml	20
134	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	620093	Par	300
135	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, <b>tamanho extra pequeno</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619856	Caixa c/ 100 unidades	350
	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, <b>tamanho pequeno</b> , características adicionais lubrificada			

136	com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619857	Caixa c/ 100 unidades	300
137	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme , <b>tamanho médio</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619858	Caixa c/ 100 unidades	150
138	Luva para procedimento não cirúrgico <b>nitrílica</b> íntegro e uniforme , <b>tamanho pequeno e médio</b> , características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619824	Caixa c/ 100 unidades	150
139	<b>Máscara cirúrgica descartável</b> , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	485312	Unidade	150
140	<b>Material de moldagem</b> à base de <b>silicona de condensação</b> , hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, <b>com estabilidade dimensional de 72 horas</b> , inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo	428720	Unidade	20

	1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
141	Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404548	Unidade	50
142	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406146	Unidade	50
143	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406145	Unidade	50
144	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. <b>Tamanho: 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm.</b> Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406148	Unidade	50
145	Mentoneira completa para tração alta. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	434188	Unidade	10

146	<p>Miniparafuso ortodôntico para ancoragem absoluta <b>6mm X 2mm, 8mm X 2mm, 10mm X 2mm. Compatível com o kit de Ferramentas para miniparafuso ortodôntico Morelli.</b></p> <p>Apresentação: embalagem com 2 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.</p>	427339	Unidade	30
147	<p>Mola ortodôntica aberta CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.</p>	431839	Unidade	5
148	<p>Mola ortodôntica fechada CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.</p>	431840	Unidade	5
149	<p>Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	427683	Conjunto	30
150	<p>Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	400870	Mililitro	20
	<p>Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7 /8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível,</p>			

151	não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406150	Unidade	20
152	Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	419560	Unidade	30
153	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	261018	Unidade	40
154	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em <b>três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde)</b> . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417702	Gramas	100
	Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação:			

155	Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	233497	Frasco c/ 100g	10
156	Pinça ortodôntica ( <b>tipo plic</b> ) para aplicação de elásticos, molas, arcos e acessórios com ponta rebaixada em aço inoxidável. Autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	417698	Unidade	40
157	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. <b>Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	385439	Unidade	40
158	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	415005	Unidade	20
159	Ponta compatível com ultrassom <b>ORTUS - BIOSCALER e DENTEMED</b> , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com <b>rosca interna</b> , modelos: <b>G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	420040	Unidade	30

160	Ponta compatível com ultrassom <b>DABI ATLANTE</b> , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: <b>Perio Supra, Perio Sub e Perio E</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420040	Unidade	40
161	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40 mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442140	Unidade	120
162	Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. <b>Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido</b> . Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442131	Unidade	70
163	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro ( <b>papel de seda</b> ), <b>esterilizadas</b> , com 28 mm de comprimento, <b>1ª série e 2ª série</b> . Caixa 120 unidades. PADRÃO DE	419001	Embalagem c/ 120 unidades	80

	REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
164	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro ( <b>papel de seda</b> ), <b>esterilizadas</b> , com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	441916	Unidade	50
165	Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm, autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	422639	Unidade	15
166	Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	437507	Unidade	30
167	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418851	Unidade	10
168	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	253697	Unidade	20
	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que			

169	<p>permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulacão fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. <b>Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor.</b> Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	390459	Unidade	20
170	<p>Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM &amp; AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio;Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples.Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos;.Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeccão de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. <b>Cor especial: Pink Opaquer (PO):</b> para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	407163	Seringa c/ 4g	10

171	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, <b>cores A0, 5 e B0,5</b> Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390513	Seringa c/ 2g	10
172	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. <b>Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	407163	Seringa c/ 4 g	160
	Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço			

173	em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC	390511	Unidade	75
174	Resina <b>fluida</b> de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinosa para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, <b>cor A1, A2 e A3</b> . Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fôssulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419656	Seringa c/ 2 g	80
	Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e			

175	forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores <b>A1, A2, A3 e B1</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390511	Seringa de 4g	30
176	Restaurador Provisório <b>c/ Flúor</b> , sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404547	Pote c/ 20 g	100
177	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405620	Mililitro	6
178	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fósulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE	404304	Unidade	6

	REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
179	Selante de fôssulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	390778	Unidade	10
180	Seringa carpule com refluxo 12,5 cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	413354	Unidade	50
181	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	439707	Unidade	800
182	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	50
183	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA:	404768	Conjunto	15

	DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
184	<p>Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenólico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	391135	Frasco c/ 5ml	80
	<p>Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona</p>			

185	excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	439281	Unidade	60
186	Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438118	Unidade	30
187	Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	425231	Unidade	100
188	Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	431608	Unidade	100
	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro,			

189	sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	453232	Frasco c/ 200 ml	10
190	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiros e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiros: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406293	Unidade	10
191	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406292	Unidade	400
192	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406295	Unidade	100
	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na			

193	gengiva de até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404903	Unidade	80
194	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	423570	Unidade	60
195	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. <b>Largura: 4mm; 6mm.</b> Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406285	Unidade	40
	Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05			

196	mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	30
197	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406147	Unidade	30
198	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g, m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428620	Embalagem c/ 100 unidades	50
199	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429973	Frasco c/ 10 ml	30
200	Tubo Simples Edgewise/Rickets 0.22"x0.26" com gancho reto para 1 M e 2 M para colagem. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	430693	Embalagem com 10 unidades	50

201	<p> <b>Tubo Simples</b> Roth com gancho para <b>1 M e 2 M(16;17;26;27;36;37;46;47)</b> para <b>colagem</b>.  Apresentação: embalagem com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE. </p>	432341	Embalagem com 10 unidades	400
202	<p> Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml.   PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH </p>	433914	Unidade	5
203	<p> Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE </p>	394023	Bisnaga c/ 30g	10
204	<p> Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE </p>	428166	Embalagem c/ 10ml	20
205	<p> Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE </p>	420127	Unidade	30
206	<p> Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400 /aço inoxidável austenítico série 300 </p>	252895	Unidade	20

, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE

**Órgão Participante:** Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa - UASG 160175 – Organizações Militares vinculadas: 15º Batalhão de Infantaria Motorizado – UASG 160174 - Local de entrega: Bairro Cruz das Armas, João Pessoa, CEP 58.085-000. – 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado – UASG 160172 – Local de entrega: Bairro Jardim Aeroporto, Cidade Bayeús – CEP 58.113-370

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIF.	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
4	<p>Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30º graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades.</p> <p><b>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa.</b> Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	442145	Caixa c/ 100 unidades	22
5	<p>Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70ºgl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	269941	Frasco de 1000 ml	88
7	<p>Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro.</p>	628477	Embalagem com 100 Unidade	132

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
8	Anestésico a base de <b>ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000</b> , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	297697	Tubete 1,8 ml	13
9	Anestésico a base de <b>LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000</b> . Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1: 100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	269851	Tubete 1,8 ml	13

10	<p>Anestésico <b>MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000</b> : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</b></p>	269888	Tubete 1,8 ml	13
11	<p>Anestésico <b>MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRITOR</b>, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule); isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</b></p>	357788	Tubete 1,8 ml	9
12	<p>Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, <b>sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti.</b> Frasco com 12 g.</p>	272913	Pote c/ 12g	18

	Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .			
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de <b>2 litros + bomba tipo Pump</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	341174	Bombona c/ 2000ml	15
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em <b>forma de gel</b> . Apresentação: Embalagem com seringa 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	398566	Seringa c/ 3g	26
15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	444051	Frasco c/ 100 ml	4
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: <b>extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza)</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	410557	Pacote c/ 100 unidades	11

26	<p>Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de <b>30 g,cm2</b>, componente: tiras para fixação, característica adicional: <b>manga longa, punho malha</b>, com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca.</p> <p><b>Apresentação: pacote com 10 unidades.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p>	604957	Pacote com 10 unidades	88
27	<p>Babador odontológico descartável <b>impermeável</b> e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na <b>cor branca</b>, laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: <b>Embalagem com 100 unidades.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	268178	Pacote com 100 unidades	37
28	<p>Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.</p>	440162	Unidade	11
29	<p>Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. <b>Seringa com 1 unidade de 1,2ml.</b> PADRÃO</p>	413640	Unidade	3

	DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
30	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: <b>Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	271052	Caixa com 15 envelopes de 40g cada	3
34	Broca/Ponta diamantada de <b>1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries</b> para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; <b>haste regular ou longa</b> . Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	402945	Unidade	77
35	Broca/Ponta <b>carbide esférica para baixa rotação (CA)</b> , produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403862	Unidade	11

38	<p>Broca <b>Endo Z</b> para endodontia de <b>23 mm</b> de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: <b>Caixa autoclavavel</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	428030	Unidade	14
39	<p>Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte <b>Zekrya de 28mm</b>. Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: <b>Caixa autoclavavel</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	403873	Unidade	3
42	<p>Cabo de bisturi <b>nº3</b>, com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	272821	Unidade	3
	<p>Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco</p>			

49	e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404562	Unidade	12
53	<b>Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol</b> , com parafina líquida, estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. <b>Cariostático e bactericida</b> , e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	426021	Unidade	3
56	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, <b>capacidade 3 litros</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	623107	Unidade	49
	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), <b>na</b>			

57	<p><b>cor azul</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	391582	Seringa de 2,5ml	38
64	<p>Cunha anatômica de <b>madeira sicômoro</b>, livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em <b>cinco tamanhos diferentes codificados por cores</b>. Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	338641	Caixa c/ 100 unidades	3
65	<p>Cunha interdental <b>elástica</b>. Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. <b>Unidade com cores e tamanhos variados</b> (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	413115	Unidade	3
66	<p>Curativo intracanal em pasta de <b>hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa</b> para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS -</p>	404563	Unidade	3

	ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
69	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	430511	Seringa de 1,2ml	14
70	Detergente enzimático para <b>pronto uso</b> espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	328077	Mililitro	27
71	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438128	Unidade	11
88	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU	275767	Unidade	440

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
89	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	241438	Unidade	11
90	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. <b>Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft).</b> Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404892	Unidade	77
92	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O <b>espelho primeiro plano (front surface)</b> tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro	437561	Unidade	2

	do espelho. <b>Embalada individualmente.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
100	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	421289	Caixa c/ 150 unidades	12
102	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha <b>CT 1/2</b> de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: <b>3-0, 4-0, 5-0 e 6-0.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	487423	Unidade	7
108	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405632	Mililitro	22
109	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, <b>neutro</b> , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no	428099	Frasco c/ 100g	17

	mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
110	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, <b>acidulado</b> , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428100	Frasco c/ 100g	11
111	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, <b>transparente (incolor)</b> , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428103	Frasco de 200ml	11
112	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	374821	Frasco c/ 10 ml	3
115	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA:	422554	Frasco c/ 10 ml	10

	HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
116	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404585	Frasco c/ 10 g	6
117	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	437156	Litro	11
119	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	404584	Frasco c/ 8 ml	6
	Ionômero de vidro <b>restaurador, cura tripla</b> (fotopolimerizável, auto e			

121	<p>reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): <b>A3 /A3,5/B2/Pediatria;</b> •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	417247	Unidade	10
123	<p>Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	404902	Unidade	15
124	<p>Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, <b>numeração 12, 15, 15C.</b> marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	273178	Caixa c/ 100 unidades	6

126	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Embalagem c/ 26 unidades	3
133	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	246952	Frasco c/ 200ml	7
136	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619857	Caixa c/ 100 unidades	33
139	<b>Máscara cirúrgica descartável</b> , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	485312	Unidade	23
	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo			

142	de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406146	Unidade	22
143	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406145	Unidade	44
150	Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	400870	Mililitro	16
151	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7 /8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406150	Unidade	16
152	Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	419560	Unidade	19
153	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2	261018	Unidade	24

	ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
154	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em <b>três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde)</b> . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417702	Gramas	4
157	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. <b>Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	385439	Unidade	3
158	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do	415005	Unidade	17

	produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
160	Ponta compatível com ultrassom <b>DABI ATLANTE</b> , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: <b>Perio Supra, Perio Sub e Perio E</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420040	Unidade	11
166	Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	437507	Unidade	66
168	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	253697	Unidade	2
169	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida, não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. <b>Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor.</b> Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY -	390459	Unidade	16

	RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
170	<p>Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM &amp; AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos;. Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas.</p> <p><b>Cor especial: Pink Opaquer (PO):</b> para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	407163	Seringa c/ 4g	27
171	<p>Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, <b>cores A0, 5 e B0,5</b> Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	390513	Seringa c/ 2g	3

172	<p>Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, espiantagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônia/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. <b>Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	407163	Seringa c/ 4 g	18
173	<p>Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de</p>	390511	Unidade	22

	preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC			
174	Resina <b>fluida</b> de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, <b>cor A1, A2 e A3</b> . Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419656	Seringa c/ 2 g	11
	Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e			

175	forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores <b>A1, A2, A3 e B1</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390511	Seringa de 4g	11
176	Restaurador Provisório <b>c/ Flúor</b> , sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentarias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404547	Pote c/ 20 g	32
177	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405620	Mililitro	11
179	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	390778	Unidade	11

180	Seringa carpule com refluxo 12,5 cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	413354	Unidade	6
182	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	11
183	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404768	Conjunto	13
184	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona	391135	Frasco c/ 5ml	7

	como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite rehidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
187	Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	425231	Unidade	10
188	Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	431608	Unidade	11
189	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	453232	Frasco c/ 200 ml	44
	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias			

190	odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406293	Unidade	11
191	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406292	Unidade	44
192	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406295	Unidade	13
	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos			

194	<p>que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	423570	Unidade	13
195	<p>Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. <b>Largura: 4mm; 6mm.</b> Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	406285	Unidade	13
196	<p>Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	450620	Unidade	11

197	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406147	Unidade	7
198	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g, m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428620	Embalagem c/ 100 unidades	11
199	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429973	Frasco c/ 10 ml	7
203	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	394023	Bisnaga c/ 30g	2
206	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400 /aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	252895	Unidade	2

**Órgão Participante: 1º Grupamento de Engenharia - UASG 160176 - Local de entrega: Av. Epitácio Pessoa 2205, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB – CEP 58040-000.**

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIF.	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: <b>adulto</b> , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417614	Unidade	2
4	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 300 graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. <b>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa.</b> Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	442145	Caixa c/ 100 unidades	6
5	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	269941	Frasco de 1000 ml	22
	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em			

7	plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	628477	Embalagem com 100 Unidade	27
8	Anestésico a base de <b>ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICOR EPINEFRINA 1:100.000</b> , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	297697	Tubete 1,8 ml	11
10	Anestésico <b>MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICOR EPINEFRINA 1:100.000</b> : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU	269888	Tubete 1,8 ml	11

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
12	Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, <b>sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti</b> . Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	272913	Pote c/ 12g	11
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de <b>2 litros + bomba tipo Pump</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	341174	Bombona c/ 2000ml	22
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: <b>extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza)</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	410557	Pacote c/ 100 unidades	22
17	Arco plástico <b>Ostby</b> em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho	338081	Unidade	11

	adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .			
26	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de <b>30 g,cm2</b> , componente: tiras para fixação, característica adicional: <b>manga longa, punho malha</b> , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. <b>Apresentação: pacote com 10 unidades.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	604957	Pacote com 10 unidades	22
27	Babador odontológico descartável <b>impermeável</b> e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na <b>cor branca</b> , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: <b>Embalagem com 100 unidades.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	268178	Pacote com 100 unidades	22
28	Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	440162	Unidade	11
29	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões	413640	Unidade	11

	indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. <b>Seringa com 1 unidade de 1,2ml.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
34	Broca/Ponta diamantada de <b>1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries</b> para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; <b>haste regular ou longa.</b> Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	402945	Unidade	55
39	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte <b>Zekrya de 28mm.</b> Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: <b>Caixa autoclavável</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403873	Unidade	11
41	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419515	Unidade	6

49	<p>Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404562	Unidade	11
50	<p>Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	404551	Frasco c/ 50g	11
51	<p>Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutila e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE</p>	405602	Unidade	11

	REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
52	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404555	Unidade	11
55	Cimento reparador <b>biocerâmico</b> de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	430906	Unidade	11
56	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, <b>capacidade 3 litros</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	623107	Unidade	22

57	<p>Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), <b>na cor azul</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	391582	Seringa de 2,5ml	33
59	<p>Cone de guta percha calibrada, <b>1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm</b>, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	419007	Embalagem c/ 120 unidades	11
60	<p>Cone guta percha acessória, <b>calibre FM, comprimento 28 mm</b>, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	419044	Embalagem c/ 120 unidades	11
61	<p>Cone guta percha acessória, <b>calibre M, comprimento 28 mm</b>, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e</p>	419013	Embalagem c/ 120 unidades	11

	flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
62	Cone de Gutapercha <b>Wave-One Gold</b> indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. <b>Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca).</b> Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419440	Unidade	11
66	Curativo intracanal em pasta de <b>hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa</b> para uso endodôntico, efeito bactericida, estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404563	Unidade	11
69	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	430511	Seringa de 1,2ml	11
	Detergente enzimático para <b>pronto uso</b> espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas			

70	(amilase, protease, lipase e carboidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	328077	Mililitro	22
71	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438128	Unidade	16
73	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	432427	Frasco c/ 20 ml	6
88	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	275767	Unidade	55

89	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</b>	241438	Unidade	55
90	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. <b>Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft).</b> Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</b>	404892	Unidade	55
92	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O <b>espelho primeiro plano (front surface)</b> tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. <b>Embalada individualmente.</b> <b>PADRÃO DE</b>	437561	Unidade	22

	REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
93	Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417242	Unidade	11
94	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438694	Unidade	16
95	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	609174	Unidade	27
102	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha <b>CT 1/2</b> de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: <b>3-0, 4-0, 5-0 e 6-0</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	487423	Unidade	11
107	Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406148	Unidade	11

111	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, <b>transparente (incolor)</b> , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428103	Frasco de 200ml	11
112	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	374821	Frasco c/ 10 ml	11
115	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	422554	Frasco c/ 10 ml	6
116	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns	404585	Frasco c/ 10 g	4

	<p>materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>			
117	<p>Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	437156	Litro	6
118	<p>Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na <b>cor A2 e A3</b>. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA</p>	404583	Frasco c/ 10 g	6
119	<p>Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA</p>	404584	Frasco c/ 8 ml	6
	<p>Ionômero de vidro <b>restaurador, cura tripla</b> (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons</p>			

121	fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): <b>A3 /A3,5/B2/Pediatria;</b> •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417247	Unidade	9
123	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404902	Unidade	11
124	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, <b>numeração 12, 15, 15C.</b> marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	273178	Caixa c/ 100 unidades	6
	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5			

126	cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442191	Embalagem c/ 26 unidades	6
127	Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicones individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em <b>blister estéril</b> , esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), n° 15, n° 20. tamanho escolhido no momento da requisição).</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419461	Caixa c/ 6 unidades	22
128	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10. tamanho escolhido no momento da requisição)</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419471	Caixa c/ 6 unidades	22
	Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.			

129	Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> , por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140).</b> <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	430415	Caixa c/ 6 unidades	22
130	Lima de <b>LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15</b> nos tamanhos <b>21 ou 25MM</b> , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em <b>blister estéril</b> com 6 unidades. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438269	Caixa c/ 6 unidades	33
131	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga <b>NiTi GOLD</b> , com <b>21mm ou 25mm</b> nos tamanhos: <b>SMALL</b> amarela; <b>PRIMARY</b> vermelha; <b>MEDIUM</b> verde; <b>LARGE</b> branca, tipo <b>WAVE ONE GOLD</b> ( <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ). Embalado em <b>blister estéril com 3 limas</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438293	Caixa c/ 3 unidades	22
132	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga <b>NiTi GOLD</b> , com <b>31mm ASSORT</b> , utilizada no sistema <b>Wave One Gold</b> . Embalado em <b>blister estéril com 4 limas</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY -	438293	Unidade	22

	MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
133	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	246952	Frasco c/ 200ml	5
134	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	620093	Par	22
136	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, <b>tamanho pequeno</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619857	Caixa c/ 100 unidades	13
137	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, <b>tamanho médio</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619858	Caixa c/ 100 unidades	52

139	<b>Máscara cirúrgica descartável</b> , alta eficiência em filtração bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	485312	Unidade	44
144	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. <b>Tamanho: 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm.</b> Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406148	Unidade	11
151	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406150	Unidade	11
153	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	261018	Unidade	11
	Pasta profilática sem parabens para uso odontológico, indicada			

154	<p>para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em <b>três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde)</b>. A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	417702	Grama	11
158	<p>Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	415005	Unidade	5
159	<p>Ponta compatível com ultrassom <b>ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED</b>, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com <b>rosca interna</b>, modelos: <b>G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4</b>. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	420040	Unidade	11
	<p>Ponta compatível com ultrassom <b>DABI ATLANTE</b>, ponta universal para remoção de tártaros supra e</p>			

160	subgengivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: <b>Perio Supra, Perio Sub e Perio E</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	420040	Unidade	22
161	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40 mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442140	Unidade	6
162	Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. <b>Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido</b> . Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	442131	Unidade	6
163	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro ( <b>papel de seda</b> ), <b>esterilizadas</b> , com 28 mm de comprimento, <b>1ª série e 2ª série</b> . Caixa 120 unidades. PADRÃO DE	419001	Embalagem c/ 120 unidades	11

	REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
164	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro ( <b>papel de seda</b> ), <b>esterilizadas</b> , com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	441916	Unidade	11
165	Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm, autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	422639	Unidade	11
168	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	253697	Unidade	6
171	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, <b>cores A0, 5 e B0,5</b> Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390513	Seringa c/ 2g	11
	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, espiantagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade			

172	<p>e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônia/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. <b>Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	407163	Seringa c/ 4 g	38
173	<p>Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC</p>	390511	Unidade	11
	<p>Resina <b>fluida</b> de autonivelamento para base de dentes posteriores.</p>			

174	<p>Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, <b>cor A1, A2 e A3</b>. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	419656	Seringa c/ 2 g	11
175	<p>Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores <b>A1, A2, A3 e B1</b>. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	390511	Seringa de 4g	11

176	Restaurador Provisório <b>c/ Flúor</b> , sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404547	Pote c/ 20 g	6
179	Selante de fósulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	390778	Unidade	6
180	Seringa carpule com refluxo 12,5 cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	413354	Unidade	22
181	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação: unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	439707	Unidade	110
	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões			

182	interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICROCUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	11
184	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	391135	Frasco c/ 5ml	11

185	<p>Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	439281	Unidade	11
186	<p>Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	438118	Unidade	11
187	<p>Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU</p>	425231	Unidade	22

	EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.			
188	Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	431608	Unidade	11
189	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	453232	Frasco c/ 200 ml	6
190	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406293	Unidade	11
191	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE	406292	Unidade	27

	REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
192	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406295	Unidade	22
193	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404903	Unidade	55
194	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17 mm de espessura) e fina/extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo)	423570	Unidade	22

	para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
195	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. <b>Largura: 4mm; 6mm.</b> Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406285	Unidade	22
196	Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	450620	Unidade	22
197	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	406147	Unidade	22
	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo:			

198	com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g, m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428620	Embalagem c/ 100 unidades	11
199	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	429973	Frasco c/ 10 ml	11
203	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	394023	Bisnaga c/ 30g	6
205	Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	420127	Unidade	11
206	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400 /aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	252895	Unidade	11

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIF.	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaina, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	391137	Unidade	3
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: <b>adulto</b> , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	417614	Unidade	5
4	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 30o graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. <b>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa.</b> Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	442145	Caixa c/ 100 unidades	20
	Anestésico a base de <b>ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR</b>			

8	<p><b>EPINEFRINA 1:100.000</b> , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg /carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	297697	Tubete 1,8 ml	20
9	<p>Anestésico a base de <b>LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000</b>. Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1: 100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg /carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisters lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	269851	Tubete 1,8 ml	10
	<p>Anestésico <b>MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000</b> : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína</p>			

10	(36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</b>	269888	Tubete 1,8 ml	20
12	Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, <b>sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti.</b> Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</b>	272913	Pote c/ 12g	10
13	Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de <b>2 litros + bomba tipo Pump.</b> <b>PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</b>	341174	Bombona c/ 2000ml	10
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180o, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: <b>extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza).</b> <b>PADRÃO DE</b>	410557	Pacote c/ 100 unidades	30

	REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .			
17	Arco plástico <b>Ostby</b> em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	338081	Unidade	5
26	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de <b>30 g,cm2</b> , componente: tiras para fixação, característica adicional: <b>manga longa, punho malha</b> , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. <b>Apresentação: pacote com 10 unidades.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	604957	Pacote com 10 unidades	300
27	Babador odontológico descartável <b>impermeável</b> e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na <b>cor branca</b> , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: <b>Embalagem com 100 unidades.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	268178	Pacote com 100 unidades	20
28	Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	440162	Unidade	10

30	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: <b>Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	271052	Caixa com 15 envelopes de 40g cada	1
36	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. <b>Caixa autoclavável</b> com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	403609	Unidade	10
37	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. <b>Caixa autoclavável</b> com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	403921	Unidade	10
38	Broca <b>Endo Z</b> para endodontia de <b>23 mm</b> de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: <b>Caixa autoclavável</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	428030	Unidade	30
42	Cabo de bisturi <b>n°3</b> , com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade.	272821	Unidade	10

	Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
47	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., <b>Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor</b> , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404545	Unidade	3
49	Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404562	Unidade	10
56	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, <b>capacidade 3 litros</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU	623107	Unidade	50

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
57	Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), <b>na cor azul</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e /ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	391582	Seringa de 2,5ml	50
59	Cone de guta percha calibrada, <b>1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm</b> , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419007	Embalagem c/ 120 unidades	20
60	Cone guta percha acessória, <b>calibre FM, comprimento 28 mm</b> , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	419044	Embalagem c/ 120 unidades	30
	Cunha anatômica de <b>madeira sicômoro</b> , livre de farpas, menos			

64	agressão, maior conforto. Disponíveis em <b>cinco tamanhos diferentes codificados por cores.</b> Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	338641	Caixa c/ 100 unidades	10
68	Descolador cirúrgico, tipo descolador periosteal, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400 /aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	413449	Unidade	10
69	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	430511	Seringa de 1,2ml	10
70	Detergente enzimático para <b>pronto uso</b> espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME – RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	328077	Mililitro	20
73	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml.	432427	Frasco c/ 20 ml	10

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.			
88	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	275767	Unidade	100
92	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O <b>espelho primeiro plano (front surface)</b> tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. <b>Embalada individualmente.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	437561	Unidade	100
93	Esponja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	417242	Unidade	20

94	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	438694	Unidade	10
99	Fibra de reforço. <b>Fibra de polietileno trançada.</b> Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	433914	Unidade	10
100	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	421289	Caixa c/ 150 unidades	2
102	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha <b>CT 1/2</b> de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: <b>3-0, 4-0, 5-0 e 6-0.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	487423	Unidade	10
	Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não			

107	abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406148	Unidade	5
108	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	405632	Mililitro	10
112	Formocresol, composição formaldeído orto-cresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	374821	Frasco c/ 10 ml	20
115	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	422554	Frasco c/ 10 ml	10
	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor <b>A2 e A3</b> .			

118	Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	404583	Frasco c/ 10 g	30
120	<b>Ionômero de vidro modificado por resina</b> para cimentação de bandas ortodônticas, com baixa solubilidade, partículas menores, hidrofílico e com presa dual. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó 35g, líquido 25g e colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MULTI-CURE SOLVEN- 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	404575	Unidade	10
123	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	404902	Unidade	10
124	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão) e esterilizadas por raios gamas, <b>numeração 12, 15, 15C</b> . marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	273178	Caixa c/ 100 unidades	20

126	<p>Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	442191	Embalagem c/ 26 unidades	25
128	<p>Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: n° 06, n° 08, n° 10.</b> <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>) PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	419471	Caixa c/ 6 unidades	50
129	<p>Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b>, por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140).</b> <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u>). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	430415	Caixa c/ 6 unidades	50

130	Lima de <b>LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15</b> nos tamanhos <b>21 ou 25MM</b> , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em <b>blister estéril</b> com 6 unidades. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	438269	Caixa c/ 6 unidades	50
133	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	246952	Frasco c/ 200ml	10
134	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	620093	Par	100
135	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, <b>tamanho extra pequeno</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	619856	Caixa c/ 100 unidades	100

139	<b>Máscara cirúrgica descartável</b> , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	485312	Unidade	50
140	<b>Material de moldagem à base de silicóna de condensação</b> , hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, <b>com estabilidade dimensional de 72 horas</b> , inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	428720	Unidade	10
152	Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	419560	Unidade	30
153	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	261018	Unidade	20

154	<p>Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em <b>três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde)</b>. A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	417702	Gramas	50
157	<p>Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. <b>Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	385439	Unidade	20
159	<p>Ponta compatível com ultrassom <b>ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED</b>, ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com <b>rosca interna</b>, modelos: <b>G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4.</b> PADRÃO DE</p>	420040	Unidade	10

	REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
167	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	418851	Unidade	10
168	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento: 45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	253697	Unidade	10
170	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confeção de núcleo de preenchimento;	407163	Seringa c/ 4g	10

	Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. <b>Cor especial: Pink Opaquer (PO):</b> para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
171	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, <b>cores A0, 5 e B0,5</b> Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	390513	Seringa c/ 2g	10
172	Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônia/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume)	407163	Seringa c/ 4 g	20

	na translúcida. Seringa com 4 gramas. <b>Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE			
174	Resina <b>fluida</b> de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, <b>cor A1, A2 e A3.</b> Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fôssulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	419656	Seringa c/ 2 g	80
	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm,			

190	ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	406293	Unidade	10
-----	--	--------	---------	----

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, por enquadrarem-se na definição descrita no item XII, art 6º da Lei 14.133/2021.

1.4. Será utilizado como instrumento de contrato a nota de empenho, com sua subsunção ao item II do Art. 95 da Lei n. 14.133/2021.

1.5. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do Comprasnet (CATMAT) e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

1.6. Modalidade de fornecimento dos bens: Integral e imediata.

1.7. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

### 2.1.2. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1.2.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, nos seguintes endereços:

- **Órgão Gerenciador** - Hospital de Guarnição de João Pessoa - HGuJP - UG 160139 - Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2121 - Estados, João Pessoa - PB, CEP: 58030-002 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA (ODONTOCLÍNICA), no horário entre 7:00 às 11:30 de segunda a sexta-feira.

- **Órgão Participante** - Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa - UASG 160175

- Organizações Militares vinculadas

- 15º Batalhão de Infantaria Motorizado - 15º B I Mtz - UASG 016174 - Bairro Cruz das Armas, cidade João Pessoa - PB, – CEP: 58.085-000, contatos pelo telefone (83) 3241–6945 – e-mail: salc15bimtz@gmail.com.

- 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado - 16º R C Mec - UASG 160172– Bairro Jardim Aeroporto, cidade Bayeux - PB – CEP 58.113-370, contatos pelo telefone (83) 3222-1000 – e-mail: salc16rcmec@hotmail.com.

- **Órgão Participante** - 1º Grupamento de Engenharia - 1º G E - UASG 160176 - Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2205 - Estados, João Pessoa - PB, 58040-000 – contato telefônico (81) 98883.6406 OU – E-Mail odonto1gec@gmail.com, Horário de Entrega: Segunda a Quinta: 7:30 – 11:30 / 13:00 – 16:30, sexta-feira 8:00 – 12:00.

- **Órgão Participante** - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.- 31º B I Mtz - UASG 160173, Rua Quinze de Novembro, nº 100, Palmeira, Campina Grande-PB CEP 58401-075, das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira

2.1.2.2. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes definido o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

2.1.2.3. Os materiais deverão estar acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência, lote, valor unitário, valor total e prazo de garantia ou validade, quando cabível.

2.1.2.4. O Contratado/Fornecedor deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto no item 2.1.2.2, com a devida comprovação;

2.1.2.5. Caberá à Seção da Divisão de Odontologia, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

2.1.2.6. O recebimento dos materiais está condicionado à conferência quantitativa, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o fornecedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista neste Termo de Referência e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

2.1.2.7. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000084/2026;

II) Data de publicação no PNCP: 02/05/2025;

III) Id do item no PCA: 61;

VI) Classe/Grupo: 6520-Instrumento, Equipamentos e Suprimentos Dentários;

V) Identificador da Futura Contratação: 160139-16/2026.

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.1.1. Aquisição de materiais de consumo para emprego pelo Setor de Odontologia por meio de realização de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, utilizando-se do sistema de registro de preços, pelo modo de disputa aberto, tipo de fornecimento integral, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023 (SRP), podendo ser conveniente ao órgão, a Ata SRP ser prorrogada pelo período de 1 (um) ano com a renovação dos quantitativos totais da Ata SRP.

3.1.2. Em atenção a Lei 14.133/2021, Art. 40, esta equipe de planejamento declara que as condições de aquisição e pagamento do objeto do presente processo de aquisição são semelhantes às do setor privado.

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e de sua proposta assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

4.2. A contratada deverá cumprir as normas técnicas existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei nº 4.150, de 1962; possuir registro do produto na ANVISA; apresentação formalizada do responsável técnico; adotar práticas de sustentabilidade adequadas que o objeto exigir, devendo ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPOG nrs. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Faz-se necessário ainda que os produtos obedeçam às diretrizes, classificações e especificações determinadas pelo INMETRO, se existentes, bem como atenda às demais legislações pertinentes.

4.3. Os produtos fornecidos deverão ter data de validade de no mínimo 1 (um) ano, a contar da data do recebimento dos referidos materiais na Odontoclínica, sendo tal informação descrita na nota fiscal.

4.4. O produto deverá ser entregue rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste TR e no Edital, no contrato e na proposta apresentada pelo licitante, sendo que a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

### Sustentabilidade

4.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.5.1. Só será admitida a oferta de produtos previamente notificados na ANVISA, conforme Lei nº 6.360/197 e decreto nº 8.077/2013;

4.5.2. Que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico ou biodegradável; e

4.5.3. Que devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

### Indicação de marcas ou modelos

4.6. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: 3M, Indusbello, UNOJECT - DFL, RIOQUÍMICA, ZHERMACK, SS PLUS, COLGATE, MAQUIRA, FGM, ANGELUS, MORELLI, MEDIX, FAVA, ULTRADENT, KG SORENSEN, MICRODONT, DENTSPLY, RHOSSE, LYSANDA, COE-PAK - GC, SS WHITE, SEALAPEX - KERR, DESCARPACK, TDV, BIOLUX - VIPI, QUINELATO, RIOZYME - RIOQUÍMICA, ORAL-B, AMERICAN BURRS, MK LIFE, ORALTECH, CARESTREAM, ETHICON, JOHNSON & JOHNSON, BIODINÂMICA, PROTDASC, PARAMOUNT, K DENT, MADEITEX, KAVO, UNIGLOVES, PARKELL, VOCCO, GOLGRAN, DENTFLEX, DABI ATLANTE, COLTENE, EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

### Subcontratação

4.7. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

### Garantia da contratação

4.8. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

#### **Margem de Preferência:**

4.9. Os itens 11, 12, 30 e 203, enquadram-se na margem de preferência normal ou adicional de 5% ou 10%, prevista no Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024, conforme o disposto na Resolução CICS/MGI Nº 7, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024, da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável – CICS por se tratar de bens manufaturados nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. O licitante fica responsável por apresentar, no momento da habilitação, os documentos, conforme o caso, que comprove o atendimento das regras de origem e das regras de qualificação de que tratam os artigos 3º e 4º da referida resolução.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de Entrega**

5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

5.1.1.1. Existindo a necessidade de entregas parceladas, estas serão realizadas no prazo máximo de 30 dias a contar da emissão nota de empenho.

5.1.2. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes definido o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

5.1.3. Os materiais deverão estar acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência, lote, valor unitário, valor total e prazo de garantia ou validade, quando cabível.

5.1.4. O Contratado/Fornecedor deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto no item 5.1.1, com a devida comprovação.

5.1.5. Caberá à Seção de Almoxarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

5.1.6. O recebimento dos materiais está condicionado à conferência quantitativa, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o fornecedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista neste Termo de Referência, na Lei nº 14.143/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

5.1.7. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

5.1.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

5.1.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.1.10. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.1.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.1.12. O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na qualificação.

5.1.13. Todos os bens deverão ser registrados ou notificados no Ministério da Saúde/ ANVISA, salvo os isentos de registro.

5.1.14. Durante a realização do Pregão, o Pregoeiro poderá solicitar manuais ou folders com a descrição detalhada do objeto para que seja verificada a qualidade e a adequação do material ao objeto solicitado.

### **Garantia, manutenção e assistência técnica**

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.2.2. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.

5.2.3. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

5.2.4. Os produtos deverão ter prazo de garantia legal acrescida de 9 (nove) meses, perfazendo um total de 12 (doze) meses de garantia, a garantia estendida deverá ser fornecida pelo fabricante ou fornecedor, podendo ser a soma de ambos.

5.2.5. O prazo de garantia tem início a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### **Fiscalização**

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

### **Fiscalização Técnica**

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

### **Fiscalização Administrativa**

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

### **Gestor do Contrato**

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.16.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.16.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.16.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## 7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. . Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “ ”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de 5% (cinco por b cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de 0,5% (cinco a décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento**

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 7(sete) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 4(quatro) dias úteis.[A3]

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

### **Liquidação**

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

### **Forma de pagamento**

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### **Forma de fornecimento**

9.2. O fornecimento do objeto será integral.

### **Exigências de habilitação**

9.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

9.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

9.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

9.21. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.22. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

### **Disposições gerais sobre habilitação**

9.23. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.24. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.25. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.26. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.27. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

## **10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R\$ 786.304,83 (setecentos e oitenta e seis mil trezentos e quatro Reais e oitenta e três centavos), conforme custos unitários apostos na **tabela contida no item 1.1 acima**.

## **11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**11.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, a serem definidos na oportunidade da contratação, por se tratar de Registro de Preços.

## **12. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Quartel em João Pessoa - PB, data conforme assinatura digital.

\_\_\_\_\_



Responsável pelo Planejamento

## **13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato**

**Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021**

## 1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco), contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133 /2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas na *Autorização de Contratação Direta*, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

## 2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

## 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.8.1 A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 dias.

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

- 4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;
- 4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;
- 4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 4.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;
- 4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 4.1.22. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 4.1.23 Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 4.1.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 4.1.25. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 4.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

## 5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.2.3. Indenizações e multas.

5.3. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.4. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

## 6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## 7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em João Pessoa - PB, para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

## 14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ..... (*identificar o Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital OU Aviso de Contratação Direta*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão/Concorrência/Dispensa Eletrônica* nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ..... de ..... de 20.... .

---

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

## 15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Adjunto da Divisão de Odontologia



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 09:29:27.

## HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

**Estudo Técnico Preliminar 158/2025****1. Informações Básicas**

Número do processo: 64590.013710/2025-46

**2. Descrição da necessidade****2.1. DA NECESSIDADE**

**2.1.** A necessidade da aquisição é justificada em função do término da vigência do Pregão 90008/2025 (Aquisição de Insumos Odontológicos) do Hospital de Guarnição de João Pessoa( HGuJP), e visa atender ao interesse público, complementar e suprir as necessidades de material de consumo da Divisão de Odontologia, indispensáveis para a realização dos atendimentos odontológicos prestados aos usuários deste Hospital compreendidos por militares e seus dependentes.

**3. Área requisitante**

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Odontologia	

**4. Descrição dos Requisitos da Contratação**

**4.1.1** O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no seguinte endereço: (Setor de Odontologia) Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2121 - Estados, João Pessoa - PB, CEP: 58030-002 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA, no horário entre 7: 00 às 11:30 e 13:00 às 15:00h, de segunda a quinta-feira e das 7:00 às 11: 30 na sexta-feira.

**4.1.2** O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findado o prazo estabelecido no item 4.1.1, e formalmente aceita pela Autoridade Competente.

**4.1.3** Os materiais deverão estar acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência, lote, valor unitário, valor total e prazo de garantia ou validade, quando cabível.

**4.1.4** O Contratado/Fornecedor deverá comunicar à Contratante, através do email *odontoclinicahgujp@gmail.com* no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto no item 4.1.2, com a devida comprovação;

**4.1.5** Caberá ao Setor de Odontologia o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

**4.1.6** O recebimento dos materiais está condicionado à conferência quantitativa, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o fornecedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista neste Termo de Referência, na Lei nº 14.143/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

**4.1.7** Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**4.1.8** Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**4.1.9** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**4.1.10** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**4.1.11** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**4.1.12** O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na qualificação;

**4.1.13** Todos os bens deverão ser registrados ou notificados no Ministério da Saúde/ ANVISA, salvo os isentos de registro.

**4.1.14** Durante a realização do Pregão, o Pregoeiro poderá solicitar manuais ou folders com a descrição detalhada do objeto para que seja verificada a qualidade e a adequação do material ao objeto solicitado.

**4.1.15** A aquisição dos bens enquadrados na previsão constante do item I, Art. 3º do Decreto nº 11.462/23.

## **4.2 DA GARANTIA DO PRODUTO**

**4.2.1** A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09 /1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

**4.2.2** A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.

**4.2.3** Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

**4.2.4** Os produtos deverão ter prazo de garantia legal de 3 (três) meses estendida por mais 9 (nove) meses totalizando 12 (meses) de garantia, o qual deverá ser fornecida pelo fornecedor ou fabricante podendo ser a soma de ambos, o fornecedor poderá oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.

**4.2.5** O prazo de garantia tem início a contar do recebimento definitivo.

## **5. Levantamento de Mercado**

### **5.1 Da Solução:**

Aquisição de insumos (materiais de consumo) para aplicação pela Divisão de Odontologia do HGuJP.

### **5.2 Das possíveis formas de aquisição**

**5.2.1** Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para adesão;

**5.2.1** Forma 2 - Registrar a intenção de participação junto a outros órgãos, na condição de Participante;

### 5.2.3 Forma 3 - Realizar licitação própria.

### 5.3 Da análise:

**5.3.1** Forma 1 – Mesmo havendo Atas disponíveis para adesão estas não contemplam todos os materiais necessários e, devido aos aumentos dos valores dos materiais, verifica-se não haver interesse dos fornecedores em autorizar as aquisições por adesão.

**5.3.2** Forma 2 – Não foram encontradas IRP divulgadas que atendam a totalidade da necessidade de aquisição.

**5.3.3** Forma 3 – É possível a realização de licitação coordenada pela Seção de Licitações.

### 5.4 Dos fornecedores:

No tocante ao material odontológico de consumo, as soluções de mercado são extensas, havendo fornecedores em todo o país, lojas físicas e virtuais, de fácil acesso tanto para pesquisa de preço quanto para confirmação de valores de mercado compatíveis com os objetos solicitados.

### 5.5 Da conclusão:

Com o exposto nos itens 5.3.1 e 5.3.2, esta equipe de planejamento conclui que a aquisição deve ser realizada por licitação própria, nos termos do solução descrita no item 5.2.3, a qual propiciará a aquisição de todos os objetos do presente processo pelo período de 12 meses.

## 6. Descrição da solução como um todo

**6.1.** Aquisição de materiais de consumo para emprego pelo Setor de Odontologia por meio de realização de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, na modalidade Aberta, com fornecimento integral, utilizando-se do sistema de registro de preços, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023 (SRP).

**6.2.** O processo de contratação será desenvolvido pelo Setor de Licitações do HGuJP, com vigência de 1 (um) ano da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogada por igual período com a renovação dos quantitativos originalmente contratados, com fulcro na Lei nº 14.133/21 e Decreto nº 11.462/23.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

**7.1.** A estimativa das quantidades a serem contratadas (tabela I) considera os atendimentos realizados pela Odontoclínica do HGuJP nos períodos de 01/01/2025 a 31/12/2025, descritos na tabela I.

**7.2.** Tabela I - Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

Item	Especificação	Quant.	CATMAT	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Adesivo ortodôntico para colagem de bráquetes, fotopolimerizável, indicado para colagem de bráquetes metálicos e cerâmicos a estrutura dental. Kit contendo 2 seringas de resina de 4g					

1	cada (sílica, BIS-GMA, dimetilbenzocaína, hexa-flúor-fosfato) e um frasco de primer de 6 ml (TEDMA, BIS-GMA, silano). PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	391137	Unidade	717,46	7174,60
2	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: <b>adulto</b> , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	10	417614	Unidade	18,29	182,90
3	Afastador labial modelo expandex para afastar mucosa labial e da bochecha, tamanho: <b>infantil</b> , autoclavavel cor: transparente. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO	10	417615	Unidade	10,82	108,20
4	Agulha gengival descartável p/ anestesia odontológica, confeccionada em aço especial inoxidável de alto grau cirúrgico que reduz risco de quebra e ruptura da agulha, esterilizada por óxido de etileno, siliconizada (suavidade na penetração da agulha), tribiselada com indicação da face do bisel, diâmetro interno 43% maior, 300 graus de flexibilidade mínima, pré-rosqueada (melhor encaixe na carpule), bisel interno. Menos esforço e menos pressão durante a aplicação. Caixa com 100 unidades. <b>Modelo: 30g extra-curta, 30g curta e 27g longa.</b> Marca referência: UNOJECT - DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	442145	Caixa c/ 100 unidades	98,92	4946,00
5	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: líquido. Frasco de 1L. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	350	269941	Frasco de 1000 ml	19,59	6856,50
6	Alginato Tipo I, presa rápida, com elevada estabilidade dimensional (5 dias se mantido em umidificador), livre de poeira. Fácil mistura e absorção de água em 5s. Tempo de presa: 1min e 50s. Recuperação elástica de 98%. Resistência a compressão de 1,2Mpa. Deformação permanente de 13%. Composto por Diatomita, Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Ferro, Tetrasódio Pirofosfato e Óleo de Spearmint, embalado em envelope	40	428490	Gramas	85,48	3419,20

	contendo 453 gramas. Validade de 5 anos. Cor lilás. Aroma de mangostão. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HYDROGUM 5 DA ZHERMACK OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
7	Algodão em roletes para uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, 100% fibras de algodão, cor branca. Apresentação: pacote com 100 roletes de algodão em plástico atóxico, com aproximadamente 4 cm de comprimento x 1 cm de diâmetro. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS PLUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	600	628477	Embalagem com 100 Unidade	2,39	1434,00
8	Anestésico a base de <b>ARTICAÍNA 4% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000</b> , isento de metilparabeno. Anestésico local injetável, cada mL contém 40mg de Cloridrato de Articaine (72mg/carpule), 5 microgramas de epinefrina (9µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	60	297697	Tubete 1,8 ml	215,30	12918,00
9	Anestésico a base de <b>LIDOCAÍNA 2% COM VASO-CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000</b> . Lidocaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Lidocaína (36mg /carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	269851	Tubete 1,8 ml	126,10	5044,00

10	<p>Anestésico <b>MEPIVACAÍNA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000</b> : Mepivacaína 2% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg /carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), também conhecida como adrenalina; isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	70	269888	Tubete 1,8 ml	181,32	12692,40
11	<p>Anestésico <b>MEPICACAÍNA 3% SEM VASO-CONSTRUCTOR</b>, isento de Metilparabeno, Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Anestésico local injetável, cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaína (36mg/carpule); isento de metilparabeno; <b>envasado em tubete de vidro</b> com 1,8mL e êmbolo siliconizado. Cada tubete é envolvido por um rótulo de segurança, que protege a cavidade oral em caso de quebra e que contém todas as especificações sobre o anestésico. O produto é embalado em blisteres lacrados. Apresentação: caixas com 50 tubetes. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	10	357788	Tubete 1,8 ml	216,93	2169,30
12	<p>Anestésico tópico gel contendo 200mg/g de benzocaína de rápido início, sabor agradável, não deixa gosto amargo na boca, não provoque absorção sistêmica, <b>sabores: menta, pina-colada e tutti-frutti</b> . Frasco com 12 g. Validade de 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .</p>	50	272913	Pote c/ 12g	8,57	428,50
13	<p>Antisséptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%. Solução bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool para bochecho cerca de <b>2 litros + bomba tipo Pump</b>. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PERIOGARD – COLGATE,</p>	30	341174	Bombona c/ 2000ml	76,70	2301,00

	OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .					
14	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação em <b>forma de gel</b> . Apresentação: Embalagem com seringa 3g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	30	398566	Seringa c/ 3g	16,44	986,40
15	Antisséptico a base de digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa para limpeza e desinfecção de cavidades e/ou instrumentação (sabor amargo). Apresentação: Frasco de 100ml. solução (sabor amargo). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	80	444051	Frasco c/ 100 ml	15,65	1252,00
16	Aplicadores descartáveis em forma cilíndrica com haste dobrável em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180º, em fibras não absorventes, não soltam fiapos. Composição: polipropileno e nylon. Ideal para aplicação no interior do canal radicular. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos das pontas ativas: <b>extra fino (laranja), fino (azul), regular (verde) e longo (cinza)</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: FGM OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	100	410557	Pacote c/ 100 unidades	16,04	1604,00
17	Arco plástico <b>Ostby</b> em polímero de alta performance, ensacado individualmente, forma oval anatômica à face do paciente, não dobrável, utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser tratado, esterilizável em autoclave, tamanho adulto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	10	338081	Unidade	9,27	92,70
18	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>inferior</b> redondo, nos tamanhos <b>0,012"</b> ; <b>0,014"</b> ; <b>0,016"</b> , <b>0,018"</b> , <b>0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	80	433343	Unidade	7,43	594,40

19	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>superior</b> redondo, nos tamanhos <b>0,012"</b> ; <b>0,014"</b> ; <b>0,016"</b> , <b>0,018"</b> , <b>0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	80	433342	Pacote com 10 unidades	7,90	632,00
20	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>inferior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022</b> ; <b>0,017 X 0,025</b> ; <b>0,018 X 0,025</b> ; <b>0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	40	433345	Pacote com 10 unidades	9,17	366,80
21	Arco pré-contornado de <b>aço</b> ortodôntico <b>superior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022</b> ; <b>0,017 X 0,025</b> ; <b>0,018 X 0,025</b> ; <b>0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	40	433344	Pacote com 10 unidades	8,97	358,80
22	Arco pré-contornado de <b>NiTi</b> ortodôntico superelástico redondo <b>inferior</b> , nos tamanhos: <b>0,012"</b> , <b>0,014"</b> ; <b>0,016"</b> , <b>0,018"</b> , <b>0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	80	433352	Pacote com 10 unidades	10,25	820,00
23	Arco pré-contornado de <b>NiTi</b> ortodôntico superelástico redondo <b>superior</b> , nos tamanhos: <b>0,012"</b> , <b>0,014"</b> ; <b>0,016"</b> , <b>0,018"</b> , <b>0,020"</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	80	433351	Pacote com 10 unidades	11,31	904,80
24	Arco pré-contornado de <b>NiTi</b> ortodôntico <b>inferior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022</b> ; <b>0,017 X 0,025</b> ; <b>0,018 X 0,025</b> ; <b>0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	40	433350	Pacote com 10 unidades	18,58	743,20

25	Arco pré-contornado de NITI ortodôntico <b>superior</b> retangular nos tamanhos: <b>0,016 X 0,022; 0,017 X 0,025; 0,018 X 0,025; 0,019 X 0,025</b> . Apresentação: pacote com 10 unidades. PPADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	40	433348	Pacote com 10 unidades	13,74	549,60
26	Avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura: cerca de <b>30 g,cm2</b> , componente: tiras para fixação, característica adicional: <b>manga longa, punho malha</b> , com barreira antibacteriana, impermeável: uso único, cor branca. <b>Apresentação: pacote com 10 unidades</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE .	500	604957	Pacote com 10 unidades	26,52	13260,00
27	Babador odontológico descartável <b>impermeável</b> e absorvente com duas camadas (1 folha de papel e 1 folha de plástico) na <b>cor branca</b> , laminado em polietileno sem fita adesiva. Dimensão: 30x40cm. Apresentação: <b>Embalagem com 100 unidades</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	100	268178	Pacote com 100 unidades	16,56	1656,00
28	Bandeja lisa para uso odontológico, sem divisória, material aço inox, autoclavável, tamanho 22x12x1,5cm Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	50	440162	Unidade	52,27	2613,50
29	Barreira gengival fotopolimerizável à base de metacrilato, reflete a luz para proteger os tecidos contra o calor e que não irrita os tecidos gengivais para auxílio ao isolamento relativo do tecido gengival para clareamento e outras situações clínicas. Polimerização entre 10-20 segundos. Com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis, com excelente poder de vedação, aderência mínima e excelente sobre a gengiva. <b>Seringa com 1 unidade de 1,2ml</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALDAM DA ULTRADENT, OU	30	413640	Unidade	34,75	1042,50

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
30	Bicarbonato de sódio puro, apresentação em pó ultrafino cristalino para profilaxia dental. Sabor Menta. Graude pureza de 99,9%. Apresentação: <b>Caixa contendo 15 envelopes de 40g cada.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	2	271052	Caixa com 15 envelopes de 40g cada	61,64	123,28
31	Botão ortodôntico lingual para <b>colagem</b> em aço 3,5mm reto. Apresentação: pacote com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	50	430763	Pacote com 10 unidades	9,74	487,00
32	Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos <b>dentes 14/15, 24/25</b> , com gancho, convencional. <b>Apresentação: embalagem com 10 unidades</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	50	431667	Unidade	15,26	763,00
33	Bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", dos <b>dentes 34/44, 35/45</b> , com gancho, convencional. <b>Apresentação: embalagem com 10 unidades</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	50	431669	Unidade	15,06	753,00
34	Broca/Ponta diamantada de <b>1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries</b> para alta rotação (rotação máxima 450000 RPM), produzida em aço inoxidável, diamantada através de processo eletroquímico, esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Granulação grossa (151 micrômetro, tarja verde), granulação média (90- 120 micrômetro, tarja cinza), granulação fina (46 micrômetro, tarja vermelha), granulação extrafina (30 micrômetro, tarja amarela). Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste; <b>haste regular ou longa.</b> Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	1500	402945	Unidade	18,97	28455,00

35	Broca/Ponta <b>carbide esférica para baixa rotação</b> (CA), produzida em aço inoxidável. Tamanhos: diversos (Ex.:Nr 4, Nr 5). Esterilizada através de radiação ionizante, embalada individualmente em invólucro transparente vedado com alumínio prateado contendo etiqueta com informações técnicas. Permite rastreabilidade devido a gravação do lote na haste. Validade 5 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	100	403862	Unidade	9,65	965,00
36	Broca de gates nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. <b>Caixa autoclavável</b> com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	30	403609	Unidade	23,89	716,70
37	Broca de largo nos tamanhos (n° 1, 2, 3, 4, 5 e 6), fabricada em aço inoxidável, com comprimento de 28 ou 32 mm. <b>Caixa autoclavável</b> com 01 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	403921	Unidade	16,21	486,30
38	Broca <b>Endo Z</b> para endodontia de <b>23 mm</b> de comprimento para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada. Apresentação: <b>Caixa autoclavavel</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	80	428030	Unidade	42,14	3371,20
39	Broca cirúrgica para alta rotação, haste longa, modelo tronco cônica de corte <b>Zekrya de 28mm</b> . Comprimento da ponta ativa de 11mm e diâmetro de 1,6mm. Ponta ativa em carbide de tungstênio e haste em aço inoxidável. Apresentação: <b>Caixa autoclavavel</b> com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	50	403873	Unidade	23,33	1166,50

40	Broca <b>transmetal cilíndrica</b> em aço carbide indicada para desgaste de estruturas metálicas confeccionadas em qualquer tipo de liga. <b>Nr 12 FG. Comprimento de 19 mm e 25mm</b> para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 13% de cromo e 0,9mm de diâmetro, haste em cor dourada, ótima geometria de corte; grande redução de material, virtualmente sem vibração, performance duradoura. Embalagem com 01 unidade por blister. Superfície de corte da broca de 5mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	414850	Unidade	44,58	1337,40
41	Broqueiro alumínio, autolavável com 21 furos misto, alta(FG) e baixa(CA) rotação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	419515	Unidade	33,27	998,10
42	Cabo de bisturi <b>nº3</b> , com alta concentração de carbono e cromo em sua estrutura, resistência a corrosão, à tensão e às altas temperaturas de esterilização, com tratamento térmico no processo de confecção de têmeora tripla, conferindo boa resistência a tração e máxima ductibilidade. Autoclavavel. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RHOSSE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	272821	Unidade	54,92	1098,40
43	Caixa para aparelho ortodôntico móvel, confeccionada em resina termoplástica, com alça para transporte, cores sortidas, com aroma de tutti-frutti. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	30	422781	Embalagem com 10 unidades	14,82	444,60
44	Casquete de algodão de alta qualidade, com gancho em metal. Tamanhos: Pequeno, Médio e Grande. Apresentação: Unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	434185	Unidade	25,14	251,40

45	Cera rosa nº 7, na cor rosa, flexibilidade otimizada, endurece rapidamente após esfriar, sem contração, não distorce na montagem, composição: cera de abelha, medida: 80x1,5mm. Embalagem de 225g contendo 18 lâminas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	406791	Unidade	17,54	175,40
46	Cera transparente de proteção ortodôntica em bastões. Apresentação: Embalagem com 10 estojos contendo 5 bastões cada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	417033	Unidade	13,06	261,20
47	Cimento cirúrgico periodontal para proteção de feridas cirúrgicas, suturas e dentes traumatizados., <b>Sem eugenol, sem odor, sem sabor, sem liberação de calor</b> , resistente a fraturas e rupturas, com dureza resiliente . KIT com base (90 g) e catalisador (90g). Validade 24 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COE-PAK - GC OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	6	404545	Unidade	369,51	2217,06
48	<b>Cimento fosfato de zinco. Kit</b> contendo pó + líquido. <b>Pó</b> de fosfato de zinco com alta resistência e baixa solubilidade, com partículas uniformes e ultrafinas que asseguram uma reduzida espessura de película. Composição do pó: 90% de óxido de zinco e 10% de óxido de magnésio. Acompanha medidor duplo de pó. Cor claro (Frasco de 28g)/ <b>Líquido</b> Características: límpido, incolor e viscoso com 66,16% de ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, 6% de óxido de zinco e água destilada. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SS WHITE OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	404542	Frasco de 28g	23,48	469,60
	Cimento de hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida. Coloração semelhante a dentina, o que impede influenciar na coloração final da restauração, radiopaco para forração e capeamento pulpar. Alta resistência à dissolução pelo ataque ácido. Composição: Base - Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio,					

49	Óxido de Zinco e Corantes Minerais e Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Sem dióxido de Titânio em sua composição. Kit c/ 2 bisnagas (13g de base, 11g de catalisador) e bloco de papel para espatulação. Validade 3 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DYCAL – DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	404562	Unidade	64,61	1292,20
50	Cimento odontológico, tipo temporário, composição óxido de zinco, aspecto físico pó, com grande resistência e baixa solubilidade, granulação finíssima, cor levemente amarelada, inodoro, isento de partículas ásperas. Apresentação: frasco com 50g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	404551	Frasco c/ 50g	15,66	156,60
51	Cimento para obturação de canais a base de hidróxido de cálcio sem eugenol, composto de dois componentes: pasta base (óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio) e catalisador (trióxido de bismuto, salicilato de isobutila e dióxido de titânio), disponível em bisnagas de auto mistura por caixa. Baixa contração. Tempo de trabalho: 15 a 20 segundos. Presa inicial de 60 minutos e presa final em 24horas. Apresentação: Caixa contendo tubo de base (12g) + tubo de catalisador (18g) PADRÃO DE REFERÊNCIA: SEALAPEX – KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	405602	Unidade	266,80	13340,00
52	Cimento para obturação de canais biocerâmico para pronto uso, não resinoso, alta biocompatibilidade radiopaco, para aplicação direta no canal a base de silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agente de dispersão. Com 65% de conteúdo biocerâmico. Tempo de presa: menor que 240 minutos. Apresentação: Caixa contendo 4 seringas monodose com 0,5g e 20 pontas aplicadoras PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIO-C SEALER - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	404555	Unidade	224,15	4483,00
	<b>Cimento temporário de óxido de zinco sem eugenol</b> , com parafina líquida,					

53	estabilizador e pigmentos. Utilizado para cimentação provisória de restaurações indiretas (provisórias e permanentes). Fácil mistura e fina espessura de película. <b>Cariostático e bactericida</b> , e de fácil remoção de excessos. Excelente vedação marginal (evita infiltrações e cáries secundária). Apresentação em embalagem plástica resistente (não racha) com 1 pasta base (30g) e 1 pasta catalisadora (13g) e um bloco de espatulação. Kit. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX TEMP NE – 3M , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	426021	Unidade	247,97	9918,80
54	Cimento <b>resinoso universal autoadesivo, dual</b> em clicker com 11g com 80 doses para cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas, confeccionadas em cerâmica, metal, metalocerâmica e resina e cimentação de pinos e núcleos metálicos, fibra de vidro, fibra de carbono e Zircônia. <b>Resistente à descoloração</b> . Contém (meta)crilatos bifuncionais, zircônia, sílica, com cerca de 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5 micrômetros. <b>Cor A2 universal, A3 opaco e Translúcida</b> . Clicker com 11g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RELYX U200 – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	404558	Unidade	544,46	16333,80
55	Cimento reparador <b>biocerâmico</b> de alta plasticidade para complicações endodônticas, agregado de trióxido mineral (MTA) com alta radiopacidade, baixa solubilidade, alta alcalinidade, libera íons Ca, não contém bismuto, cor branca, tempo de presa de 15 minutos. Kit contendo 2 doses de MTA branco com pó 0,085 g + líquido 0,25. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MTA REPAIR HP - ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	6	430906	Unidade	270,98	1625,88
56	Coletor de materiais perfurocortantes, material: papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, acompanhado de sacola plástica que impermeabiliza os materiais descartados, com trava de segurança, com alça dupla, uso único, <b>capacidade 3 litros</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DESCARPACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	100	623107	Unidade	4,23	423,00

57	<p>Condicionador ácido fosfórico 37% gel, tamponada com óxido de zinco para um pH de 0,2, espessado na sílica coloidal, e com tensoativo solúvel em água (base aquosa), <b>na cor azul</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto, para condicionamento de dentina e/ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento, excelente consistência gel. Composição: ácido fosfórico, surfactante, aerosil 200, água deionizada e pigmento. Embalagem c/ seringa de 2,5 ml cada + ponta. Validade 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	100	391582	Seringa de 2,5ml	11,34	1134,00
58	<p>Condicionador ácido fluorídrico a 10%. Gel de baixa viscosidade, indicado para condicionamento superficial de porcelanas dentais. Composição: Ácido fluorídrico, água, espessante e corante. <b>Cor laranja</b> a fim de facilitar a visualização e controle do produto. Em seringa plástica transparente contendo 2,5 ml. Embalado individualmente em blister plástico. Seringa com 2,5 ml. Validade 2 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	20	391948	Seringa de 2,5ml	19,34	386,80
59	<p>Cone de guta percha calibrada, <b>1ª Série (15 a 40) e 2ª Série (45 a 80), comprimento 28 mm</b>, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	40	419007	Embalagem c/ 120 unidades	38,36	1534,40
60	<p>Cone guta percha acessória, <b>calibre FM, comprimento 28 mm</b>, para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	60	419044	Embalagem c/ 120 unidades	30,49	1829,40

61	Cone guta percha acessória, <b>calibre M, comprimento 28 mm</b> , para obturação de canais radiculares, composto de óxido de zinco e corante orgânico, com boa estabilidade dimensional e flexibilidade. Apresentação: Caixa com 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	60	419013	Embalagem c/ 120 unidades	29,79	1787,40
62	Cone de Gutapercha <b>Wave-One Gold</b> indicado para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Wave One Gold, proporcionando obturação com cone único de forma rápida e precisa. <b>Comprimento: 28mm. Tamanhos: Small (Pequena – Amarela), Primary (Primária – Vermelha), Medium (Média – Verde), Large (Grande – Branca)</b> . Apresentação: Caixa c/ 60 unidades (no tamanho selecionado). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	150	419440	Unidade	67,54	10131,00
63	Conjunto bráquetes de aço prescrição Roth, slot 0.22", monobloco, 9º canino, convencional. <b>Apresentação: Unidade é o conjunto com 200 bráquetes</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	431402	Unidade	10.428,00	104280,00
64	Cunha anatômica de <b>madeira sicômoro</b> , livre de farpas, menos agressão, maior conforto. Disponíveis em <b>cinco tamanhos diferentes codificados por cores</b> . Caixa com 100 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KERR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	338641	Caixa c/ 100 unidades	9,88	197,60
65	Cunha interdental <b>elástica</b> . Fabricada em borracha e corantes atóxicos. Função de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes. <b>Unidade com cores e tamanhos variados</b> (Verde: 2,0mm; Amarelo: 2,6mm e Azul: 3,2mm). Kit com 25 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	413115	Unidade	51,14	1022,80
	Curativo intracanal em pasta de <b>hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa</b> para uso endodôntico, efeito bactericida,					

66	estimula formação de dentina secundária, flui através da ponta NaviTip, aplicado com precisão até o ápice, elevado pH de 12,5, radiopaco, embalagem com 1 unidade de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta Navitip 29g de 25mm + 1 ponta Navitip 29g de 27mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRACAL XS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	40	404563	Unidade	104,55	4182,00
67	Dentes artificiais confeccionados em resina de alto peso molecular com dupla ligação cruzada, no mínimo 2 camadas, alta estabilidade de cor, fluorescência, pigmentos biocompatíveis, carga de OMC (cerâmica organicamente modificada), alta resistência mecânica química e à abrasão, excelente aderência à base, mantêm as cores naturais. <u>Modelo e tamanhos: dentes anteriores superiores (V17, V36, V6B), anteriores inferiores (V8), posteriores superiores e inferiores (P6).</u> Cumpre a ISO 22112:2005. <b>Cor 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81. Cartela c/ 6 dentes (anteriores) e 8 dentes (posteriores).</b> Validade: 10 anos após data de fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOLUX - VIPI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	30	407396	Unidade	10,22	306,60
68	Descolador cirúrgico, tipo descolador perioste, modelo: simples. Produzida em aço inoxidável martensítico Série 400/aço inoxidável austenítico série 300. autoclavável. Com lote gravado no instrumental para efeito de rastreabilidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	413449	Unidade	38,88	777,60
69	Dessensibilizante dentário em gel composto de nitrato de potássio a 3% e flúor a 0,25%. Embalagem com 4 seringas de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA EZ – ULTRADENT, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	430511	Seringa de 1,2ml	34,84	696,80
70	Detergente enzimático para <b>pronto uso</b> espuma spray. Espuma umectante, composto por 4 enzimas (amilase, protease, lipase e carbohidrase), pH neutro. Embalagem com 750ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: RIOZYME –	50	328077	Mililitro	46,71	2335,50

	RIOQUÍMICA, OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
71	Disco de feltro para acabamento e polimento de dentes, próteses e restaurações em geral. Sem partes metálicas na superfície do disco, sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril denteado. Apresentação: Blister plástico com 12 unidades e 1 mandril. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	438128	Unidade	54,70	1094,00
72	Dobrador de Amarelo <b>com sonda</b> . Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	25	418081	Unidade	16,67	416,75
73	EDTA (ácido etileno diamino tetracético) Trissódico. Concentração: 20%, aspecto físico: líquido para uso intracanal. . Quelante para remoção do smear layer formado durante a instrumentação do canal, acondicionado em frasco plástico âmbar. Validade de dois anos. . Apresentação: Frasco com 20ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	432427	Frasco c/ 20 ml	6,87	68,70
74	Elástico tipo bengalinha em poliuretano, isento de metais pesados. Apresentação: pacote com 1000 unidades. <b>Cor: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	431944	Pacote com 1000 unidades	5,96	59,60
75	Elástico Corrente <b>Longo</b> em poliuretano, isento de metais pesados. <b>Cores: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431943	Unidade	18,70	374,00
	Elástico Corrente <b>Médio</b> em poliuretano, isento de metais pesados. <b>Cores: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza,					

76	Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431942	Unidade	21,12	422,40
77	Elástico Corrente <b>Curto</b> em poliuretano, isento de metais pesados. <b>Cores: A definir</b> (Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Incolor, Preto, Rosa, Verde, Vermelho). Apresentação: Rolo com 1,5m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431941	Unidade	20,60	412,00
78	Elástico intraoral em látex <b>3/16 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	15	431947	Pacote com 1000 unidades	8,24	123,60
79	Elástico intraoral em látex <b>3/16 médio</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	30	431946	Pacote com 1000 unidades	14,98	449,40
80	Elástico intraoral em látex <b>1/8 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431956	Pacote com 1000 unidades	9,04	180,80
81	Elástico intraoral em látex <b>1/8 médio</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431955	Pacote com 1000 unidades	8,59	171,80
82	Elástico intraoral em látex <b>5/16 médio</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431958	Pacote com 1000 unidades	12,12	242,40
83	Elástico intraoral em látex <b>5/16 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	20	431959	Pacote com 1000 unidades	9,48	189,60
	Elástico extraoral em látex <b>1/2 pesado</b> . Apresentação: embalagem com 100					

84	unidades PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	431962	Pacote com 100 unidades	9,12	91,20
85	Elástico extraoral em látex <b>1/2 médio</b> . Apresentação: embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	431961	Pacote com 100 unidades	8,34	83,40
86	Elástico separador verde <b>3116"</b> . Apresentação: pacote com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	431963	Pacote com 1000 unidades	10,07	100,70
87	Elástico separador azul <b>5132"</b> . Apresentação: embalagem com 1000 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	431967	Pacote com 1000 unidades	9,71	97,10
88	Escova dental adulto de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	100	275767	Unidade	2,81	281,00
89	Escova dental infantil de cabeça pequena e cerdas macias, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico. Embalada individualmente com capa protetora, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O.) A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Cabo de material plástico, cerdas em fibras de poliéster com pontas arredondadas e polidas com textura ultramacia. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORAL-B, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	60	241438	Unidade	2,03	121,80
	Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de					

90	penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, curta, para baixa rotação. <b>Rigidez variada: azul (semirrígida), amarelo (semi-soft), lilás (soft), rosa (ultra-soft).</b> Indicações: profilaxia e micro-abrasão (azul), profilaxia e remoção de manchas (amarela), profilaxia subgengival sem agredir a gengiva (lilás e rosa) Formatos: pincel ou taça. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLOR BRUSH – AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	300	404892	Unidade	4,40	1320,00
91	Espaçador digital endodôntico, ponta cônica, material: <b>aço inoxidável</b> , autoclavável. Comprimento: <b>25mm</b> . Calibre: <b>Sortida</b> . Unidade contém 6 espaçadores. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	418797	Unidade	57,51	2300,40
92	Espelho bucal primeiro plano nº 5, imagem refletida única (reflexão de cores reais), nítida (20% a mais de nitidez), sem fantasmas, distorções ou sombras. Maior resistência à corrosão e riscos. Resistente à temperaturas acima de 200 graus. Diâmetro 24mm. O <b>espelho primeiro plano (front surface)</b> tem camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro do espelho. <b>Embalada individualmente.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	200	437561	Unidade	5,67	1134,00
93	Esonja Hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada esterilizada, absorvível, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático. Caixa c/ 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSPON - MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	25	417242	Unidade	44,26	1106,50
94	Estojo para autoclavar AR, FG, SU e Insertos. Indicado para autoclavagem de todos os tipos de brocas odontológicas e outros pequenos instrumentos rotatórios e insertos de ultrassom, com tampa transparente, material resistente, capacidade para 8 instrumentos. PADRÃO	30	438694	Unidade	37,01	1110,30

	DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
95	Estojo para autoclavar limas endodônticas. Capacidade 8 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MK LIFE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	609174	Unidade	27,92	558,40
96	Eucaliptol - Removedor uso odontológico, composição: eucaliptol, aspecto físico: líquido. Apresentação: Frasco 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	429900	Frasco c/ 10 ml	7,31	73,10
97	Eugenol, líquido. Embalagem com 20 ml. Frasco âmbar. Validade: 36 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	404552	Frasco c/ 20 ml	14,53	145,30
98	Evidenciador de placa bacteriana. Possui corantes orgânicos que tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-indicações. Cora a placa antiga na cor azul e a placa nova na cor rosa. <b>Com gotejador.</b> Não deixa os dentes pigmentados após o enxágue. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	6	425848	Frasco c/ 10 ml	5,48	32,88
99	Fibra de reforço. <b>Fibra de polietileno trançada.</b> Aplicação: reforço de restaurações extensas, contenção periodontal ou ortodôntica. Tamanho: 22cm x 3mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	433914	Unidade	416,03	6240,45
100	Filme periapical adulto velocidade E-F tamanho (31x41mm). Processamento "E" em processamento manual, bordas não-cortante, fácil remoção da película para processamento. Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Caixa com 150 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA:	4	421289	Caixa c/ 150 unidades	217,64	870,56

	CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
101	Filme periapical infantil alta velocidade e-f. tamanho 0 (22 x 35 mm). Tipo kodak, processamento "e" em processamento manual, bordas não-cortantes. fácil remoção da película para processamento. caixa com 100 Unids. Cor: roxa. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	3	420611	Caixa c/ 100 unidades	304,31	912,93
102	Fio de sutura em nylon preto, monofilamento, estéril, 45 cm com agulha <b>CT 1/2</b> de 1,7cm. Triangular, estéril. Caixa com no mínimo 24 unidades. Numeração: <b>3-0, 4-0, 5-0 e 6-0</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: ETHICON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	80	487423	Unidade	38,39	3071,20
103	Fio ortodôntico de <b>TMA TiMo</b> em vareta <b>Tamanhos: 0.16x0.22, 0.17x0.25, 0.18 x0.25, 0.19x0.25</b> . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	432296	Unidade	49,60	496,00
104	Fio vareta de aço CrNi <b>Twist Flex</b> redondo 3 fios, nos <b>tamanhos: <math>\phi</math>0,38mm (.015"); <math>\phi</math>0,45mm (.018"); <math>\phi</math>0,50mm (.020")</b> . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	10	228722	Unidade	14,01	140,10
105	Fio dental, material: resina termoplástica e cera, comprimento: 100 m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: REACH - JOHNSON & JOHNSON, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	429911	Unidade	5,84	292,00
	Fio de retração gengival não impregnado <b>tamanho #0, #00, #000, #1, #2, #3</b> , 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Como vantagens as extremidades dos fios se desfiam e é particularmente absorvente. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. O material					

106	especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Frasco com 244 cm, com lâmina de carbono, com freio plástico que previne que o fio caia para dentro do tubo depois de cortado, <b>com régua impressa na lateral que ajuda na medição do fio e com dispositivo de segurança na tampa</b> que previne risco de ferimentos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAPACK DA ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	406615	Unidade	20,48	204,80
107	Fita de aço cinta profilática para remoção de cálculo dentário, com microlaminas circulares, não abrasivo, tamanho: 100mm. Apresentação: embalagem contendo 10 fitas de aço. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	30	406148	Unidade	1.643,23	49296,90
108	Fixador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Químico rápido. Pronto para uso. Apresentação: frasco com 500 ml. Validade de 1 ano. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	405632	Mililitro	34,54	345,40
109	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, <b>neutro</b> , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	80	428099	Frasco c/ 100g	43,39	3471,20
110	Flúor em espuma para aplicação tópica, sem propelente (menor risco de ingestão), tixotrópico, <b>acidulado</b> , para uso profissional. Sabores: morango, uva, tutti-frutti, chocolate e fresh. Frasco contendo com no mínimo 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUORCARE DA FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	428100	Frasco c/ 100g	27,92	418,80

111	Flúor em gel neutro (Fluoreto de Sódio 2%) para aplicação tópica, tixotrópico, para uso profissional. Não tem corantes, <b>transparente (incolor)</b> , sabor menta, aplicação de 4 minutos. Frasco contendo 200ml (208g). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DFL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	428103	Frasco de 200ml	5,07	152,10
112	Formocresol, composição formaldeído ortocresol, concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em solução glicerinada. Material mumificador da polpa dental em curativos de demora em endodontia. Frasco de 10ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	374821	Frasco c/ 10 ml	10,41	416,40
113	Gancho ortodôntico ponta bola universal para aro 0,22" em aço inoxidável. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	40	431768	Unidade	11,89	475,60
114	Gesso pedra especial tipo IV de granulidade extremamente fina, que apresenta com maior dureza / baixa expansão, mesmo após 48 horas e excelente estabilidade, tempo de vazar maior, rápida acomodação e reforçamento em resina, resiste a lascas e possíveis quebras. Menor proporção de água 20ml /100g, conferindo extrema dureza. Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Tempo de mistura 1 minuto. Cores: Caramelo. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ELITE ROCK TIPO IV - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	428417	Embalagem de 1kg	47,05	2352,50
115	Hemostático tópico. Agente tópico em solução, para hemostasia e retração gengival, utilizado para controle de sangramento e do fluido crevicular gengival. Contém cloreto de alumínio hexahidratado 25%, oxiquinol, etanol a 96% e água purificada. Não contém epinefrina. Apresentação Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HEMOSTANK - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	422554	Frasco c/ 10 ml	13,99	279,80

116	Hidróxido de cálcio P.A. aspecto físico pó, indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Material excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. PH 12,4, altamente alcalino, Alto grau de pureza. Apresentação: Frasco c/ 10g PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	404585	Frasco c/ 10 g	4,99	149,70
117	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução bactericida para irrigação de canais radiculares), embalagem com 1l. Validade de 12 meses. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ASFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	150	437156	Litro	9,15	1372,50
118	Ionômero de vidro de presa rápida p/ restauração, liberação de flúor, biocompatível, contendo 01 frasco de 10g de pó na cor <b>A2 e A3</b> . Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	60	404583	Frasco c/ 10 g	14,64	878,40
119	Ionômero de vidro p/ restauração, liberação de fluor, biocompatível, líquido, 01 frasco de 8 ml, Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAXXION R - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE. MESMA MARCA	90	404584	Frasco c/ 8 ml	11,77	1059,30
120	<b>Ionômero de vidro modificado por resina</b> para cimentação de bandas ortodônticas, com baixa solubilidade, partículas menores, hidrofílico e com presa dual. Apresentação: Kit com 1 frasco de pó 35g, líquido 25g e colher dosadora e bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MULTI-	12	404575	Unidade	199,06	2388,72

	CURE SOLVEN- 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
121	Ionômero de vidro <b>restaurador, cura tripla</b> (fotopolimerizável, auto e reação ácido-base do ionômero de vidro), aplicação em único incremento, adesivo em nanotecnologia (partícula de carga de 5nm e com 10% de carga), tampa flip-top, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética, radiopaco. Kit contendo: Pó (5g cada frasco): <b>A3/A3,5/B2/Pediatria</b> ; •Líquidos: líquido (2 ,5ml); primer (2 ml); glazer (2 ml); colher dosadora e bloco para espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: VITREMER – 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	417247	Unidade	174,98	6999,20
122	<b>Kit Cirúrgico Estéril</b> 100% polipropileno (TNT) <b>branco, gramatura 30 g/m<sup>2</sup></b> com 2 Toalhas de Mão, 2 Toucas Sanfonadas, 2 Aventais Cirúrgicos M/L com punho de malha PP40g/m <sup>2</sup> , 2 Máscara Tripla Elástico, 2 pares de sapatilha pro pé, 1 capa para cadeira 2, 10 x 0,90, 1 campo de bancada 1,20 x 0,50, 2 Campos Mesa 0,70 x 0,70 impermeável, 1 Protetor de Refletor, 2 Protetor de Sugador/Mangueira, 1 Campo Cirúrgico Fenestrado 1,20 x 0,70. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROTDESC, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	200	607156	Unidade	10,33	2066,00
123	Kit de polimento para resina contendo, 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 2 pedras de arkansas de granumetria grossa e fina. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRAGLOSS - AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	30	404902	Unidade	85,74	2572,20
	Lâmina de bisturi, estéril, confeccionada em aço carbono, lâmina soldada por ultrassom, embaladas individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão)					

124	e esterilizadas por raios gama, <b>numeração 12, 15, 15C.</b> marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos após fabricação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PARAMOUNT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	25	273178	Caixa c/ 100 unidades	29,83	745,75
125	Lençol de borracha <b>isento de látex</b> para isolamento absoluto, livre de pó, mentolado, cor roxo, no tamanho 15 x 15 cm; espessura mínima de 0,18. Caixa com 15 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SANCTUARY - K DENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	6	442191	Unidade	33,42	200,52
126	Lençol de borracha em látex natural para isolamento absoluto, sistema de embalagem individual easy open, embalagem individual asséptica-selada, - extra resistente a tração; na cor azul, aroma agradável de tutti frutti, no tamanho 13,5 cm x 13,5 cm; espessura mínima de 0,18 mm, resistente a tração (extra-resistente). Validade: 03 anos. Caixa com 26 folhas. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MADEITEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	442191	Embalagem c/ 26 unidades	23,04	1152,00
127	Lima manual flexofile em aço inoxidável austenítico com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico de polieterimida. Secção transversal em forma triangular com ponta inativa. Com stops de silicões individuais. Conicidade de .02. Acondicionado em <b>blister estéril</b> , esterilizado por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), nº 15, nº 20. tamanho escolhido no momento da requisição).</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	150	419461	Caixa c/ 6 unidades	28,07	4210,50
128	Lima manual kerr especial de aço inoxidável austenítico, confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa de 16mm e conicidade (taper) .02. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: nº 06, nº</b>	150	419471	Caixa c/ 6 unidades	20,88	3132,00

	08, nº 10. tamanho escolhido no momento da requisição) PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
129	Lima manual kerr de aço inoxidável austenítico confeccionado por torção. Cabo fabricado de material plástico de polieterimida, parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Caixa com 6 unidades. Secção transversal de forma quadrangular e ponta inativa. Acondicionado em <b>blister estéril</b> , por radiação, contendo 6 (seis) unidades. <b>Comprimentos: 21mm, 25mm, 31mm. Tamanhos ISO: 1ª série (15-40), 2ª série (45-80), 3ª série (90-140). tamanho escolhido no momento da requisição).</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	150	430415	Caixa c/ 6 unidades	13,83	2074,50
130	Lima de <b>LIMA C+ Nr 06, 08, 10 e 15</b> nos tamanhos <b>21 ou 25MM</b> , Instrumentos de aço inoxidável mais indicados para canais calcificados por serem ainda mais resistentes que os outros instrumentos, possuindo uma extremidade piramidal. Embalado em <b>blister estéril</b> com 6 unidades. <u>tamanho escolhido no momento da requisição).</u> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	160	438269	Caixa c/ 6 unidades	27,98	4476,80
131	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga <b>NiTi GOLD</b> , com <b>21mm ou 25mm</b> nos tamanhos: <b>SMALL</b> amarela; <b>PRIMARY</b> vermelha; <b>MEDIUM</b> verde; <b>LARGE</b> branca, tipo <b>WAVE ONE GOLD</b> . ( <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ). Embalado em <b>blister estéril com 3 limas</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	120	438293	Caixa c/ 3 unidades	122,76	14731,20
132	Lima rotatória Reciprocante com secção transversal em paralelogramo, fabricada em liga <b>NiTi GOLD</b> , com <b>31mm ASSORT</b> , utilizada no sistema <b>Wave One Gold</b> . Embalado em <b>blister estéril com 4 limas</b> .	70	438293	Unidade	113,49	7944,30

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
133	Lubrificante para instrumentos odontológicos em spray com adaptador para peças de mão. Sem CFC, atóxico. Apresentação: Spray com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: KAVO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	246952	Frasco c/ 200ml	16,98	339,60
134	Luva Cirúrgica Material Látex Natural, tamanho 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 estéril, características adicionais comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso descartável, formato anatômico, embalagem conforme norma ABNT com abertura asséptica. <u>tamanho escolhido no momento da requisição</u> ) PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	300	620093	Par	38,06	11418,00
135	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , <b>tamanho extra pequeno</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	350	619856	Caixa c/ 100 unidades	18,98	6643,00
136	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , <b>tamanho pequeno</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	300	619857	Caixa c/ 100 unidades	19,20	5760,00
137	Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural integro e uniforme , <b>tamanho médio</b> , características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, modelo formato anatômico caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: UNIGLOVES, OU	150	619858	Caixa c/ 100 unidades	23,15	3472,50

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
138	Luva para procedimento não cirúrgico <b>nitrílica</b> íntegro e uniforme, <b>tamanho pequeno e médio</b> , características adicionais isento de pó, antimicrobiano, descartável, cor azul, atóxica, hipoalergênica, tipo ambidestra, acabamento na palma antiderrapante, modelo formato anatômico. Apresentação: caixa com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MEDIX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	150	619824	Caixa c/ 100 unidades	16,99	2548,50
139	<b>Máscara cirúrgica descartável</b> , alta eficiência em filtragem bacteriana, 100% polipropileno, sem fibra de vidro, com elástico, atóxica, hipoalergênica, não inflamável, sem látex, cor branca, Apresentação: Caixa com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	150	485312	Unidade	6,12	918,00
140	<b>Material de moldagem</b> à base de <b>silicona de condensação</b> , hidrofílico, biocompatível, resistente ao rasgo, alta dureza final, tempo de trabalho: 1 min e 15s, tempo na boca do paciente: 3 min e 30s, <b>com estabilidade dimensional de 72 horas</b> , inalterabilidade após a desinfecção, sem glúten, sem lactose, aroma e cor laranja Apresentação: Kit contendo 1 pote de 900ml de pasta pesada, 1 tubo de 140ml de pasta fluída, 1 tubo de 60ml de pasta catalisadora e um bloco de espatulação. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ZETAPLUS INTRO - ZHERMACK, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	428720	Unidade	391,11	7822,20
141	Material resinoso para restauração provisória fotopolimerizável, para restaurações temporárias. Composição: grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, dióxido de silício, catalisadores e estabilizadores. Apresentação: Caixa com 2 seringas com 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BIOPLIC - BIODINÂMICA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	404548	Unidade	38,51	1925,50

142	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 7mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	406146	Unidade	1,22	61,00
143	Matriz de aço inox para restaurações em amálgama número 5mm x 0,05 mm de espessura. Rolo de 500mm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRODONT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	406145	Unidade	1,16	58,00
144	Matrizes seccionais pré-contornadas PALODENT V3. Matrizes com orifícios laterais e na aba superior. <b>Tamanho: 3,5 mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm.</b> Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY - MAILLEFER, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	406148	Unidade	44,11	2205,50
145	Mentoneira completa para tração alta. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	434188	Unidade	34,16	341,60
146	Miniparafuso ortodôntico para ancoragem absoluta <b>6mm X 2mm, 8mm X 2mm, 10mm X 2mm. Compatível com o kit de Ferramentas para miniparafuso ortodôntico Morelli.</b> Apresentação: embalagem com 2 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	30	427339	Unidade	53,03	1590,90
147	Mola ortodôntica aberta CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	5	431839	Unidade	8,59	42,95
148	Mola ortodôntica fechada CrNi. Apresentação: embalagem com 1m. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	5	431840	Unidade	19,79	98,95
	Moldeiras plásticas coloridas totais perfuradas a base de nylon, resistente a					

149	esterilização em autoclave (134°C). As cores e as numerações em relevo que facilitam a rápida identificação das moldeiras. Tamanhos: 1 (cinza), 2 (amarela), 3 (rosa), 4 (laranja), 5 (verde), 6 (vermelho), 7 (azul), 8 (roxa). Embalagem com 2 unidades (par – superior e inferior). PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	427683	Conjunto	12,50	375,00
150	Monômero autopolimerizável de metilmetacrilato para uso com polímero de metilmetacrilato. Resistência elevada à fraturas. Frasco c/ 120ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	400870	Mililitro	56,26	1125,20
151	Papel Carbono para articulação com espessura de 21 micras, e 3 1/2"X7/8" (88,9mmX22,22mm) de comprimento X largura por folha, com coloração progressiva, com maior deformação plástica (se estica, mas não quebra), flexível, não causa retrocessos na marcação e não borra. Caixa com 280 folhas. Dupla cor: Azul e Vermelho. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ACCUFILM - PARKELL, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	406150	Unidade	126,19	2523,80
152	Passa fio dental plástico. Apresentação: embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	30	419560	Unidade	7,80	234,00
153	Pasta de polimento à base de partículas brancas microcristalinas de diamante para polimento e brilho de resinas. Granulações disponíveis: 0,5 micrômetros ou 1,0 micrômetro. Sabor: menta. Embalagem com 1 seringa de 1,2ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA DIAMOND POLISH MINT - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	261018	Unidade	55,39	2215,60
	Pasta profilática sem parabenos para uso odontológico, indicada para remoção de placa bacteriana superficial mineralizada e não mineralizada, remoção de pigmentação extrínseca (café, chá, tabaco), polimento de superfícies dentárias, remoção de restos de cimento					

154	provisório. De consistência firme e homogênea, contém fluoretos (770ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano), não causa respingos (2000-3000 rpm) sabor hortelã, disponível em <b>três graus de abrasividades: grossa (vermelho), médio (amarelo) e fina (verde)</b> . A pasta verde possui grau de abrasividade muito baixo, sendo indicada para limpeza de implantes também. Embalagem com no mínimo 100 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLEAN JOY - VOCCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	100	417702	Gramas	145,41	14541,00
155	Pedra – pomes, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais, extrafino. Apresentação: Frasco c/ 100g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSWHITE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	233497	Frasco c/ 100g	3,66	36,60
156	Pinça ortodôntica ( <b>tipo plic</b> ) para aplicação de elásticos, molas, arcos e acessórios com ponta rebaixada em aço inoxidável. Autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	40	417698	Unidade	14,60	584,00
157	Pino pré-fabricado em fibra de vidro e resina epóxi com dupla conicidade e alta resistência mecânica. Excelente condução de luz devido a sua translucidez o que possibilita melhor polimerização do cimento no terço apical já na etapa inicial da cimentação. Radiopaco e com módulo de elasticidade similar à dentina. <b>Embalagem com 5 pinos e broca. Tamanho: nº 0,5, nº 1, nº 2, nº3.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: WHITEPOST DC INTRO - FGM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	40	385439	Unidade	19,91	796,40
158	Placa de vidro polido (liso) para manipulação de cimentos de uso odontológico 150x80x6mm, espessura 6mm. Embaladas individualmente com papel contendo informações técnicas e descritivo do produto. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	415005	Unidade	30,05	601,00

159	Ponta compatível com ultrassom <b>ORTUS – BIOSCALER e DENTEMED</b> , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com <b>rosca interna</b> , modelos: <b>G1, G2, G3, G4, P1, P3, P3D, P4</b> . PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTFLEX, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	420040	Unidade	67,10	2013,00
160	Ponta compatível com ultrassom <b>DABI ATLANTE</b> , ponta universal para remoção de tártaros supra e subgingivais, com lote gravado no instrumental para rastreabilidade do instrumento. Características adicionais: metálica, angulada, rosqueável com rosca externa, modelos: <b>Perio Supra, Perio Sub e Perio E</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: DABI ATLANTE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	40	420040	Unidade	50,46	2018,40
161	Ponta de irrigação tipo agulha com ventilação de um dos lados, extremidade anti-obturação única, aspecto fino, arredondado 27G, 0,40mm, comprimento: 25mm, indicada para levar soluções irrigadoras no canal radicular evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice radicular. Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDO-EZE IRRIGATOR - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	120	442140	Unidade	24,52	2942,40
162	Pontas de irrigação indicada para levar soluções irrigadoras no terço apical. Corpo de plástico com pescoço angulado e uma cânula em aço inoxidável muito fina. Extremidade da ponta é macia e flexível enquanto o restante do comprimento é rígido, permitindo uma introdução suave e fácil no canal radicular sem dobrar. Ponta esterilizada. <b>Tamanho 29ga e 30ga de 21mm (amarela) ou 25mm (azul) ou 27mm (verde) ou sortido</b> . Apresentação: Embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: NAVITIP - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	70	442131	Unidade	90,99	6369,30
	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro					

163	(papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, 1ª série e 2ª série. Caixa 120 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	80	419001	Embalagem c/ 120 unidades	30,23	2418,40
164	Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparadas por sistemas rotatórios que possuam conicidade múltiplas, a base de papel filtro (papel de seda), esterilizadas, com 28 mm de comprimento, caixa sortida F1, F2 e F3. Caixa 72 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	441916	Unidade	34,05	1702,50
165	Pontas ultra flexíveis em polipropileno para endodontia com comprimento de 25mm , autoclavável, 0,019, cor verde. Apresentação: caixa com 20 Unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CAPILLARY TIPS - ULTRADENT, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	15	422639	Unidade	37,74	566,10
166	Posicionador de elástico ortodôntico, material plástico. Apresentação: embalagem com 20 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	30	437507	Unidade	12,42	372,60
167	Pote odontológico, material plástico, aplicação endodontia, tipo tamborel, uso autoclavável (121oC e 135oC). Dimensões: 70x54x43mm, formato oval, diversas cores: rosa, verde, lilás, azul e branco. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	418851	Unidade	15,60	156,00
168	Prendedor de babador tipo jacaré fabricado em aço inoxidável AISI420, autoclavável. Comprimento:45cm. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	253697	Unidade	4,75	95,00
	Resina acrílica para escultura composta por copolímero à base de metil metacrilato e pigmentos, que permita aplicações iniciais polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes, presa rápida,					

169	não distorce, margem mais precisas, contração mínima, granulação fina, polimerização em no máximo 5 minutos, após polimerização, deverá volatilizar em 40 minutos, a temperatura de 400 graus centígrados, sem deixar resíduos. <b>Cor 59, 62, 65, 66, 67, 69, 81 e incolor.</b> Frasco c/ 28g. Modelo Duralay da Reliance PADRÃO DE REFERÊNCIA: DURALAY - RELIANCE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	390459	Unidade	34,33	686,60
170	Resina com uma abordagem moderna para restaurações em dentes anteriores e posteriores, com um sistema de cor simplificado e tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; monômeros de baixa tensão de contração de polimerização (AFM & AUDMA); Nanotecnologia: 100% de nanopartículas de até 100 nm, para a elevada resistência ao desgaste e excelente manuseio; Radiopaca; Design exclusivo da cápsula, para melhor acesso em cavidades profundas; Universalmente mais simples. Opacidade universal, que atende à necessidade da maioria dos casos clínicos; Tecnologia NaturalMatch mimetiza a restauração com o substrato dental remanescente; Pigmentos fluorescentes que melhoram o aspecto natural da restauração; Tecnologia avançada para fornecer resultados estéticos e longevidade; Consistência cremosa; Polimento rápido e fácil. Aplicação Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores (incluindo a superfície oclusal); Confecção de núcleo de preenchimento; Esplintagem; Restaurações indiretas: inlays, onlays e facetas. <b>Cor especial: Pink Opaquer (PO)</b> : para mascarar substratos escurecidos. Apresentação: Seringa com 4g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK UNIVERSAL PINK OPAQUER - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	407163	Seringa c/ 4g	151,25	1512,50
171	Resina composta microhíbrida fluida tamanho médio de partículas na faixa de 0,5µm, alta resistência mecânica, 72% de carga, <b>cores A0,5 e B0,5</b> Seringa 2g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: OPALLIS FLOW – FGM , OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	390513	Seringa c/ 2g	31,47	314,70

172	<p>Resina composta fotoativada desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores, construções de núcleos, esplintagens e restaurações indiretas. Todas as cores são radiopacas, inclusive as translúcidas. Com 100% de nanopartículas. Apresenta facilidade e retenção de polimento, resistência e durabilidade aprimoradas. Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima consistência. Tempo de polimerização: 20 segundos. Possui na sua composição da resina matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, bis-ema e uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas/não agregadas, zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas / não-agregadas e aglomerados, clusters, de partículas agregadas de zircônica/sílica. Opacidades: esmalte, dentina, corpo e translúcida. Possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6 – 10 microns. A carga de partícula inorgânica representa cerca de 78,5% em peso (63,3% por volume) nas opacidades esmalte, corpo e dentina; e cerca de 72,5% em peso (55,6% por volume) na translúcida. Seringa com 4 gramas. <b>Cores: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3B, A3D, A3E, A3,5B, A4B, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, C1B, C2B, C3B, D3B, WD, WE, XWB, XWE, AT, CT, BLUE (BT), GRAY.</b> PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK Z350 XT - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	160	407163	Seringa c/ 4 g	148,33	23732,80
173	<p>Resina composta reforçada com fibra de vidro, indicada para utilização como material de reforço em restaurações diretas com compósito, especialmente em cavidades posteriores que exigem alta resistência mecânica; construção de núcleos de preenchimento; reforço de restaurações em combinação com compósitos convencionais e reparos de fraturas e fissuras em dentes posteriores. Apresentação: porção (unitip) contendo 0,25g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GC</p>	75	390511	Unidade	74,68	5601,00
	<p>Resina <b>fluida</b> de autonivelamento para base de dentes posteriores. Substituto de dentina resinosa para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui</p>					

174	<p>radiopacidade, <b>cor A1, A2 e A3</b>. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fósulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluida, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	80	419656	Seringa c/ 2 g	21,71	1736,80
175	<p>Resina em Bulk nanoparticulada de baixa contração. Usada para preenchimento de incremento único de até 5mm, sem necessidade de resina de cobertura. Indicada para restaurações diretas em dentes posteriores, construção de núcleo de preenchimento, restaurações indiretas, restaurações em dentes decíduos, esplintagem, base e forramento, sob restaurações diretas e reparo de defeito em restaurações em porcelana, esmalte ou provisório. Composição: AFM, AUDMA, UDMA e 1,12- dodecano-DMA. Seringa de 4g. Cores <b>A1, A2, A3 e B1</b>. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FILTEK BULK FILL - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE</p>	30	390511	Seringa de 4g	69,90	2097,00
176	<p>Restaurador Provisório <b>c/ Flúor</b>, sem eugenol, para preenchimento temporário de cavidades dentárias, de rápido endurecimento químico na boca ao contato com a saliva, boa aderência, com coloração semelhante ao dente, radiopaco. Composição: óxido de zinco/sulfato de zinco. Apresentação: Frasco com 20g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: COLTOSOL - COLTENE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.</p>	100	404547	Pote c/ 20 g	6,43	643,00

177	Revelador odontológico para processo manual em tanque de revelação. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Destinado ao processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Químico rápido. Pronto para uso. Prazo de validade não inferior a dois anos. Apresentação: frasco com 500ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CARESTREAM, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	6	405620	Mililitro	19,97	119,82
178	Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fôssulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Apresentação: Clicker com 10g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: CLINPRO 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	6	404304	Unidade	373,71	2242,26
179	Selante de fôssulas e fissuras fotopolimerizável contendo 50% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Cor: Branco Opaco ou Matizado. Apresentação: Embalagem com 5 seringas c/ 2g, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e 20 pontas aplicadoras descartáveis. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLUROSHIELD - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	390778	Unidade	50,96	509,60
180	Seringa carpule com refluxo 12,5cm, material: aço inoxidável, autoclavável. Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	50	413354	Unidade	36,22	1811,00
181	Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c, agulha 25 x 7, com dispositivo de segurança, esterilidade: estéril, descartável. Apresentação:	800	439707	Unidade	0,95	760,00

	unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: BD, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.					
182	Serra microcut manual em aço inoxidável, autoclavavel, indicado para acabamento em regiões interproximais. Tamanho: 6mm X 150mm Apresentação: Embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MICRO CUT MANUAL – TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	450620	Unidade	55,19	2759,50
183	Silano – Agente de união, usado em processos de adesão e cimentação de peças em cerâmica, cerômero, resina laboratorial e pinos de fibra de vidro. Apresentação: Caixa c/ Primer 5ml + Ativador 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	15	404768	Conjunto	73,02	1095,30
184	Sistema adesivo universal de frasco único para qualquer superfície dental sem necessidade de primer adicional, utilizando a técnica de condicionamento ácido total (esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte ou autocondicionante, em restaurações diretas e indiretas. Adesão à dentina seca (reidratação da dentina ressecada) ou úmida. Uma única camada. um só passo de 35 segundos (20s de aplicação, 5s de secagem e 10s de fotoativação). Baixíssimo índice de sensibilidade pós operatória. Adesivo com "VMS Technology": Vitrebond copolímero, MDP e Silano. MPD permite maior adesão ao esmalte na técnica autocondicionante e confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Funciona como silano para adesão química a cerâmica vítreas, pinos de fibra de vidro, resina indiretas, sem necessidade de primer adicional, utilizado como primer metálico. Possui copolímero do ácido polialcenóico (vitrebond copolímero) que permite reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo na dentina ressecada. Solvente à base de etanol. Rendimento de até 200 gotas, (em média 1 gota por restauração). Tampa de cor preta "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Frasco com 5ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M, OU	80	391135	Frasco c/ 5ml	112,11	8968,80

	EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
185	Sistema de acabamento e polimento de compósitos composto por pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo. No formato de taça, disco, chama de vela ou sortido, adaptando-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Utilizadas para acabamento final de restaurações de compósitos, proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações sem necessidade de trocas sucessivas de instrumentos. Pode ser utilizada no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimento resinoso. Apresentação: Caixa com 7 unidades. Validade: 03 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENHANCE - DENTSPLY, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	60	439281	Unidade	87,23	5233,80
186	Sistema indicado para acabamento e polimento de restaurações em resina composta e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano. Apresentação: caixa contendo 120 discos laranjas de contorno e polimento com diâmetro de 19,05 mm (1/2 de polegada) sendo 30 discos de granulação grossa (marrom), 30 discos de granulação média (laranja escuro), 30 discos de granulação fina (laranja), 30 discos de granulação superfina (laranja claro), com centro metálico e um mandril próprio. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SOF LEX POP ON SERIE LARANJA ½ POLEGADAS - 3M, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	438118	Unidade	248,71	7461,30
187	Sonda exploradora nº 05 Apresentação: embalagem com 1 unidade. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	100	425231	Unidade	7,05	705,00
188	Sonda odontológica tipo periodontal milimetrada dupla, modelo: uma ponta carolina do norte e outra ponta OMS ou WHO, material: aço inoxidável, autoclavável, tipo de cabo: cabo oco.	100	431608	Unidade	42,22	4222,00

	PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE					
189	Spray para teste de vitalidade pulpar. Gás pressurizado, inodoro, sem CFC e atóxico, temperatura -50 °C, produto de referência endo frost roeko ou de melhor qualidade. Tubo com 200 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ENDOTEST - WILCOS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	453232	Frasco c/ 200 ml	31,99	319,90
190	Sugador cirúrgico descartável estéril para uso em cirurgias odontológicas, possui dois diâmetros de pontas, para diversas situações cirúrgicas, tubo com curvatura confeccionado em pvc rígido, diâmetro do tubo de 5mm, ponteiras e porta-filtro feito de polipropileno de alta densidade, design angulado, diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Caixa com 20 unidades. Validade: 02 anos. PADRÃO DE REFERÊNCIA: INDUSBELLO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	10	406293	Unidade	22,49	224,90
191	Sugador odontológico em PVC atóxico descartável com tubo transparente com fio de aço, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, possui ponteira em PVC colorido, macio, vazado e aromatizado artificialmente. Comprimento:: 10cm. Apresentação: Embalagem c/ 40 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SSPLUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	400	406292	Unidade	6,95	2780,00
192	Sugador ENDODONTICO descartável, confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Ponta flexível multidirecional, ajustável, extra fina, maior facilidade de introdução nos canais radiculares de difícil acesso. Embalagem esterilizada individualmente (óxido de Etileno); Descartável. Apresentação: Embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEX SUCTOR – ANGELUS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	100	406295	Unidade	16,15	1615,00
	Taça de borracha fabricada em látex flexível e macio para profilaxia, proporcionando penetração na gengiva de					

193	até 4mm sem trauma. Contra-ângulo. Validade indeterminada. PADRÃO DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	80	404903	Unidade	7,26	580,80
194	Tira de lixa para compósito. Sistema de acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas em resina composta, ouro, amálgama e ionômero de vidro, composto por abrasivo à base de óxido de alumínio em apenas um dos lados e costado de poliéster. Com grânulos que não se desprendem com a abrasão. Cada tira possui duas granulações: grossa/média (grossa de cor azul e de 0,21mm de espessura; média de cor rosa e 0,17mm de espessura) e fina /extra-fina (fina de cor amarela e de 0,14 mm de espessura; extra-fina de cor branca e 0,11mm de espessura). Apresentação: caixa com 50 tiras. Tamanho das tiras: 2,5 mm (estreita) e 3,75mm (larga) de largura por 150 mm de comprimento. Cada tira possui centro neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Apresentação: Embalagem c/ 50 tiras. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FLEXISTRIPS - EVE, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	60	423570	Unidade	7,86	471,60
195	Tira de lixa de aço com grãos (50micrômetros) fixados galvanicamente ao aço inox, com centro neutro para facilitar a insercao entre os dentes, seus diamantes possuem maior durabilidade e um corte macio. <b>Largura: 4mm; 6mm.</b> Autoclavavel. Apresentação: Envelope com 12 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: HORICO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	40	406285	Unidade	5,49	219,60
196	Tira de lixa diamantada serrilhada. Serra interproximal, aço inoxidável diamantado serrilhado a laser em uma das extremidades, autoclavável, espessura de 0,05mm, largura de 3,0mm, comprimento de 150mm. Indicado para remoção de excesso de cimento resino na interproximal sem remover o ponto de contato. Embalagem com 05 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: TDV, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	450620	Unidade	23,89	716,70

197	Tira de poliéster para restaurações em resinas e silicatos. Deve apresentar pequena espessura e alta resistência para facilitar a confecção da forma e do contorno das restaurações. 0,05 x10x120mm. Apresentação: Embalagem com 50 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	406147	Unidade	1,16	34,80
198	Touca hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: FAVA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	50	428620	Embalagem c/ 100 unidades	7,33	366,50
199	Tricresol formalina como material antisséptico e desinfetante em curativo de demora na câmara pulpar de dentes permanentes com necrose pulpar e lesão periapical em endodontia. Frasco com 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	429973	Frasco c/ 10 ml	9,92	297,60
200	Tubo Simples Edgewise/Rickets 0.22"x0.26" com gancho reto para 1 M e 2 M para colagem. Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	50	430693	Embalagem com 10 unidades	20,10	1005,00
201	Tubo <b>Simple</b> s Roth com gancho para <b>1 M e 2 M(16;17;26;27;36;37;46;47)</b> para <b>colagem</b> . Apresentação: embalagem com 10 unidades. PADRÃO DE REFERÊNCIA: MORELLI, OU EQUIVALENTE, OU MELHOR QUALIDADE.	400	432341	Embalagem com 10 unidades	25,06	10024,00
202	Umedecedor de fibras de contenção e reforço. Produto resinoso, à base de monômeros metacrilatos, sem solventes, sem cargas, sem primers e sem monômeros ácidos. Frasco com 5 ml.  PADRÃO DE REFERÊNCIA: ORALTECH	5	433914	Unidade	242,21	1211,05

203	Vaselina sólida, efeito emoliente, melhor elasticidade, sabor menta. Apresentação: Embalagem com 30 g. PADRÃO DE REFERÊNCIA: LYSANDRA, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	10	394023	Bisnaga c/ 30g	8,18	81,80
204	Verniz de fluoreto de sódio a 5% (22.600 ppm de fluoreto de sódio) com sorbitol, para obturação dos túbulos dentinários, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Composição: 1 ml do produto contém 50 mg de fluoreto de sódio. Apresentação: Caixa contendo 1 bisnaga de 10 ml. PADRÃO DE REFERÊNCIA: PROFLUORID – VOCO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	428166	Embalagem c/ 10ml	177,25	3545,00
205	Kit de condensadores odontológicos tipo calcador de paiva, aço inoxidável, autoclavável, contendo 4 unidades (nº3), para uso na endodontia, com no mínimo 150mm de comprimento. PADRÃO DE REFERÊNCIA: GOLGRAN, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	30	420127	Unidade	18,95	568,50
206	Pinça porta grampo, tipo Palmer com serrilha e trava, para isolamento absoluto, material: Aço inoxidável martensítico série 400/aço inoxidável austenítico série 300, autoclavável. PADRÃO DE REFERÊNCIA: QUINELATO, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE	20	252895	Unidade	142,35	2847,00

Na presente contratação será admitida a indicação da(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s) descritos na tabela acima, de acordo com a seguinte justificativa: foi realizada uma análise técnica nos produtos utilizados nos atendimentos clínicos do HGuJP, em anos anteriores. Tais marcas e características de materiais odontológicos que foram utilizados e analisados demonstraram padrão de qualidade superior, com propriedades satisfatórias. Tais marcas possuem equivalentes ou até mesmo de melhor qualidade no mercado.

### 7.3 Histórico de consumo:

**7.3.1** O período a que se refere o histórico de consumo são dos materiais odontológicos dispensados no ano de 2025.

**7.3.2** O histórico de consumo extraído do SISCOFIS de 2025, consta anexo à este ETP.

### 7.4. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS

Utilizou-se como parâmetro para definição dos quantitativos estimados os seguintes fatores:

Expectativa de consumo anual baseada na contratação realizada em 2025, descrita no relatório de consumo por conta extraído do sistema SISCOFIS, anexo I ao ETP, e na quantidade de atendimentos prestados em 2025, extraído dos registros de atendimento odontológico.

## **8. Estimativa do Valor da Contratação**

**Valor (R\$):** 633.790,52

**8.1.** O custo total estimado da contratação é de R\$ 633.790,52 (seiscentos e trinta e três mil, setecentos e noventa reais, e cinquenta e dois centavos) e baseou-se em pesquisa de preços, de acordo com a IN nº 65, de 7 de julho de 2021, do Ministério da Economia.

**8.2** O valor da contratação foi mensurado, obtendo-se o valor médio de cada item a ser licitado, em seguida a média obtida foi multiplicada pelo quantitativo estimado, alcançando-se assim o valor total individual.

## **9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução**

Justifica-se o parcelamento da aquisição, por se tratar de materiais que possuem natureza divisível, podendo serem adquiridos de forma separada sem haver prejuízo ao conjunto, propiciando ampla participação de licitantes opta-se pelo critério do parcelamento da solução.

## **10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

Não se faz necessária contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução do objeto.

## **11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

**11.1.** A aquisição alinha-se com o Objetivo Estratégico de Saúde – OES 02, do Plano de Gestão da Diretoria de Saúde, integra o planejamento de contratações de HGuJP para o ano de 2026 e consta do PGC 2026, os itens referentes ao processo de aquisição relacionados ao Plano de Logística Sustentável constam descritos no Plano Diretor de Logística Sustentável 2024 - 2026 do HGuJP tendo como foco “aprimorar os processos licitatórios que tenham características sustentáveis e de logística reversa de produtos e manter o controle das obras e reformas em execução no HGuJP, de acordo com a legislação ambiental”.

**11.2** A aquisição encontra-se em alinhamento ao Plano de Gestão do HGuJP e ao Plano de Gestão do órgão superior cumprindo os seguintes objetivos estratégicos:

**11.2.1** Priorizar o atendimento com excelência, eficácia e eficiência ao usuário;

**11.2.2** Aprimorar o sistema de Gestão organizacional, ambiental e de riscos;

**11.2.3** Aprimorar a capacitação de profissionais de saúde;

**11.2.4** Ampliar a interação com a sociedade local e regional, promovendo a proteção e a projeção da imagem do HGuJP e da força terrestre;

**11.2.5** Ampliar a efetividade da gestão orçamentária e financeira;

**11.2.6** Aprimorar a gestão de pessoal por competências e valorizar os recursos humanos;

**11.2.7** Aperfeiçoar o sistema de gestão de informação;

**11.2.8** Desenvolver , otimizar e ampliar as ações de estrutura física e renovação do parque tecnológico para apoio à família militar;

**11.2.9** Aumentar a produtividade interna e resolubilidade.

**11.3** Alinhamento ao planejamento da Diretoria de Saúde, órgão superior:

**11.3.1** Otimizar a Gestão e o atendimento da Saúde Assistencial;

**11.3.2** Modernizar a Gestão e humanizar o atendimento de Saúde;

**11.3.3** Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira.

**11.4** O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000084/2026.

II) Data de publicação no PNCP: 02/05/2025.

III) Id do item no PCA: 61.

IV) Classe/Grupo: 6520- Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos dentários.

V) Identificador da Futura Contratação: 160139-16/2026.

## **12. Benefícios a serem alcançados com a contratação**

**12.1.** Atender de forma integral aos usuários do Setor de Odontologia do Hospital de Guarnição de João Pessoa, com maior agilidade e eficiência;

**12.2** Prover com excelência a assistência odontológica aos usuários do FuSEx;

**12.3** Proporcionar economicidade à contratação pela utilização da modalidade de Pregão, em função de que os preços médios praticados no mercado, utilizados na composição do preço estimado dos itens da contratação, tem seus valores reduzidos em função da disputa, proporcionando economia.

## **13. Providências a serem Adotadas**

**13.1.** Nos termos do art. 117 Lei no 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados.

## **14. Possíveis Impactos Ambientais**

**14.1.** Possíveis impactos ambientais:

Geração de resíduos sólidos – alínea g., Art 13 Lei 12.305/2010 (resíduos de serviço de saúde).

**14.2.** Medidas de tratamento:

Atendendo ao previsto no item I, Art 20, da Lei 12.305/2010, o tratamento dos resíduos pela Contratante será realizado conforme o disposto no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRSS)/2025 do Hospital de Guaranição de João Pessoa.

## 15. Declaração de Viabilidade


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Tem-se como viável a contratação em função do atendimento a necessidade demonstrada e ao interesse público envolvido.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Adjunto da Divisão de Odontologia



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 15:59:53.