



PROCOLO GERAL
0064583009449/2026-26

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco/1817)

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 25/2022-HMAR

VOLUME III

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (SALC)

OBJETO:	Registro de preços para contratação de serviço não continuado de manutenção preventiva e corretiva, instalação e retirada de aparelhos de ar condicionado tipo split com reposição de peças e mão de obra exclusiva.
----------------	--

INTERESSADO:	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
---------------------	------------------------------------


ANEXOS:	Documentos conforme termo de autuação.
----------------	--

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			13
2			14
3			15
4			16
5			17
6			18
7			19
8			20
9			21
10			22
11			23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(HOSPITAL MILITAR DE PERNAMBUCO / 1817)



TERMO DE ABERTURA DO III ° VOLUME

Aos 22 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos à abertura do Volume ⁰³ do processo administrativo nº 64583.009449/2022-26, iniciando-se com a folha nº 401.

Hospital Militar de Área de Recife
I ASG: 160199


TOMAZ ANTONIO FERNANDES RIBEIRO 1° TEN
ADJUNTO da SALC/HMAR

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (3).PDF	2393756/22-1 - 13/04/2022 - 12:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (1).PDF	2393756/22-1 - 13/04/2022 - 12:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (2).PDF	2393756/22-1 - 13/04/2022 - 12:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE.PDF	2393756/22-1 - 13/04/2022 - 12:22
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - MicroTech.pdf	2393756/22-1 - 13/04/2022 - 12:22

Nome Técnico
Aparelho Auditivo

Registro
80179150079

Processo
25351.325522/2019-81

Fabricante
Legal

FABRICANTE: STARKEY DO BRASIL LTDA - BRASIL

Classificação de Risco
II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro
VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa: STARKEY DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 04.216.059/0001-72
 Autorização: 8.01.791-5

Produto: Aparelhos Auditivos Receptores de Canal (RICs)

SAVANT AI 1200 RIC

Modelo Produto Médico

Savant AI 1200 RIC

Savant AI 1200 RIC R

« 1 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKL3046-02-EE-XX - SP19 RIC-Rechargeable Operations Manual (6).PDF	2392390/22-3 - 13/04/2022 - 12:18
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKL3005-04-EE-XX - SP19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (5).PDF	2392390/22-3 - 13/04/2022 - 12:18



HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE EXERCÍCIO - SAIC
FOLHA: 404
ASSINATURA



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
(Processo Administrativo nº 64583009449/2022-26)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA:

WS AUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA

Item 04: AASI intracanal (ITC) de ganho fraco e médio

1-ESPECIFICAÇÃO:

2 -MARCA: A e M , modelo XTM ITC P12

3 - FABRICANTE: WS audiology

4 - REGISTRO ANVISA: 8087 283 0011

5 - APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim

() Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32

Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.

Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

(x) Favorável
() Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Setor do teste: _____

Data: ____/____/____

Responsável pelo parecer: _____

Julia da Silva Marinho
Especialista em Audiologia - CRP: 4-9431
TR: 11704957-7 MD/EB
(assinar e carimbar)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
(Processo Administrativo nº 64583009449/2022-26)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA:

WS AUDIOLOGY SOL. AUDITIVAS LTDA

Item 06: AASE intracanal (ITC) de ganho forte

1-ESPECIFICAÇÃO: modelo X+M ITC P12

2 -MARCA: A e U

3 - FABRICANTE: WS audiology

4 - REGISTRO ANVISA: 00872830011

5 - APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):
() Sim () Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)
() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)



7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com o item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS
() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32
Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.
Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

() Favorável
() Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Setor do teste: _____

Data: ____/____/____

Responsável pelo parecer: _____
Julia da Silva Marinho
PROFESSORA DE FISIOTERAPIA - CRE: 4-9431
CPF: 070495787-7 MD/EB
(assinar e carimbar)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
(Processo Administrativo nº 64583009449/2022-26)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA:

WS AUDIOLOGY SOL. AUDITIVAS LTDA

Item 10: AASI mini-BTE de ganho médio

1-ESPECIFICAÇÃO: Modelo XTM M P12

2-MARCA: A&M

3 - FABRICANTE: WS audiology

4 - REGISTRO ANVISA: 8087 283 0050

5 - APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):

() Sim () Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir): () Sim () Não

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (aba apropriada)

() Dificuldade (aba insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)



7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1 EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS
() Sim () Não () Não se aplica

7.2 O insumo/equipamento apresentado está de acordo com os itens de segurança relativos aos pacientes e ou usuários, baseados na RDC-36 e NR-32
Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.
Sim _____ Não _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE (quantidade suficiente para garantir uma adequada avaliação de no mínimo 72 horas): () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

Favorável
 Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Setor do teste: _____

Data: ____/____/____

Responsável pelo parecer: _____
Julia da Silva Marinho
Dra. Fonoaudióloga - CRF 4-943/
070495787-7 MD/EB
(assinar e carimbar)



MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO EM CHEFE
 COMANDO MILITAR DO NORDESTE
 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
 (Hospital Militar de Pernambuco / 1817)

N.º 5084

PACCOSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
 (Processo Administrativo Nº 6458 300 9449 / 2022 - 26)

ANEXO III

PARCELA TÉCNICA DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos listados, abaixo discriminados como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA:

WS Audiology Soluções Auditivas LTDA

Item 02

- 1 - ESPECIFICAÇÃO: AAST tipo microcanal (CIC) de amplo faixa e médio
- 2 - MARCA: A e M, Modelo XTM CIC P12
- 3 - FABRICANTE: WS audiology
- 4 - REGISTRO ANVISA: 80872830011

5 - APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima).
 Sim Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio).

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização) Completa Incompleta

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir)
 Sim Não

6.3 - Selagem / Integridade Ur forme Com falhas

6.4 - Quanto a abertura / Hermeticidade (aba apropriada)

Dificuldade (aba insuficiente ou não atua favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1 - EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

() SIM () NÃO () Não se aplica



7.2 O insumo/equipamento apresenta-se de acordo com os itens de segurança relativos aos parâmetros de uso já estabelecidos na RDC-36 e NR-32

SIM _____ NÃO _____

7.3 Em caso de contato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento:

SIM _____ NÃO _____

8 - AMOSTRAS PARA O TESTE foram tomadas suficiente para garantir uma adequada avaliação de risco como Tg, arcos, etc. () Sim () Não

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER.

Favorável
 Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Setor do teste _____

Data: _____

Responsável pelo parecer: _____

Julia da Silva Marinho
10418140495787-7 MD/EB
Assinar e carimbar



MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DO EXERCITO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco 1817)

Nº 069A

PROCESSADA

PRÉ-QUALIFICAÇÃO ELETRONICA Nº 25/0022
(Pr. Lasso Administrativo) 6450300944912022-26

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos abaixo discriminados como critérios a serem observados para julgamento durante o teste.

EMPRESA:

WS Audiology soluções auditivas LTDA

Item 00: AASI tipo Mini-BTE de ganho fraco

1 - ESPECIFICAÇÃO: Modelo XTM M P12

2 - MARCA: A & M

3 - FABRICANTE: WS audiology

4 - REGISTRO ANVISA: 80 87 283 0010

5 - APRESENTAÇÃO (O produto atende a especificação apresentada acima):
() Sim () Não

6 - EMBALAGEM (Quanto ao manuseio):

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização): () Completa () Incompleta

6.2 - Visualização do produto (real e visualização adequada do produto antes de abri-lo):
Sim () / Não ()

6.3 - Selagem / Integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4 - Quanto a abertura (facilidade de abertura): () Facilidade () Inapropiada

() Dificuldade (boa insuficiente ou inadequada favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com a ficha item abaixo):

7.1 - EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS



Sim Não Não se aplica

7 - O resumo/queixa apresentada está de acordo com os itens da seguinte lista de verificação: RDC-33 e NR-32

Sim _____ Não _____

8 - Em caso de cancelamento do procedimento, há manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e ou mau funcionamento.

Sim _____ Não _____

9 - AMOSTRAS PARA ANÁLISE Suficiente para garantir uma adequada avaliação da conformidade. () Sim () Não

10 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

11 - CONCLUSÃO DO PARÊCER:

- Favorável
- Desfavorável

12 - JUSTIFICAR O PARÊCER:

Setor do teste _____

Data: _____

Responsável pelo parecer: _____

Julia da Silva Marinho
Téc. Anál. Auditável - CPF 4-9431
nº: 070495782-7 MD/EB
(Assinar e carimbar)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXERCÍCIO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
(Hospital Militar de Pernambuco - 1817)

NÃO
SONA
A. DOS SANTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25 /2022
(Processo Administrativo nº 64583009449/2022-26)

ANEXO III

PARECER TÉCNICO DE MATERIAIS E INSUMOS

Avaliar o produto considerando os requisitos básicos, abaixo discriminados, como critérios a serem observados para julgamento durante o teste

EMPRESA:

WS Audiology Soluções Auditivas LTDA

Item 12 AA&J mini-BTE de ganho forte

1-ESPECIFICAÇÃO: Modelo XTM P P52

2-MARCA: A&M

3-FABRICANTE: WS Audiology

4-REGISTRO ANVISA: 8089 283 0010

5-APRESENTAÇÃO (o produto atende a especificação apresentada acima):
() Sim () Não

6- EMBALAGEM (Quanto ao manuseio)

6.1 - Identificação do material (nome completo, indicação de uso, lote, data de validade e de esterilização) () Sim () Não

6.2 - Visualização do produto (permite visualização adequada do produto antes de abrir)
Sim () Não

6.3 - Selagem /integridade: () Uniforme () Com falhas

6.4- Quanto a abertura: () Facilidade (abertura apropriada)

() Dificuldade (abertura insuficiente ou ir adequada favorecendo contaminação)

7 - Utilização do produto (descrever como o produto se apresentou de acordo com cada item abaixo):

7.1- EXEMPLO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ITENS ESPECÍFICOS

7.2 O insumo/equipamento apresentado está em conformidade com os itens de segurança relativos aos pacientes e profissionais, baseados na RDC-36 da ANVISA?

Sim _____ Não _____

7.3 Em caso de comodato o fornecedor oferece manutenção e ou substituição do insumo/produto em caso de defeito e/ou mau funcionamento?

Sim _____ Não _____

8. AMOSTRAGEM PARA O TESTE foi antecedida por análise para garantir uma adequada avaliação de risco por no mínimo 72 horas? _____ (Sim / Não)

9 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

10 - CONCLUSÃO DO PARECER:

- Favorável
- Desfavorável

11 - JUSTIFICAR O PARECER:

Selo do teste _____

Data _____

Responsável pelo teste _____

Julia da Silva Marinho
Ten. Fonoaudióloga - CRF 4-943/
MT: 07645787-7 MD/EB
(passar e carimbar)

